



Arbeits- und Qualitätsrichtlinien für Augenoptik und Optometrie

9. Auflage 2022



Arbeits- und Qualitätsrichtlinien für Augenoptik und Optometrie

9. Auflage 2022

Herausgeber:

Zentralverband der Augentoptiker und Optometristen (ZVA)

Alexanderstraße 25 a, 40210 Düsseldorf

Tel. +49 (0) 211 863235-0

info@zva.de, www.zva.de

Für die bessere Lesbarkeit wird in ZVA-Publikationen nicht ausdrücklich in geschlechtsspezifische Personenbezeichnungen unterschieden. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für alle Geschlechter.

Vorwort

Anders als einige andere Berufe kennt die Augenoptik (noch) keine Weiterbildungspflicht. Diese Freiheit auszunutzen und das Niveau der Berufsausübung aus freien Stücken sukzessive herabzusetzen, kann jedoch nicht in unserem Interesse sein.

Ganz im Gegenteil: Es ist nicht gesagt, dass die Präqualifizierung, die die gesetzlichen Krankenkassen voraussetzen, um mit ihnen abrechnen zu können, sich auch in Zukunft vorrangig auf das Inventar eines Betriebs konzentriert. Die Anwesenheit eines Ophthalmometers sagt noch nichts über die Fähigkeit seines Besitzers aus, diesen auch fachgerecht einzusetzen.

Wir sind es somit nicht nur unseren Kunden schuldig, auf einem hohen Niveau zu arbeiten, sondern auch uns selbst. Jeder sollte aus diesem Grunde die Arbeits- und Qualitätsrichtlinien (AQRL) beherzigen, die von der ZVA-Obermeisterstagung in der vorliegenden überarbeiteten Fassung am 9. Oktober 2021 einstimmig verabschiedet worden sind.

Verantwortlich für die Überarbeitung ist der Fachwissenschaftliche Ausschuss des ZVA. In diesem Gremium, das sich aus Augenoptikern, Optometristen und Vertretern der Hochschulen zusammensetzt, bündelt sich die Fachexpertise des Berufsstandes. Der Ausschuss hat die gesamten AQRL einer genauen Prüfung unterzogen und an den gegenwärtigen Wissenstand angepasst, wo immer dies erforderlich war. Dies betrifft „klassische“ Bereiche wie die Refraktionsbestimmung und die Binokularprüfung, das komplett neu erstellte Kapitel I – Optometrische Untersuchungsverfahren, welches das Kapitel Optometrische Prüf- und Messverfahren ersetzt und das Kapitel III Versorgung mit Kontaktlinsen.

Es wäre naheliegend, die AQRL als das fachliche Fundament unseres Berufs zu begreifen. Aber meiner Ansicht nach geht ihre Bedeutung noch darüber hinaus. Denn sie bilden die Mauern, die uns von dem allein preisgetriebenen Wettbewerb trennen und zugleich das Dach stützen, unter dem sich all jene versammeln, denen unser Beruf am Herzen liegt.

Christian Müller

ZVA-Vizepräsident und Vorsitzender des Fachwissenschaftlichen Ausschusses

Inhalt

Präambel	6
Verhaltenskodex	8
Salvatorische Klausel	13
1 Optometrische Untersuchungsverfahren	14
1.1 Bedarfsanalyse und Anamnese	15
1.2 Bestimmung der Sehschärfe	16
1.3 Eingangsteste	17
1.4 Refraktionsbestimmung für Ferne und Nähe	18
1.5 Binokularprüfung für Ferne und Nähe	19
1.6 Untersuchung des vorderen Augenabschnitts	21
1.7 Untersuchung des hinteren Augenabschnitts	22
1.8 Weiterführende Untersuchungen	23
1.9 Screening	24
1.10 Ergebnisbesprechung und Empfehlung	29
1.11 Erläuterungen zu den optometrischen Untersuchungsverfahren	30
2 Versorgung mit Korrektionsbrillen	32
2.1 Spezifische Anamnese für Korrektionsbrillen	35
2.2 Visusbestimmung (V_{sc} und V_{cc} habituell)	36
2.3 Funktionsprüfungen	36
2.4 Bestimmung der Fern- und Nahkorrektion	36
2.5 Binokularprüfung für Ferne und Nähe	36
2.6 Fassungsberatung	36
2.7 Voranpassung der Korrektionsfassung	37
2.8 Bestimmung der Zentrierdaten	38
2.9 Glasberatung	39
2.10 Fertigung der Korrektionsbrille	41
2.11 Endanpassung der Korrektionsbrille an den Kunden/Patienten	43
2.12 Abgabe der Korrektionsbrille	44
2.13 Regelmäßige Funktionskontrolle	45
2.14 Erläuterungen zur Versorgung mit Korrektionsbrillen	46
3 Versorgung mit Kontaktlinsen	51
3.1 Spezifische Anamnese für Kontaktlinsen	56
3.2 Visusbestimmung (V_{sc} und V_{cc} habituell)	57

3.3	Funktionsprüfungen	57
3.4	Bestimmung der Fernkorrektur	57
3.5	Bestimmung der Nahkorrektur	58
3.6	Inspektion und Beurteilung des vorderen Augenabschnitts	58
3.7	Beratung	58
3.8	Kontaktlinsenversorgung	59
3.9	Kontaktlinsenabgabe	61
3.10	Regelmäßige Funktionskontrolle	64
3.11	Erläuterungen zur Versorgung mit Kontaktlinsen	66
4	Versorgung mit Sondersehhilfen	77
4.1	Spezifische Anamnese für Sondersehhilfen	81
4.2	Visusbestimmung (V_{sc} und V_{cc} habituell)	83
4.3	Funktionsprüfungen	83
4.4	Bestimmung der Fern- und Nahkorrektur	83
4.5	Binokularprüfung für Ferne und Nähe	84
4.6	Bestimmung anpassrelevanter Parameter für die Sehhilfen-Versorgung	84
4.7	Erprobung, Beratung und Systemauswahl	85
4.8	Fertigung oder Materialbezug der Sehhilfe	87
4.9	Ggf. Endanpassung der Sehhilfe an den Kunden/Patienten	89
4.10	Abgabe der Sehhilfe(n) und Hilfsmittel	89
4.11	Regelmäßige Funktionskontrolle	91
4.12	Erläuterungen zur Versorgung mit Sondersehhilfen	92
5	Versorgung mit monokularen und binokularen Sehübungen	97
5.1	Erläuterungen zur Versorgung mit monokularen und binokularen Sehübungen	98
	Anhang	
A1	Mindestqualifikation von Fachkräften für Tätigkeiten im Rahmen der Versorgung mit Sehhilfen	101
A2	Ausstattungsrichtlinien	106
A3	Leitfaden zur Erstellung von Kostenvoranschlägen für Kontaktlinsen zu Lasten der GKV	118
A4	Richtlinien für die Verwendung von Spezialisierungshinweisen im Augenoptikerhandwerk	125
	Glossar	131

Präambel

Diese Arbeitsrichtlinien wurden vom Vorstand des Zentralverbands der Augenoptiker (ZVA) beraten und von der Mitgliederversammlung des ZVA verabschiedet. Sie stellen somit die herrschende Meinung des Berufsstandes der Augenoptiker/Optometristen dar.

Die Arbeitsrichtlinien für Augenoptik und Optometrie haben zur Sicherung einer sach- und fachgerechten Versorgung allgemeine Verbindlichkeit. Auf die Bedeutung dieser Richtlinien für gutachterliche Tätigkeiten und ggf. in zulassungsrechtlichen Fragen wird ausdrücklich hingewiesen.

Das Augenoptikerhandwerk ist ein Gesundheitshandwerk im Sinne der Anlage A zur Handwerksordnung. Der Augenoptikermeister/Optometrist erkennt und korrigiert Fehlsichtigkeiten mit den jeweils geeigneten optischen Mitteln, er wendet aber auch im Rahmen der Gesundheitsvorsorge – ggf. mithilfe von Screenings – verschiedene Tests und Messverfahren an. Funktionsbeeinträchtigende Auffälligkeiten, die auf häufige Augenerkrankungen hinweisen können, werden so frühzeitig entdeckt.

Die Optometrie wird laut World Council of Optometry (WCO) definiert als „ein autonomer, ausgebildeter und reglementierter (lizenzierter/registerter) Gesundheitsberuf, und Optometristen sind die primären Gesundheitsfachkräfte für das Auge und das visuelle System, die eine umfassende Versorgung des Auges und des Sehsystems anbieten, die Refraktion und Abgabe, Erkennung/Diagnose und Management von Erkrankungen des Auges sowie die Rehabilitation von Erkrankungen des visuellen Systems umfasst.“

Die Kenntnisse und Fertigkeiten, die dem Augenoptikerhandwerk zugeordnet sind, definiert § 1 Abs. 1 der Verordnung über das Berufsbild für das Augenoptikerhandwerk vom 29. August 2005 (BGBL 2005 Teil 1 Nr. 54 vom 05.09.2005). Auch die Durchführung der Meisterprüfung ist dort geregelt.

Ergänzend dazu beschreiben die vorliegenden Arbeitsrichtlinien jene Leistungen, die der Augenoptiker im Rahmen einer sach- und fachgerechten Versorgung von Personen mit Störungen des visuellen Systems mit Korrektionsbrillen, Kontaktlinsen oder vergrößernden Sehhilfen erbringt, um die visuelle Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern oder zu erleichtern. Diese Leistungen stehen im Mittelpunkt der Tätigkeit jedes Augenoptikermeisters/Optometristen. Er bestimmt die entsprechenden Parameter und fertigt oder bearbeitet jedes Korrektionsmittel mit hohem Dienstleistungsanteil individuell nach den Erfordernissen der jeweiligen visuellen Störung und den visuellen Anforderungen.

Die Verantwortung des Augenoptikermeisters/Optometristen für die richtige Versorgung von Personen mit Störungen des visuellen Systems und das frühzeitige Erkennen von Auffälligkeiten sind darüber hinaus von besonderer gesellschaftlicher Bedeutung. Nicht zuletzt übernimmt der Augenoptikermeister/Optometrist eine Lotsenfunktion im Gesundheitssystem: Nur aufgrund seiner Kompetenz kann er eine sichere Empfehlung zur augenoptischen/optometrischen Versorgung und/oder zum Besuch eines (Fach-)Arztes oder einer anderen medizinisch orientierten Einrichtung geben.

Ergänzender Hinweis

Wenn aus fachlichen Gründen über diese Arbeitsrichtlinien hinaus Leistungen erforderlich sind, kann sich nicht darauf berufen werden, dass diese nicht explizit in diesen Arbeitsrichtlinien aufgeführt sind.

Die aktuellen Normen sind einzuhalten.

Alle Berufsbezeichnungen sind aus Gründen der Übersichtlichkeit im Text in der jeweils männlichen Form ausgewiesen. Selbstverständlich ist die weibliche Berufsbezeichnung jeweils eingeschlossen.

Verhaltenskodex

- 1** Augenoptik/Optomietrie wird in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Verordnungen sowie diesen Arbeits- und Qualitätsrichtlinien praktiziert.
- 2** Jeder Augenoptikermeister/Optomietrist ist verpflichtet, sich über die Inhalte der Arbeits- und Qualitätsrichtlinien und die Inhalte des Verhaltenskodex zu informieren.
- 3** Der Augenoptikermeister/Optomietrist ist in erster Linie dem guten Sehen verpflichtet. Die Sicherstellung und ggf. Verbesserung der visuellen Leistungsfähigkeit ist Leitlinie seines Handelns.
- 4** Die umfassende Zuständigkeit des Augenoptikermeisters/Optomietristen in allen optometrischen und optotechnischen Fragen verpflichtet ihn in den funktionsbedingten Fragen der Sehhilfen zur Objektivität. Seine qualifizierte Beratung in ästhetischen Fragen der Sehhilfenausführung hat sich den funktionalen Sachzwängen unterzuordnen. Augenoptikermeister/Optomietristen sind in erster Linie ihrem Gewissen und ihrem Beruf verantwortlich. Gewerbliche Interessen sollten mit der berufsethischen Verantwortung des Augenoptikermeisters/Optomietristen in Einklang stehen.
- 5** Der Augenoptikermeister/Optomietrist ist verpflichtet, Informationen über seinen Kunden/Patienten vertraulich zu behandeln, gegenüber Dritten Stillschweigen zu bewahren und kunden-/patientenbezogene Daten nur im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit zu nutzen.
- 6** Der Augenoptikermeister/Optomietrist hat sich kollegial zu verhalten und auf die berechtigten Interessen der Kollegen die gebotene Rücksicht zu nehmen. Unsachliche Angriffe gegen die Person eines Kollegen in Wort oder Schrift sind ein Verstoß gegen die Pflicht zur Kollegialität. Hingegen sollte der Informationsaustausch zu Sach- und Fachfragen mit Kollegen und anderen Fachleuten gefördert werden.
- 7** Die wesentlichen Leistungen des Augenoptikermeisters/Optomietristen werden in der eigenen Betriebsstätte erbracht. Dies gilt auch für Versorgungen mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad. Die sach- und fachgerechte Versorgung mit Sehhilfen setzt eine funktionsgerechte Betriebseinrichtung entsprechend den Ausstattungsrichtlinien (siehe Anhang A2) voraus.

- 8** Die Ausübung des Berufes als stehendes Gewerbe steht der Durchführung von Hausbesuchen in Ausnahmefällen (Kranke, Bewegungsunfähige, Inhaftierte etc.) nicht entgegen.
- 9** Sehhilfen mit Korrektionswirkung stehen in untrennbarem Bezug zum individuellen Korrektionsbedarf des Fehlsichtigen. Sie sind individuelle, auf die Bedürfnisse des Fehlsichtigen angepasste Medizinprodukte und die Versorgung bedarf eines unmittelbaren Kundenkontakts, um verträglich und mangelfrei zu sein. Individuelle Korrektionsbrillen, individuelle Kontaktlinsen und vergrößernde Sehhilfen eignen sich somit aus sachlichen Gründen nicht für einen Vertrieb im Reisegewerbe oder über den Versandhandel. Beides ist deshalb zu unterlassen.
- 10** Bei der Versorgung von Personen mit Störungen des visuellen Systems mit anwendungsspezifischen Sehhilfen (Arbeitsplatzbrillen, Arbeitsschutzbrillen, Fliegerbrillen, Taucherbrillen etc.) sind nur die Arbeiten außerhalb der Betriebsstätte zulässig, die im Zuge einer sach- und fachgerechten Bestimmung und Anpassung den direkten Bezug zum späteren Anwendungsort erfordern.
- 11** Zur Sicherstellung einer sach- und fachgerechten Versorgung ist eine Anpassung der Kenntnisse und Fertigkeiten des Augenoptikermeisters/Optomtristen an die wissenschaftliche und technische Entwicklung seines Faches durch regelmäßige fachliche Fort- und Weiterbildung erforderlich.
- 12** Die Ausübung von definierten Tätigkeitsbereichen in Teilgebieten der Optometrie sind i. d. R. über die Meisterausbildung hinausgehende Kompetenzen. Sie sind in Anhang A1 definiert und geregelt.
- 13** Augenoptische/optometrische Beratung von Personen mit Störungen des visuellen Systems und zu erbringende Dienst- und Handwerksleistung(en) erfordern eine abgeschlossene Fachausbildung. Die erforderliche Mindestqualifikation von Fachkräften für Tätigkeiten im Rahmen der Versorgung mit Sehhilfen ist in Anhang A1 geregelt.
- 14** Der Versorgung mit Sehhilfen sowie einer augenoptischen/optometrischen Dienstleistung, Beratung und Versorgung hat eine aufwandsgerechte Leistungsvergütung gegenüberzustehen.

15 Monokulare Refraktions- und binokulare Korrekptionsbestimmung für Ferne und Nähe

- 15.1 Die Bestimmung der Korrektionswerte ist unter der Zielsetzung einer Optimierung der visuellen Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der Sehleistungsanforderung durchzuführen.
- 15.2 Die Bestimmung der Korrektionswerte darf nur vom Augentoptikermeister/Optommetristen ausgeführt werden. Dieser verfügt über die erforderlichen Kenntnisse zur Anatomie und Physiologie des visuellen Systems und des Sehvorganges und erfüllt somit die notwendigen Voraussetzungen zur Korrektionsbestimmung.
- 15.3 Wird keine befriedigende Sehleistung erzielt, so hat der Augentoptikermeister/Optommetrist im Rahmen seiner Erfassungs-, Mess- und Beobachtungsmöglichkeiten zu prüfen, ob dies auf optische oder pathologische Zusammenhänge zurückzuführen ist. Dies sollte eine Inspektion des vorderen und hinteren Augenabschnittes einschließen.
- 15.4 Gewinnt der Augentoptikermeister/Optommetrist aus seinen Beobachtungen während der Refraktions- und/oder Korrektionsbestimmung Erkenntnisse über Auffälligkeiten des Auges, so werden keine Bewertungen im Sinne einer medizinischen Diagnose abgegeben. Für die Diagnostik wird an einen Arzt verwiesen. Gleichwohl äußert der Augentoptikermeister/Optommetrist mit der Verweisung an einen Arzt einen Krankheitsverdacht. Um die Dringlichkeit einer ärztlichen Behandlung zu betonen, darf der Augentoptikermeister/Optommetrist im Einzelfall diesen Krankheitsverdacht gegenüber dem Kunden konkretisieren.
- 15.5 Über die Auswirkungen und Konsequenzen bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch der Sehhilfe muss der Kunde/Patient aufgeklärt werden.

16 Optometrische Untersuchung des visuellen Systems

- 16.1 Zu einer optometrischen Untersuchung gehört die Prüfung auf funktionelle Störungen des visuellen Systems. Außerdem enthält sie das Erkennen von Auffälligkeiten des visuellen Systems, i. d. R. durch den Einsatz von geeigneten Messverfahren, um bei Bedarf sachgerecht zur Diagnosestellung und ggf. Behandlung an einen (Fach-) Arzt verweisen zu können.

- 16.2 Die Auswahl der Teste/Prüfungen ist abhängig von den Ergebnissen der Anamnese, den bestehenden Beschwerden und individuellen Bedürfnissen des Kunden/Patienten.
- 16.3 Optometrische Mess- und Prüfverfahren können auch im Rahmen eines Screenings eingesetzt werden. Screening-Verfahren, insbesondere automatisierte Verfahren, können auch unter der Aufsicht eines Augenoptikermeisters/Optomtristen auch von einem Augenoptiker ausgeführt werden. Die Interpretation der Ergebnisse obliegt jedoch ausschließlich dem Augenoptikermeister/Optomtristen.
Das Screening dient dem Vergleich von Messwerten und Befunden mit Normwerten und Normvarianten mit dem Ziel, Auffälligkeiten festzustellen.

17 Versorgung mit Korrektionsbrillen

- 17.1 Die Brillenberatung und -anpassung wird nur unter der Aufsicht eines Augenoptikermeisters/Optomtristen ausgeübt.
- 17.2 Es können unterschiedliche Hilfsmittel zur Veranschaulichung in der Beratung herangezogen werden. Aufgrund der zur sachgerechten Auswahl erforderlichen Fachkenntnisse ist eine Selbstbedienung im Bereich „Sehhilfen“ nicht möglich.

18 Versorgung mit Kontaktlinsen

- 18.1 Die Kontaktlinsenanpassung wird nur von einem Augenoptikermeister/Optomtristen ausgeführt.
- 18.2 Die Anpassung und die Überprüfung der Kontaktlinsen sind stets individuell und einzeln durchzuführen, auch bei der Anpassung von konfektionierten Kontaktlinsen. Sie sollte in einem separaten Raum, der den Besonderheiten der Kontaktlinsenanpassung Rechnung trägt, durchgeführt werden.
- 18.3 Aufklärung über Kontaktlinsen wird ausschließlich im Sinne einer sachlichen Information betrieben. Es ist objektiv zu beraten.

19 Versorgung mit vergrößernden Sehhilfen

- 19.1 Die Beratung und Anpassung von vergrößernden Sehhilfen wird nur von Augenoptikermeistern/Optometrissen ausgeführt.
- 19.2 Es sollten sowohl optische als auch elektronische Hilfsmittel in die Beratung einbezogen werden. Grundlage bei der Auswahl und Anpassung vergrößernder Sehhilfen ist es, mögliche Korrektionsmöglichkeiten/Kompensationsmöglichkeiten zu ermitteln und diese mit den individuellen Bedürfnissen des Kunden/Patienten und dem Gebot der Wirtschaftlichkeit in Einklang zu bringen.

20 Versorgung mit monokularen und binokularen Sehübungen

- 20.1 Monokulare und binokulare Sehübungen können bei visuellen Defiziten für die Optimierung visueller Funktionen eingesetzt werden.
- 20.2 Dabei handelt es sich um ein individuelles Training, das auf den Ergebnissen verschiedener monokularer und binokularer Teste bzw. Analyseverfahren aufbaut. Die Durchführung der Teste/Verfahren und die Erstellung einer individuellen Trainingsstrategie obliegt dem Augenoptikermeister/Optometrissen. Die Erklärung und Durchführung der Sehübungen können delegiert werden.
- 20.3 Das Training ist keine Behandlung von Erkrankungen, sondern ein Training zur Verbesserung der visuellen Leistungsfähigkeit und der ihr zugrunde liegenden Funktionen.
- 20.4 Nach einer entsprechenden Unterweisung werden die Übungen vom Kunden/Patienten selbstständig durchgeführt. Regelmäßige Kontrollen durch den Augenoptikermeister/Optometrissen sind notwendig.

21 Dokumentation

- 21.1 Die Dokumentation des Gesamtvorganges, d. h. alle Ergebnisse der optometrischen Untersuchung, der Abschlussbeurteilung, der Beratung und Versorgung mit einer Korrektionsbrille, Kontaktlinsen, mit vergrößernden Sehhilfen und Hilfsmitteln oder Sehübungen sowie alle Nachuntersuchungen/-kontrollen sind aus Gründen der Auftragsabwicklung, der Gewährleistung, der Produkthaftung und der gesetzlichen Vorschriften erforderlich.
- 21.2 Die Daten sind in nachvollziehbarer Form so zu dokumentieren, dass sie eine unverwechselbare Zuordnung für den jeweiligen Kunden/Patienten zulassen.

- 21.3 Die Dokumentation ist fachgerecht und gemäß den aktuell geltenden Rechtsvorschriften zu führen und zu archivieren.
- 21.4 Bei der Dokumentation sind die geltenden Datenschutzbestimmungen einzuhalten.

22 Haftung

- 22.1 Der Augenoptikermeister/Optometrst ist eigenverantwortlich tätig und nur gegenüber seinem Kunden/Patienten im Rahmen eines Werk- bzw. Dienstvertrages verpflichtet. Der Augenoptikermeister/Optometrst ist hierbei bemüht, im Rahmen der gegebenen optometrischen und technischen Möglichkeiten und aufgrund seiner fachlichen Qualifikation zur Optimierung des Sehvermögens maßgeblich beizutragen.
- 22.2 Lässt der Kunde/Patient einen Teil der Gesamtleistung durch Dritte erbringen, z.B. Fremdverordnung (Ophthalmologe oder anderer Augenoptikermeister/Optometrst) oder Materialfremdbeschaffung, so haftet der Augenoptikermeister/Optometrst nur für die von ihm selbst erbrachten Leistungen. Hierüber informiert er den Kunden.
- 22.3 Bei Inanspruchnahme von Einschleifbetrieben oder Fernrandung haftet der Augenoptikermeister/Optometrst gegenüber seinem Kunden/Patienten.

23 Gewährleistung und Garantie

- 23.1 Für alle durch den Augenoptikermeister/Optometrsten erbrachten Sach- und Dienstleistungen gilt eine Gewährleistung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
- 23.2 Eine Garantie kann für einen über die gesetzliche Gewährleistung hinausgehenden Zeitraum und/oder mit besonderen Rechten für beide Vertragsparteien, z. B. Verträglichkeitsgarantie, Umtausch, gewährt werden.

Salvatorische Klausel

Die Arbeitsrichtlinien befreien den Augenoptikermeister/Optometrsten nicht von der Verantwortung für sein Handeln.

1 Optometrische Untersuchungsverfahren

Verminderte Sehleistung, asthenopische Beschwerden sowie andere symptomatische und nicht-symptomatische Sehstörungen können optische, entwicklungsbedingte, systemische, altersabhängige oder pathologische Ursachen haben.

Zur Feststellung und Korrektur optischer Ursachen werden in der Regel der Visus und die Refraktion des Auges bestimmt, Eingangsteste und eine Binokularprüfung ausgeführt, sowie eine Sehhilfe oder andere Maßnahmen empfohlen (s. Tabelle 1 Spalte 1: Refraktions- und Korrektionsbestimmung).

Zur Feststellung entwicklungsbedingter, altersabhängiger, systemischer oder pathologischer Ursachen werden über die Refraktions- und Korrektionsbestimmung hinaus weitere visuelle und okuläre Funktionen beurteilt sowie eine Inspektion des Auges und seiner Anhangsgebilde durchgeführt (s. Tabelle 1 Spalte 2: Optometrische Untersuchung). Eine solche optometrische Untersuchung dient als Basisuntersuchung zur Beurteilung der Augengesundheit.

Liegen spezifische Sehstörungen oder Veränderungen vor, können ergänzende oder auch nur Teile der hier angegebenen Untersuchungsschritte sowohl im Rahmen der Refraktions- und Korrektionsbestimmung als auch im Rahmen einer optometrischen Untersuchung ausgewählt und durchgeführt werden. Die Reihenfolge der einzelnen Schritte ist nicht vorgegeben.

Zur Feststellung von Risikofaktoren für bestimmte Augenerkrankungen im Rahmen einer gezielten Vorsorgeuntersuchung werden Tests und Untersuchungen durchgeführt, welche zur Erkennung der gesuchten Risikofaktoren besonders geeignet sind (s. Tabelle 1 Spalte 3: Screening). Ein solches Screening kann isoliert von der Refraktions- und Korrektionsbestimmung bzw. von der optometrischen Untersuchung erfolgen.

Tabelle 1 zeigt die drei Teile der optometrischen Untersuchungsverfahren in einer Übersicht. Im nachfolgenden Text werden die einzelnen Bestandteile näher beschrieben.

Tabelle 1: Arbeitsschritte für die Refraktions- und Korrektionsbestimmung, die optometrische Untersuchung und das Screening

Refraktions- und Korrektionsbestimmung	Optometrische Untersuchung	Screening
Bedarfsanalyse und Anamnese (vgl. 1.1)	Bedarfsanalyse und Anamnese (vgl. 1.1)	Bedarfsanalyse und Anamnese (vgl. 1.1)
Visusbestimmung (vgl. 1.2)	Visusbestimmung (vgl. 1.2)	Spezifische Tests und Untersuchungen (vgl. 1.9)
Eingangsteste (vgl. 1.3)	Eingangsteste (vgl. 1.3)	Ergebnisbesprechung und Empfehlung (vgl. 1.10)
Refraktionsbestimmung (vgl. 1.4)	Refraktionsbestimmung (vgl. 1.4)	
Binokularprüfung (vgl. 1.5)	Binokularprüfung (vgl. 1.5)	
Ergebnisbesprechung und Empfehlung (vgl. 1.10)	Untersuchung des vorderen Augenabschnitts (vgl. 1.6)	
	Untersuchung des hinteren Augenabschnitts (vgl. 1.7)	
	Weiterführende Untersuchungen (vgl. 1.8)	
	Ergebnisbesprechung und Empfehlung (vgl. 1.10)	

1.1 Bedarfsanalyse und Anamnese

Definition und Erklärung

Systematisches Erfragen der für eine Refraktions- und Korrektionsbestimmung, für eine optometrische Untersuchung oder für ein Screening relevanten Informationen

Ziel Die Ergebnisse der Befragung sind die Grundlage für die erfolgreiche Verordnung einer Sehhilfe, für eine zielführende Untersuchung und für die nachfolgenden Empfehlungen.

Verfahren Befragung bzw. Erfassung i. d. R. zu folgenden Aspekten:

- personenbezogene Daten

- Grund des Besuches / bei Sehstörungen oder anderen okulären Beschwerden erstes Auftreten, Art, Dauer, Ort und Seite
- Art, Verwendungsweise, Aktualität, Korrektions- und Zentrierdaten sowie Sehschärfe mit vorhandener Sehhilfe(n) und Hilfsmittel(n)
- Sehanforderungen
- Grund, Zeitpunkt und Ergebnis vorausgegangener (augenärztlicher) Untersuchungen und Behandlungen
- andere okuläre oder allgemeine Probleme, Erkrankungen oder Beschwerden mit visueller Relevanz
- okuläre Erkrankungen bei Verwandten ersten oder zweiten Grades
- Einnahme von okulären Medikamenten und von weiteren Medikamenten mit möglicher okulärer (Neben-)Wirkung sowie von Nahrungsergänzungs- oder Tränenersatzmitteln

Dokumentation Separate Antworten zu der Befragung

1.2 Bestimmung der Sehschärfe

Definition und Erklärung

Zur Bestimmung der Sehschärfe wird der kleinste Sehwinkel ermittelt, unter dem zwei räumlich getrennte Objekte oder kritische Objektdetails vom menschlichen Auge aufgelöst werden können bzw. zum Erkennen des Objektes führen. Der Kehrwert des kleinsten Auflösungswinkels entspricht dem Visus (V), welcher ohne Korrektion (V_{sc}), mit habitueller Korrektion (V_{cc} habituell), mit (refraktiver) Vollkorrektion (V_{cc}), monokular oder binokular sowie in Ferne und/oder Nähe bestimmt werden kann. Im Rahmen einer vollständigen Korrektions- und Refraktionsbestimmung oder optometrischen Untersuchung sollte mindestens der monokulare Visus V_{cc} bestimmt werden.

- Ziel** Die Bestimmung der Sehschärfe ist Bestandteil von/Grundlage für:
- Refraktions- und Korrektionsbestimmung
 - optometrische Untersuchung, Screening
 - Funktionskontrolle von Sehhilfen
 - verschiedene Sehtests und Gutachten
 - Abschätzen der Auswirkung von Funktionsstörungen oder Augenkrankheiten auf die Sehleistung
 - Verlaufskontrollen

Verfahren	<ul style="list-style-type: none"> – Sehschärfebestimmung an logarithmisch gestuften Landoltringen oder anderen Sehzeichen gemäß DIN EN ISO 8596 in der jeweils aktuellen Fassung / Zulässig sind auch die Teile 3, 5 und 6 der DIN 58220. – Abweichend von der DIN EN ISO 8596 kann die Sehschärfe bei Kleinkindern je nach Alters- und Entwicklungsstufe mit Gittersehzeichen oder kindgerechten Symbolen über das Verfahren des bevorzugten Sehens (preferential looking) bestimmt werden. Bei Kindergarten- und Vorschulkindern sind Landoltringe, Snellen- oder Pflügerhaken sowie an den Landoltring angeschlossene Symbole (z. B. LEA Sehzeichen) in logarithmischer Abstufung empfohlen.
Dokumentation	Mindestens monokularer Visus V_{cc} mit Vollkorrektion und zugehörige Refraktionswerte

1.3 Eingangsteste

Definition und Erklärung

Orientierende Tests zur Prüfung wichtiger visueller und okulärer Funktionen

Zu Beginn einer vollständigen Korrektions- und Refraktionsbestimmung oder optometrischen Untersuchung sollten mindestens ein Motilitätstest, ein Cover/Uncovertest sowie ein Pupillenreaktionstest durchgeführt werden. Weitere Tests oder Verfahren werden in Abhängigkeit von den angegebenen oder vermuteten Sehproblemen oder in Abhängigkeit vom Lebensalter zu einem vom Untersucher festgelegten Zeitpunkt ausgeführt und in Abschnitt 1.5 bzw. 1.8 näher beschrieben.

Ziel	Aufdecken von Funktionsstörungen und Risikofaktoren für verschiedene Augenerkrankungen
Verfahren	<ul style="list-style-type: none"> – Motilitätstest: Prüfung auf Lähmungsschielen durch Beobachten von Augenstellung, Augenfolgebewegungen und Kopfhaltung in verschiedenen Blickrichtungen und ggf. Erfragung von wahrgenommenen Doppelbildern – Cover/Uncovertest für Ferne und Nähe: Prüfung auf Heterotropie und Heterophorie durch ein- oder wechselseitiges Zu- bzw. Aufdecken eines Auges unter Beobachtung der dabei evtl. eintretenden Augenbewegung

- Pupillenreaktionstest: Prüfung auf efferente und afferente Pupillendefekte durch Seitenvergleich von Pupillengröße und Lichtreaktion bei wechselseitiger Beleuchtung der Augen

Dokumentation Normalbefund bzw. Auffälligkeiten für jeden der durchgeführten Eingangsteste

1.4 Refraktionsbestimmung für Ferne und Nähe

Definition und Erklärung

Objektive und/oder subjektive Refraktionsbestimmung unter monokularen Bedingungen und monokularer Abgleich unter binokularen Bedingungen sowie ggf. Bestimmung des Nahzusatzes

In der Regel wird die objektive Refraktionsbestimmung der subjektiven Refraktionsbestimmung vorangestellt. Die objektive Refraktionsbestimmung sollte die subjektive Refraktionsbestimmung nur in solchen Fällen ersetzen, bei denen keine verlässlichen subjektiven Angaben möglich sind.

Ziel Ermitteln von Art und Betrag der Ametropie als Grundlage für die Sehhilfenverordnung und die Beurteilung der Sehleistung

Verfahren

- Objektiv: manuell (Skiaskopie) oder automatisch (Autorefraktometer, Aberrometer u. a.)
- Subjektiv: Bestimmung der sphärozyklindrischen Kombination und des Zylinders mit einem geeigneten Verfahren, z. B. mittels Kreuzzylindermethode
- Die Refraktionsbestimmung besteht aus folgenden Schritten:
 - objektive Refraktionsbestimmung
 - subjektive Refraktionsbestimmung
 - Prüfung auf Refraktionsgleichgewicht und monokularer Feinabgleich unter binokularen Bedingungen (z. B. mittels Cowen-Test)
 - Bestimmung des Visus mit der ermittelten refraktiven Korrektur (vgl. Abschnitt 1.2)
 - Bestimmung des Nahzusatzes auf Grundlage des maximalen Akkommodationserfolges und der Hauptarbeitsentfernung
 - ggf. Ableiten der Korrekturwerte für eine Sehhilfenverordnung

- Dokumentation**
- Mindestens: Angaben zu Sphäre, Zylinder und Achslage für die Vollkorrektur in Plus- oder Minuszylinderschreibweise und der damit erreichte monokulare Visus
 - Bei Brillenverordnungen zusätzlich: Mittenabstand für Messbrille oder Phoropter; Hornhaut-Scheitel-Abstand; Nahzusatz sowie ggf. der damit erzielbare Schärfebereich und die Hauptarbeitsentfernung in der Nähe

1.5 Binokularprüfung für Ferne und Nähe

Definition und Erklärung

Beurteilung binokularer Funktionen sowie Feststellung und Bestimmung von Heterophorie einschließlich Fixationsdisparation oder ggf. Heterotropie

Ergänzend zu den in 1.3 beschriebenen Eingangstesten (Motilitätstest, Cover/Uncovertest, Pupillenreaktionstest) besteht die Binokularprüfung mindestens aus der Erfassung des binokularen Status mittels Heterophorietest und Stereopsistest. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von den Testergebnissen und der Anamnese weiterführende Tests und Verfahren angewandt werden.

Die Ergebnisse der Binokularprüfung können zur Verordnung prismatischer Brillengläser, zur Modifikation des sphärischen Anteils einer Sehhilfenverordnung und/oder zur Empfehlung von monokularen oder binokularen Sehübungen führen.

Ziel Feststellung und ggf. Korrektur von Störungen des Binokularsehens zur Reduktion von asthenopischen Beschwerden, zur Verbesserung von Sehfunktionen oder zur Vermeidung von Amblyopie

- Verfahren**
- Motorische Binokularfunktionen:
 - Prüfung auf Heterophorie und bei Bedarf deren Bestimmung mittels Heterophorietest (getrennte Darstellung von Testteilen ohne zentralen Fusionsreiz), z. B. MKH-Kreuztest, Maddoxtest
 - Prüfung auf Fixationsdisparation und bei Bedarf deren Bestimmung mittels FD-Test (getrennte Darstellung von Testteilen und zentralem Fusionsreiz), z. B. FD-Teste der MKH-Messreihe, Mallett-Test
 - ggf. Bestimmung von Heterotropie bei Geradeausblick, z. B. mittels Prismen-Covertest, Maddoxkreuz bzw. in verschiedenen Blickrichtungen, z. B. mittels Harmswand, Hessschirm

- Beurteilung von Vergenz und Akkommodation:
 - Bestimmung des Konvergenznahpunktes (NPC)
 - Bestimmung von Konvergenz- und Divergenz-Reserven in Ferne und Nähe
 - Bestimmung der Vergenzflexibilität
 - Ermitteln des AC/A-Quotienten, z. B. mit der Heterophoriemethode
 - monokulare und binokulare Bestimmung des maximalen Akkommodationserfolges ΔA_{\max} ohne bzw. mit habitueller oder mit Vollkorrektur
 - Bestimmung der relativen Akkommodation
 - Bestimmung der monokularen und binokularen Akkommodationsflexibilität, z. B. mittels $\pm 2,00$ dpt Wendevorhalter
 - Bestimmung der Akkommodationsgenauigkeit, z. B. mittels MEM-Skiaskopie

- Sensorische Binokularfunktionen:
 - Prüfung auf Stereopsis und ggf. Ermitteln des kleinsten zu einer stereoskopischen Wahrnehmung führenden Stereowinkels, z. B. mittels differenziertem Stereotest
 - Feststellung der Augendominanz, z. B. mittels Daumen-Peiltest
 - Prüfung auf binokulares Einfachsehen in Ferne und Nähe, z. B. mittels Fixierlicht und vorgeschalteten Rot-Grün-Filtern
 - Prüfung auf Suppression, z. B. mittels Vierlichtertest nach Worth
 - Prüfung auf anomale Korrespondenz, z. B. mittels Lichtschweiftest nach Bagolini
 - Prüfung auf exzentrische Fixation, z. B. mittels Fixiermarke im Handophthalmoskop

- Analysemethoden zum Binokularsehen: z. B. Grafische Analyse, Integrative Analyse nach Scheiman & Wick, Normative Analyse, OEP-Analyse

- Hinweise zur Verordnung von prismatischen Gläsern oder von Sehübungen: Die Verordnung von prismatischen Gläsern oder von Sehübungen ist nur dann indiziert, wenn damit eine Reduktion bestehender asthenopischer Beschwerden, eine Verbesserung von Sehfunktionen oder die Vermeidung einer Amblyopie zu erwarten ist.

- Dokumentation**
- Art der verwendeten Teste
 - Prüferentfernung
 - Ergebnisse für jeden durchgeführten Einzeltest

- Binokularer Visus V_{cc} (vgl. 1.2)
- bei Verordnung prismatischer Brillengläser:
 - Betrag, Basislage und ggf. Position des Prismas in der Messbrille (ggf. für R und L bzw. F und N getrennt)
 - HSA, Zentrierdaten für Messbrille oder Phoropter (ggf. für R und L bzw. Ferne und Nähe getrennt)
 - Sphäre, Zylinder, Achse, Prisma, Basislage und Zentrierdaten für die Korrektionsbrille

1.6 Untersuchung des vorderen Augenabschnitts

Definition und Erklärung

Systematische Untersuchung von Tränenfilm, Augenlidern, Bindehaut, Sklera, Hornhaut, Vorderkammer, Iris und Augenlinse

Ziel	<p>Feststellung von Trübungen und Irregularitäten der brechenden Medien als mögliche Ursache für Sehleistungsminderung / Feststellung von Anzeichen oder Risikofaktoren für Augenerkrankungen</p> <p>Die Untersuchung des vorderen Augenabschnitts gehört zu den Grundbestandteilen der Kontaktlinsenanpassung (s. Kap. 3.6).</p>
Verfahren	<p>Spaltlampenmikroskop, Ophthalmometer und bildgebende Verfahren; Untersuchung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tränenfilm, z. B. Tränenmeniskus, Interferenzen, Aufreißzeit - Augenlidern und Wimpern, z. B. Lidränder, Meibom-Drüsen, Lidschlag, Stellung der Wimpern - Konjunktiva, bulbär und tarsal, z. B. Gefäße, Injektionen, Rötungen - Sklera, z. B. Pigmentierung, Rötung - Kornea <ul style="list-style-type: none"> • Epithel, z. B. Stippungen, Erosionen • Stroma, z. B. Infiltrate, Narben • Endothel, z. B. Dystrophie, Zeldichte • Topographie, z. B. Irregularitäten - Vorderkammer, z. B. Kammerwinkel, Vorderkammertiefe - Iris und Pupille, z. B. Pupillenspiel, Pupillenform, Pupillenlage, Pupillengröße - Augenlinse, z. B. Transparenz, Art und Lage von Trübungen

- Dokumentation** – Befunde zu allen durchgeführten Untersuchungen; bei Auffälligkeiten ggf. Skizze und Angabe von Anzahl, Art, Größe usw.
- Empfehlenswert ist die Bewertung und Dokumentation nach internationalen Klassifizierungsschlüsseln.

1.7 Untersuchung des hinteren Augenabschnitts

Definition und Erklärung

Untersuchung des Glaskörpers und des Augenhintergrundes, welche mindestens aus der Inspektion von Papille, Makula und der angrenzenden Netzhautgefäße besteht

Ziel Feststellung allgemeiner und sehleistungsmindernder Auffälligkeiten sowie von Risikofaktoren für Augenerkrankungen

Verfahren Direkte oder indirekte Ophthalmoskopie, Funduskamera, bildgebende Verfahren; Untersuchung von:

- Glaskörper, z. B. Klarheit
- Fundus allgemein und Makula, z. B. allgemeine Färbung, Pigmentierung und Reflexe, Drusen, Exsudate, Baumwollherde, Ödeme, Blutungen, Atrophie, Dystrophie
- Papille
 - allgemein, z. B. Größe, Form, und Neigung
 - Randsaum, z. B. Randschärfe, Breite und Vitalität
 - Exkavation, z. B. Lage, Größe, Form und Profil
 - Papillenrandbereich, z. B. Pigmentierungen und/oder Atrophie
- Papillennahe Nervenfaserschicht: z. B. Bestimmung der Nervenfaserschichtdicke mittels OCT oder anderer bildgebender Verfahren
- Netzhautgefäße allgemein, z. B. Gefäßverlauf, Gefäßkaliber, AV-Verhältnis und Gefäßkreuzungen, Mikroaneurismen, Blutungen, Exsudate, Baumwollherde, Neovaskularisationen
- Netzhautperipherie, z. B. Degenerationen, Netzhautlöcher oder -risse

Dokumentation Befunde zu allen durchgeführten Untersuchungen; bei Auffälligkeiten ggf. Skizze und Angabe von Anzahl, Art, Größe usw. Empfehlenswert ist die Bewertung und Dokumentation nach internationalen Klassifizierungsschlüsseln.

1.8 Weiterführende Untersuchungen

Definition und Erklärung

Untersuchungen, welche in Abhängigkeit von der Anamnese oder von den Ergebnissen anderer Untersuchungen zusätzlich durchgeführt werden

Ziel Aufdecken von Funktionsstörungen und Störungen des visuellen Systems sowie von Risikofaktoren für verschiedene Augenerkrankungen

Verfahren

- Farbsinn: Prüfung auf angeborene oder erworbene Farbsinnstörung mittels pseudoisochromatischer Tafeln (z. B. nach Velhagen oder Ishihara), Farblegetest (z. B. Farnsworth-Munsell D15 oder 100 Hue Test), Anomaloskop oder validierter Test an einem farbkalibrierten Bildschirm / Eine Überprüfung des Farbsinns kann auch als separates Screening erfolgen.
- Kontrastempfindlichkeit: Die Bestimmung erfolgt mithilfe von Tafeln oder Displays, welche Optotypen (z. B. Pelli-Robson-Tafel) oder Gitter mit abnehmendem Kontrast (z. B. Vistech-Tafel) darstellen. Alternative: Visusbestimmung an Sehproben mit niedrigem Kontrast (Niederkontrastvisus)
- Dämmerungssehen und Blendempfindlichkeit: Bestimmung von Visus oder Kontrastempfindlichkeit unter mesopischen Bedingungen ohne und mit Blendung
- Gesichtsfeld: Orientierende Prüfung des zentralen 10°-Gesichtsfeldes mittels Amsler-Gitter o. ä.; orientierende Prüfung des peripheren Gesichtsfeldes mittels Konfrontationstest; kinetische und/oder automatische Perimetrie mit überschwelliger (Screening-) oder Schwellenwert-Teststrategie. Indikationen: z. B. bei Sehstörungen oder Kopfschmerzen unklarer Genese; als Bestandteil des Glaukomscreenings
Hinweis: In der Regel ist die Schwellenwert-Perimetrie der überschwelligen Perimetrie bzw. die überschwellige Perimetrie den orientierenden Gesichtsfeldtests vorzuziehen.
- Topographie: Bestimmung der Oberflächengestalt von Kornea und Sklera
- Tonometrie: Bestimmung des Augeninnendrucks mittels Non-Contact-Tonometrie oder gleichwertigem Verfahren
- Pachymetrie: Optisches, elektronisches oder bildgebendes Verfahren zur Bestimmung der Hornhautdicke
- Aberrometrie: Bestimmung der Aberrationen niederer und höherer Ordnung; wird auch zur objektiven Bestimmung der Refraktion eingesetzt

- Scheimpflug-Verfahren: Rotierende Kamera zur Darstellung und Dimensionbestimmung verschiedener Strukturen des vorderen Augenabschnitts
- Bildgebende Verfahren: Apparative Untersuchungsmethoden zur zwei- oder dreidimensionalen Darstellung von Strukturen des vorderen und hinteren Augenabschnitts, z. B. OCT, SLO
- Endothelmikroskopie: Bestimmung der Anzahl und Form der Endothelzellen

Dokumentation Qualitative und quantitative Ergebnisse (Normalbefund und Auffälligkeiten) für alle durchgeführten Prüfungen oder Untersuchungen; auch Ausdruck oder digitale Speicherung eines detaillierten Reports

1.9 Screening

Definition und Erklärung

Screening (Durchsiegung; screen = engl. Sieb) ist ein Verfahren zur frühzeitigen Erkennung von unbemerkten Erkrankungen oder Defekten bei scheinbar gesunden Personen. Ein fachgerechtes Screening setzt voraus, dass es sich um eine im Frühstadium behandelbare und relativ häufig auftretende Erkrankung oder Störung handelt und dass ein Verfahren zur Verfügung steht, welches mit einer hinreichend großen Sicherheit zwischen tatsächlich erkrankten und tatsächlich gesunden Fällen unterscheiden kann. Je nach Art der gesuchten Erkrankung oder Störung kann sich das Screening an Personen einer bestimmten Altersgruppe oder einer bestimmten Risikogruppe richten. Ein auffälliges Ergebnis oder das Überschreiten bestimmter Regel- oder Grenzwerte kann zur Empfehlung eines (Fach-)Arztbesuches führen. Insbesondere sollte diese Empfehlung bei starker Änderung der Sehschärfe, bzw. der Refraktionswerte erfolgen.

Ziel Durch das Erkennen von Risikofaktoren für bestimmte Funktionsstörungen oder Augenerkrankungen und der daraus resultierenden Empfehlung eines (Fach-)Arztbesuches soll ein wertvoller Beitrag zur Vermeidung dauerhafter Sehleistungsminderung oder Blindheit geleistet werden.

Verfahren Ein optometrisches Screening gilt als sach- und fachgerecht, wenn adäquate Kombinationen validierter Mess- und Untersuchungsverfahren oder eine Kombination solcher Verfahren eingesetzt und die Befunde beurteilt und dokumentiert werden. In den Unterpunkten 1.9.1 bis 1.9.4 werden ausgewählte Screeningverfahren näher beschrieben.

- Dokumentation**
- Befunde für jedes der ausgeführten Verfahren, ggf. mit Angabe von Seite, Form, Lage, Anzahl und Größe von Auffälligkeiten
 - Datum, Uhrzeit und Ergebnis der Messung oder Prüfung
 - Angabe des verwendeten Gerätes oder Verfahrens
 - ggf. Angabe der zugrunde liegenden Normwerte und -bereiche

1.9.1 Screening für Amblyopie

Definition und Erklärung

Kombination verschiedener Mess- und Untersuchungsverfahren, mindestens bestehend aus Sehschärfestimmung sowie einer Überprüfung des refraktiven und des binokularen Status; empfohlen für Kinder bis zum Schuleintrittsalter

- Ziel**
- Früherkennung der Amblyopie bzw. Aufdecken von amblyogenen Risikofaktoren wie:
 - Sehschärfe für Reihenoptotypen mehr als eine Zeile unterhalb des altersgerechten Erwartungswertes
 - fehlende oder gegenüber altersgerechten Erwartungswerten stark reduzierte Stereopsis
 - unkorrigierte Ametropie (Anisometropie ab ca. 1,0 dpt sphärisches Äquivalent, Astigmatismus ab ca. 1,0 dpt, beidseitige Ametropie ab ca. $\pm 3,0$ dpt)
 - Strabismus
 - Lidanomalien mit Beeinträchtigung des Sehens
 - Medientrübungen
 - ggf. Empfehlung eines Augenarztbesuches zur Refraktionsbestimmung in Zykloplegie und zur weiterführenden Diagnostik
- Verfahren**
- Anamnese (meist Fremdanamnese durch Befragung der Eltern)
 - Ausmessen und Kontrolle eventuell vorhandener Sehhilfen,
 - kindgerechte Visusbestimmung und Vergleich mit altersgerechten Normwerten und -bereichen (vgl. 1.2)
 - objektive Refraktionsbestimmung mittels Skiaskopie oder gleichwertigem Verfahren
 - Prüfung auf Strabismus mittels Covertest (vgl. 1.5) und/oder Brückner-test
 - Prüfung der Stereopsis, z. B. mittels Lang-Stereotest

- ggf. Prüfung auf Suppression, anomale retinale Korrespondenz und/oder exzentrische Fixation
- ggf. Inspektion des zentralen Augenhintergrundes
- einfache Inspektion der Augenlider und der brechenden Medien

Dokumentation Monokularer V_{CC} , Refraktionswerte R/L (in Näherung), (mindestens qualitative) Aussage zur Augenstellung und zur Stereopsis

1.9.2 Glaukomscreening

Definition und Erklärung

Kombination verschiedener Mess- und Untersuchungsverfahren, mindestens bestehend aus Sehschärfestimmung, Tonometrie sowie Inspektion der Papille und deren angrenzenden Strukturen; empfohlen für Personen ab 40 Jahre

- Ziel**
- Früherkennung des primären Offenwinkelglaukoms (POWG) bzw. Aufdecken von Risikofaktoren wie:
 - Intraokularer Druck (IOD) zumindest zeitweise ≥ 22 mmHg
 - Glaukotypische Veränderungen im Bereich der Papille und/oder der papillennahen Nervenfaserschicht
 - Empfindlichkeitsverluste im Gesichtsfeld
 - u. a.
 - Bei Glaukomverdacht Empfehlung eines Augenarztbesuches zur Diagnosestellung und ggf. Behandlung

- Verfahren**
- Anamnese mit Befragung nach familiärer Disposition (vgl. 1.1)
 - Tonometrie, z. B. mittels Non-Contact-Tonometrie
 - Inspektion der Papille unter Beachtung folgender Risikofaktoren:
 - vergrößerte/vertiefte Exkavation mit vertikalem C/D- $\text{Ratio} \geq 0,6$
 - diffuse oder fokale Verdünnung des neuroretinalen Randes, insbesondere superior oder inferior
 - Randblutung(en)
 - R/L-Asymmetrie glaukotypischer Papillenveränderungen
 - bajonettförmige Abknickung der Gefäße am Papillenrand
 - empfohlen: schwellenbestimmende oder gleichwertige Perimetrie mit mindestens 20° Ausdehnung (gemessen von der Gesichtsfeldmitte) und einer zur Erkennung glaukomspezifischer Gesichtsfelddefekte geeigneten Teststrategie

- empfohlen: Untersuchung des vorderen Augenabschnitts mit Beurteilung des Kammerwinkels gemäß 1.6 zur zusätzlichen Beurteilung von Risikofaktoren für ein sekundäres Glaukom
- ggf. Tomographie der Papille und der papillennahen Nervenfaserschicht
- ggf. Pachymetrie zur Bestimmung der zentralen Hornhautdicke und ggf. Korrektur des IOD-Messwertes

- Dokumentation**
- Ophthalmoskopischer Papillenbefund gemäß 1.7, mit Angabe des CD-Ratio (vertikales CDR empfohlen)
 - Ergebnis der Tonometrie, mindestens mit Angabe von:
 - Art des Verfahrens
 - Datum und Uhrzeit der Messung
 - Mittelwert für IOD in mm Hg (R und L getrennt)
 - Ergebnis der Perimetrie, mindestens mit Angabe von:
 - Gerätetyp
 - Datum und Uhrzeit der Messung
 - Prüfstrategie und -raster
 - Bewertung der Messergebnisse
 - monokulare Sehschärfe V_{cc}
 - Ergebnisse weiterer Verfahren (vgl. 1.8)

1.9.3 Screening für altersbedingte Makuladegeneration

Definition und Erklärung

Kombination verschiedener Mess- und Untersuchungsverfahren, mindestens bestehend aus Sehschärfestimmung, Amsler-Test sowie einer Inspektion der Makula; empfohlen für Personen ab ca. 65 Jahren

- Ziel**
- Früherkennung der AMD bzw. Aufdecken von Risikofaktoren wie:
 - Visusverlust
 - Wahrnehmung von Metamorphopsien
 - Veränderungen im Bereich der Makula, wie z. B. zahlreiche größere Drusen oder unregelmäßige Pigmentierung
 - Bei Verdacht auf AMD Empfehlung eines Augenarztbesuches zur Diagnosestellung und ggf. Behandlung

- Verfahren**
- Visusbestimmung V_{cc} R/L
 - Prüfung des zentralen Gesichtsfeldes (10°) mittels Amsler-Gitter oder zentraler Perimetrie
 - Fundusfotografie oder Ophthalmoskopie des zentralen Fundus
 - ggf. OCT oder andere Verfahren (s. Kap. 1.8) zur Feststellung eines Makulaödems oder zur Bestimmung der makulären Netzhautdicke
 - ggf. Untersuchung des vorderen Augenabschnittes mittels Spaltlampenmikroskop gemäß 1.6.

- Dokumentation**
- Visus V_{cc} R/L
 - perimetrischer Befund für zentrales Gesichtsfeld
 - ophthalmoskopischer Befund der Makula

1.9.4 Screening für Diabetische Retinopathie

Definition und Erklärung

Kombination verschiedener Mess- und Untersuchungsverfahren, mindestens bestehend aus Sehschärfestimmung sowie einer Inspektion des vorderen und des hinteren Augenabschnitts, empfohlen für Personen mit bereits bekanntem Diabetes mellitus

- Ziel**
- Früherkennung der diabetischen Retinopathie bzw. Aufdecken von Risikofaktoren wie:
 - Visusverlust
 - Empfindlichkeitsverluste im Gesichtsfeld
 - Metamorphopsien
 - diabetestypische Netzhautveränderungen
 - diabetestypische Veränderungen im vorderen Augenabschnitt.
 - Bei Verdacht auf diabetische Retinopathie Empfehlung eines Augenarztbesuches zur Diagnosestellung und ggf. Behandlung

- Verfahren**
- Anamnese
 - Bestimmung des monokularen Visus V_{cc} (R/L)
 - ggf. Amslertest; empfohlen: schwellenbestimmende oder gleichwertige Perimetrie
 - Untersuchung des vorderen Augenabschnitts mittels Spaltlampenmikroskop gemäß 1.6

- Untersuchung des hinteren Augenabschnitts gemäß 1.7 mit Beachtung von Mikroaneurismen, Kaliberschwankungen, Blutungen, Neovaskularisationen und anderen Gefäßanomalien
- ggf. OCT zur Feststellung eines Makulaödems u. a.

Dokumentation Mindestens Visus V_{cc} (R/L) sowie Befund für vorderen und hinteren Augenabschnitt; zur Klassifizierung der diabetischen Retinopathie ist die Verwendung anerkannter Klassifizierungsschlüssel empfohlen.

1.10 Ergebnisbesprechung und Empfehlung

Definition und Erklärung

Gesamtbeurteilung aller Mess- und Untersuchungsergebnisse unter Berücksichtigung der Bedarfsanalyse, der Anamnese sowie der Handlungsempfehlung

Die Handlungsempfehlung liefert die Grundlage für die weitere Vorgehensweise und beinhaltet Maßnahmen, die zur Korrektur von Refraktionsfehlern sowie zur Vermeidung, Linderung oder Abklärung von Sehstörungen bzw. deren Ursache vorgeschlagen werden. Die Handlungsempfehlung kann z. B. die Verordnung einer Sehhilfe oder Sehübungen, die Empfehlung eines Augenarztbesuches oder die Empfehlung einer Wiedervorstellung in einem bestimmten Zeitintervall einschließen. Sowohl die Mess- und Untersuchungsergebnisse als auch die Handlungsempfehlung müssen mit dem Kunden/Patienten besprochen werden.

Ziel Empfehlung geeigneter Sehhilfen oder anderer Maßnahmen zur Verbesserung der Sehleistung bzw. zur Erhaltung oder Wiederherstellung normaler Zustände des visuellen Systems

Verfahren Für die Handlungsempfehlung bestehen u. a. folgende Optionen:

- Festlegen von Art, Stärke und Tragemodus einer Sehhilfe sowie Ableitung einer Verordnung
- Verordnung von Brillengläsern oder Kontaktlinsen mit von der Vollkorrektur abweichender sphärozyklischer oder prismatischer Wirkung
- Verordnung von Sondersehhilfen oder optischen Hilfsmitteln, z. B. bei Sehbehinderung
- Empfehlung von ergänzenden Hilfsmitteln, z. B. zusätzliche Beleuchtung, Kantenfilter, Leseputz
- Erstellen einer Trainingsstrategie für monokulare oder binokulare Sehübungen

- Empfehlung von Maßnahmen zur Steigerung von Sehfunktionen, z. B. sports vision training
- Erörterung von augenoptischen oder medizinischen Möglichkeiten zur Reduktion einer Sehstörung
- Terminvergabe und Terminplanung für Kontrolluntersuchungen
- Empfehlung eines (Fach-)Arztbesuches zur Diagnosestellung und Behandlung

- Dokumentation**
- Kugel, Zylinder und Achse für die Verordnung
 - Angaben zu Art, Verwendungszweck, Tragemodus und ggf. Zentrierung der verordneten bzw. empfohlenen Sehhilfe(n) oder anderer Hilfsmittel
 - Normalbefund bzw. vermutete Ursache(n) für angegebene oder festgestellte Auffälligkeit(en) oder Störung(en) des visuellen Systems
 - alle gegenüber dem Kunden/Patienten ausgesprochenen Empfehlungen einschließlich vereinbarter Kontrolltermine

1.11 Erläuterungen zu den optometrischen Untersuchungsverfahren

Rechtshinweis zur Refraktions- und Korrektionsbestimmung

Eine Refraktions- und Korrektionsbestimmung wird auf Wunsch des Kunden/Patienten durchgeführt. Sie dient der Abklärung, wenn für einen Kunden/Patienten aufgrund eigener oder fremder Beobachtungen erwartet werden muss, dass keine optimale Sehleistung besteht und somit eine Fehlsichtigkeit (Ametropie) eines oder beider Augen vorliegt.

Die Fehlsichtigkeit eines Auges oder des Augenpaares ist keine Krankheit. Dies wurde in höchstgerichtlichen Entscheidungen festgestellt („Optiker-Urteil“ des Bundesverwaltungsgerichtes vom 20.01.1966 (IC 73/64), „Wettbewerbsurteil“ des Bundesgerichtshofes vom 04.02.1972 (IZR 104/70) und Urteil des Bundessozialgerichtes über die Zulassung der Augenoptiker „zur Kassenrefraktion“ vom 18.09.1973 (6 RKa 16/72)). Fehlsichtigkeiten sind Bildlagefehler.

Abgrenzungsrichtlinien für die Refraktions- und Korrekptionsbestimmung

Der Augenoptikermeister/Optommetrist verweist diejenigen Personen an den (Fach-)Arzt, von denen bekannt ist oder die selbst aussagen, dass sie sich wegen einer Augenerkrankung in augenärztlicher Behandlung befinden. Für diese Personen gilt die Refraktions- und Korrekptionsbestimmung als begleitende Maßnahme zur medizinischen Behandlung durch den Arzt, sie können vom Augenoptiker/Optommetristen refraktioniert und in augenoptisch/optometrischer Hinsicht beraten werden.

In folgenden Fällen sollte der Augenoptikermeister/Optommetrist zum Zwecke einer zusätzlichen medizinischen Untersuchung den Besuch bei einem Arzt für Augenheilkunde empfehlen:

- bei Personen, bei denen er Augenkrankheiten vermutet,
- bei Personen, bei denen die Sehschärfe plötzlich nachgelassen hat,
- bei Vorschulkindern, bei denen noch keine Untersuchung durch den Arzt für Augenheilkunde vorgenommen wurde.

Rechtshinweis zur Durchführung von optometrischen Untersuchungen

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 7.8.2000 (1 BvR 254/99) entschieden, dass Augenoptiker das Gesichtsfeld prüfen und den Augeninnendruck messen dürfen, wenn sie den Kunden vorher (schriftlich oder mündlich) darauf hinweisen, dass diese Messungen keine ärztliche Untersuchung darstellen oder ersetzen.

Ferner muss der Kunde/Patient darüber aufgeklärt werden, dass es um das Aufspüren von Auffälligkeiten und nicht um das Stellen einer Diagnose geht. Selbst wenn Auffälligkeiten bei den Messungen durch den Augenoptiker entdeckt werden, heißt dies nicht, dass der Kunde krank ist. Umgekehrt kann auch nicht aus dem Fehlen von Auffälligkeiten auf die Gesundheit des Kunden geschlossen werden. Das maßgebliche Gesetz, das Augenoptiker berechtigt, Perimetrie oder Non-Contact-Tonometrie anzubieten, ist § 1 Abs. 2 Heilpraktikergesetz.

Diese Erwägungen des Bundesverfassungsgerichts gelten auch für alle anderen nicht-invasiven und nicht-medikamentös begleiteten Untersuchungen des Augenoptikers, die geeignet sind, Auffälligkeiten am Auge aufzudecken.

2 Versorgung mit Korrektionsbrillen

Eine Korrektionsbrille dient zur Verbesserung der visuellen Wahrnehmung unter bestimmten Umfeldbedingungen. Korrektionsbrillen sind physikalisch-optische Hilfsmittel, die bildlageverändernd wirken. Sie werden zur Korrektion von visuellen Defiziten (Ausgleich einer Fehl- und/oder Alterssichtigkeit oder Augenbewegungs-, Vergenz- und Akkommodationsstörung, z. B. Akkommodationsmangel bei Akkommodationsinsuffizienz) eingesetzt. Korrektionsbrillen beheben nicht die Ursache des visuellen Defizites, sie sind deshalb keine Heilmittel.

Brillengläser und Brillenfassungen sind aufeinander abzustimmende Komponenten einer Korrektionsbrille, deren Wirkung der Korrektionsvorgabe entsprechen muss. Dies bedingt i. d. R. die Einzelfertigung durch den Augenoptiker.

Es können folgende Arten von Korrektionsbrillen unterschieden werden (Tabelle 2):

Tabelle 2: Arten von Korrektionsbrillen und anderen Hilfsmitteln mit Korrektionsträger

Art	Unterteilung
Einstärkenbrillen	<ul style="list-style-type: none">• Fernbrille• Nahbrille
Mehrstärkenbrillen	<ul style="list-style-type: none">• Bifokalbrille• Trifokalbrille• Multifokalbrille• Brille mit Sondergläsern, z. B. „Pilotengläser“ mit zusätzlichem Nahteil oben
spezielle Korrektionsbrillen mit Ein- oder Mehrstärkengläsern	<ul style="list-style-type: none">• Nahkomfort-/Office-Brille, z. B. Bildschirmbrille• Sportbrille• Baby- und Kinderbrille
andere Hilfsmittel als Korrektionsträger	<ul style="list-style-type: none">• (Arbeits-)Schutzbrille• Strahlenschutzbrille• Brillensysteme, z. B. für Sondersehhilfen• Korrektionsbrillen in Verbindung mit einer Hörhilfe• Sonderbrillen, z. B. Korrektionsbrille mit Ptoisisstütze

Korrektionsbrillen sind individuell bestimmt und an die individuelle Anatomie des Kunden/Patienten angepasst. Die Korrektionsdaten können folgende Herkunft haben:

- Eigenverordnung im Rahmen einer Refraktions- und Korrektionsbestimmung,
- Übernahme vorhandener Werte oder
- Fremdverordnung (fachärztliche Verordnung oder von anderem Augenoptikermeister/Optometristen).

Die Versorgung mit einer Korrektionsbrille gilt als sach- und fachgerecht, wenn die einschlägigen Normen und Gesetze beachtet und die betriebsinternen Verfahrensanweisungen eingehalten werden. Als systematischer Ablauf zur Fertigung einer individuellen Korrektionsbrille wird der in Abbildung 1 dargestellte vorgeschlagen.

Aufgrund individueller Gegebenheiten des Kunden/Patienten sowie verschiedener Arten von Brillenfassungen und Brillengläsern kann dieser Ablauf individuell variieren. Auch die Wiederholung einzelner Schritte ist möglich. Bei Kontraindikation ist von einer Versorgung Abstand zu nehmen. Ebenso sollte bei Auffälligkeiten der Augengesundheit zur weiteren Abklärung eine Verweisung an einen (Fach-)Arzt erfolgen.

Nachfolgend werden nur die korrektionspezifischen Teilschritte zur optometrischen Versorgung mit einer individuellen Korrektionsbrille erläutert. Allgemeine Verfahren, wie z.B. Visus-, Korrektionsbestimmung sind analog Kapitel 1 *Optometrische Untersuchungsverfahren* durchzuführen.




Abbildung 1: Ablaufschema für eine systematische Brillenanpassung von der Anamnese bis zur Abgabe bzw. regelmäßigen Funktionskontrolle

2.1 Spezifische Anamnese für Korrektionsbrillen

Definition

- **Allgemeine Anamnese:** systematisches Erfragen wichtiger Informationen zum aktuellen Status und der für das visuelle System relevanten Historie, z. B. Art, Beginn und Verlauf aktueller Beschwerden
- **Spezifische Anamnese für Korrektionsbrillen:** systematisches Erfragen wichtiger Informationen zum aktuellen Status und der für die Korrektionsbrille relevanten Historie, z. B. bisherige Korrektion

Ziel Bedarfsanalyse sowie zielgerichtete Auswahl geeigneter Korrektionsbrillenfassung und Korrektionsbrillengläser

Verfahren **2.1.1 Allgemeine Anamnese**

Befragung zu folgenden Aspekten (aktueller Status und Historie)

→ siehe Kapitel 1.1 *Bedarfsanalyse und Anamnese*

2.1.2 Spezifische Anamnese für Korrektionsbrillen

Befragung zu folgenden Aspekten und Parameterermittlung (aktueller Status und Historie)

- vorhandene und aktuelle Sehhilfe(n)
 - Korrektionsdaten
 - Art der Korrektionsbrille (Fassungsdaten)
 - Art der Korrektionsgläser (Glasart und Qualität), Zentrierung (PD und HSA) und Gebrauchswirkung
 - ggf. Probleme/Tragebeschwerden, visuelle Probleme, Handhabungsbeschwerden
- Bedarfsanalyse
- Arbeitsumfeld (z. B. Tätigkeit, Bildschirmarbeit)
- Freizeitumfeld (z. B. Sportart)
- ggf. soziales Umfeld

Dokumentation

- Ergebnisse der allgemeinen und spezifischen Anamnese für Korrektionsbrillen
- ggf. Dokumentation von Verhaltensauffälligkeiten, z. B. auffällige Kopf- und Körperhaltungen
- Angaben zu erfassten Daten der vorhandenen/verwendeten Sehhilfen (Korrektionsbrille und Brillengläser)

2.2 Visusbestimmung (V_{sc} und V_{cc} habituell)

→ analog Kapitel 1.2 *Bestimmung der Sehschärfe*

2.3 Funktionsprüfungen

→ analog Kapitel 1.3 *Eingangsteste*

2.4 Bestimmung der Fern- und Nahkorrektion

→ analog Kapitel 1.4 *Refraktionsbestimmung für Ferne und Nähe*

- Bei Fremdverordnung: monokulare und binokulare Visusbestimmung in der Ferne und in der Nähe mit der verordneten Korrektion (V_{cc}) und Abstimmung der Sehbereiche auf die individuellen Anforderungen mit dem Kunden/Patienten unter Berücksichtigung der gewählten Korrektion (z. B. Glasart)
- Bei Eigen- und Fremdverordnung: ggf. Änderung der Korrektion, um einen individuellen Arbeitsabstand zu ermöglichen

2.5 Binokularprüfung für Ferne und Nähe

→ analog Kapitel 1.5 *Binokularprüfung für Ferne und Nähe*

2.6 Fassungsberatung

Definition

Beratung für optimale Auswahl der Korrektionsbrillenfassung in Bezug auf Design, Material unter Berücksichtigung individueller anatomischer und physiologischer Gegebenheiten sowie der Bedürfnisse des Kunden/Patienten

Ziel Informieren des Kunden/Patienten zu sachrelevanten und spezifischen Aspekten für Korrektionsbrille und Brillengläser

Verfahren	<ul style="list-style-type: none"> – Beratungsgespräch mit Kunde/Patient zur typgerechten Auswahl unter Berücksichtigung folgender Aspekte: <ul style="list-style-type: none"> • Korrektionswerte und Verwendungszweck bzgl. Material, Farbe, Form und Design; Preisinformation • Einsatzzweck und Eignung für die gewählte Glasart • modische Aspekte und Kundenwünsche/-anforderungen – Auswahlkriterien Korrekationsfassung: <ul style="list-style-type: none"> • Glasform, -größe und -gewicht • Bügelaufgang und Bügellänge sowie Anpassbarkeit der Bügel • Passform, Anpassbarkeit, Materialverträglichkeit usw. unter Berücksichtigung der Brillenstatik • Prüfung auf evtl. Berührungspunkte (Wangen, Augenbrauen etc.) • wenn notwendig: Änderung des nasalen Formverlaufs zwecks Auflagenoptimierung • wenn notwendig: Anmessen/Abformen eines individuellen Nasenbettes (prothetische Versorgung)
Dokumentation	Korrektionsfassung (Modell, Farbe, Größe)

2.7 Voranpassung der Korrekationsfassung

Definition

Voranpassung der Brillenfassung unter Berücksichtigung der individuellen Kopf- und Körperhaltung

Ziel	Voranpassung der Brillenfassung zur Bestimmung der Zentrierparameter
Verfahren	<p>(Vor-)Anpassung der Korrekationsfassung (anatomische und statische Brillenanpassung)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Herstellung der späteren Trageposition – Anpassung der Brillenfassung an die Schläfen- bzw. Kopfweite – Berücksichtigung von Asymmetrien des Kopfes zur funktionsgerechten Positionierung der Brillenfassung – Anpasskriterien: <ul style="list-style-type: none"> • Bügelaufgabe: Herstellen einer gleichmäßigen Anlage der Bügelenden an den Kopf • Bügelaufgang unter Berücksichtigung der Kopfweite

- Ohrenansatz: Berücksichtigung von Asymmetrien durch Verlegen des Bügelbuges an den Ohrenansatz
- Nasenaufgabe: Prüfen der Auflage der Brillenfassung auf der Nase, Anstellwinkel und Auflagepunkte der Seitenstege (bei anpassbarer Nasenaufgabe ist diese anzupassen oder ggf. durch spanabhebende oder auffüllende Bearbeitung zu modifizieren)
- geeignete horizontale und vertikale Position der Brillenfassung
- geeigneter und auf anatomische Gegebenheiten sowie Korrektionsanforderungen abgestimmter Hornhautscheitelabstand (HSA) R/L
- geeignete und auf anatomische und statische Gegebenheiten sowie Korrektionsanforderungen abgestimmte Vorneigung
- geeigneter und auf anatomische und statische Gegebenheiten sowie Korrektionsanforderungen abgestimmter Fassungsscheibenwinkel

Dokumentation ggf. Besonderheiten bei Anpassung

2.8 Bestimmung der Zentrierdaten

Definition

Ermittlung der individuellen Zentrierdaten unter Berücksichtigung der individuellen Kopf- und Körperhaltung

Ziel Bestimmung der notwendigen Zentrierdaten zur Anfertigung der Korrektionsbrille

Verfahren **2.8.1 Messung der Zentrierparameter**
 Folgende Zentrierdaten sind manuell oder mittels einer computerunterstützten Messtechnik zu ermitteln:

Messung der Pupillendistanz R/L

- Methode nach Viktorin mit PD-Maßstab oder
- mit PD-Messgerät oder
- mit Videozentriersystem

Messung der vertikalen Zentrierung unter Berücksichtigung der Anwendung und des Einsatzbereiches

- manuell oder mit Videozentriersystem

- Null- oder Hauptdurchblickpunkte nach Anforderungen des Glasherstellers zur Berechnung der optimalen Wirkung
- Berücksichtigung der unterschiedlichen Anforderungen für die verschiedenen Gläserarten nach Gebrauchszweck und Herstellerangabe
- bei asphärischen Gläsern: Einhalten der Augendrehpunktforderung

Messung des Hornhautscheitelabstandes (HSA)

bei HSA-Werten $> \pm 4,00$ dpt (im stärksten Hauptschnitt) sowie zur fertigungstechnischen Berücksichtigung individueller Parameter im Glasdesign mit dem Ziel der Wirkungsoptimierung

Messung der Fassungs vorneigung

- für asphärische Brillengläser
- für Brillengläser mit fertigungstechnischer Berücksichtigung individueller Parameter im Glasdesign mit dem Ziel der Wirkungsoptimierung

Messung des Fassungs scheibenwinkels

- bei Brillengläsern mit fertigungstechnischer Berücksichtigung individueller Parameter im Glasdesign mit dem Ziel der Wirkungsoptimierung
- bei allen Brillenfassungen, die keinen standardisierten Fassungs scheibenwinkel haben, z. B. zur Berücksichtigung einer höheren Basiskurve bei durchgebogenen/„Curved“-Brillengläsern

2.8.2 Überprüfung der Glas- und Fassungsparameter unter Berücksichtigung der gemessenen bzw. festgelegten Zentrierdaten

ggf. Änderung der unter Kapitel 2.7 getroffenen Festlegungen

Dokumentation bestimmte Zentrierdaten

2.9 Glasberatung

Definition

Beratung für optimale Auswahl der Korrektionsbrillengläser unter Berücksichtigung der ermittelten Zentrierdaten sowie individueller anatomischer und physiologischer Gegebenheiten sowie der Bedürfnisse des Kunden/Patienten

Ziel Informieren des Kunden/Patienten zu sachrelevanten und spezifischen Aspekten für Korrektionsbrillen und Brillengläser

Verfahren

Im Beratungsgespräch sollten folgende Aspekte mit dem Kunden/Patienten besprochen werden:

2.9.1 Glasberatung

- Beratung des Kunden/Patienten bei der Auswahl geeigneter Brillengläser unter Berücksichtigung der Korrektionswerte und des Verwendungszweckes sowie der gewählten Brillenfassung bzgl.:
 - Glasdesign
 - Material
 - Oberflächenveredelung
 - Farbe (Filtertönung, Absorptions- bzw. Transmissionsgrad)
 - UV-Schutz
 - Grundkurve bzw. Asphäre
 - Dicke
 - Gewicht
 - Abbildungseigenschaften
 - Bruchsicherheit
 - Preisinformation
- Auswahlkriterien Brillengläser nach obigen genannten Kriterien und zusätzlich:
 - Beratung über die jeweils zu erwartenden Arbeitsabstände
 - Blick- und/oder Gesichtsfeld usw. in Abhängigkeit vom Glasstyp
 - Informationen auf ggf. zu erwartende Wahrnehmungsveränderungen und Gebrauchseinschränkungen, z. B. Nachtfahrttauglichkeit, Farbtreue

2.9.2 Abstimmung der Einzelelemente zur Herstellung einer funktionsfähigen Sehhilfe

- ggf. Änderung von Glas- oder Fassungsparametern zur Einhaltung der Korrektionsvorgaben (HSA, Nahteilgröße, Zentrierforderungen)
- ggf. Bestellen abweichender Bügellängen; Bestellen einer Brillenfassung mit passender Brückenweite, um allen Gesichtspunkten der Ästhetik, Anatomie und Mechanik Rechnung zu tragen

Dokumentation

- Korrektionsgläser (Art, Design, Ausführung, Durchmesser, Oberflächenvergütung, Farbe)
- Kosten: Einzelpreise für Dienst- und Sachleistung(en)
- Auftragsbestätigung

2.10 Fertigung der Korrektionsbrille

Definition

Fertigung der Korrektionsbrille

Ziel	Individuelle Einarbeitung der Brillengläser in die Korrektionsfassung zur Abgabe an den Kunden/Patienten
Verfahren	Die Korrektionsbrille kann in der eigenen Werkstatt oder per Fernrandung gefertigt werden:

2.10.1 Fertigung der Korrektionsbrille in der eigenen Werkstatt

Materialbeschaffung

- soweit Gläser, Brillenfassung(en) oder ggf. Fassungsteile nicht am Lager sind, Bestellung der benötigten Materialien unter Angabe der jeweiligen Parameter (Bestelldaten)

Materialeingang

- Parameter- und Qualitätskontrolle: Kontrolle auf Einhaltung der Bestelldaten und Parameter sowie der Beschaffenheit des Materials
- Kontrolle des Lieferscheines
- Materialzuordnung zu den Aufträgen

Brillenglasbearbeitung

- Festlegung der Form und Größe für die Glasrandbearbeitung; digitales Erfassen der Glasform (Tracing) oder Zuordnen der vorhandenen Formscheibe bzw. Herstellung
- Markieren, Zentrieren und Aufblocken der Brillengläser
- ggf. Berücksichtigung von sich ändernden Fertigungsparametern durch optische Forderungen bei prismatischen Korrekturen
- Randbearbeitung der Brillengläser per Schleifautomat oder mit Handschleifstein
- Größen-/Zwischenkontrolle
- Anbringen der Schutzfacette: Abkanten
- ggf. weitere Zusatzbearbeitung der Brillengläser, z. B. Rillen, Bohren, Kerben, Polieren, Zusatzfacetten (Schmuckfacetten, Reduktionsfacetten)

2.10.2 Fertigung der Korrektionsbrille mittels ferngerandeter und ggf. montierter Brillengläser

Materialbeschaffung und -bearbeitung

- soweit Brillenfassungen oder ggf. Fassungsteile nicht am Lager sind, Bestellung der benötigten Materialien
- bei Fernrandung: Bestellung der Brillengläser sowie digitales Erfassen der Glasform und ggf. Übermittlung der Brillenglasdaten (Art, Qualität, Ausführung) und Zentrierdaten an den Brillenglashersteller
- zusätzlich bei Fremdmontage: Übermittlung der Brillenglasdaten (Art, Qualität, Ausführung) und Zentrierdaten an die Einschleifwerkstatt zur Materialbearbeitung
- ggf. Berücksichtigung von sich ändernden Fertigungsparametern durch optische Forderungen bei prismatischen Korrekturen

Materialeingang

- Parameter- und Qualitätskontrolle: Kontrolle auf Einhaltung der Bestelldaten und Parameter sowie der Beschaffenheit des Materials
- Kontrolle des Lieferscheins
- Zuordnung der Korrektionsbrille zum Auftrag

2.10.3 Vorbereitung der Korrektionsbrillenfassung zur Glasaufnahme

- ggf. Teildemontage
- ggf. Muscheln der Glasaufnahmeränder entsprechend dem Facettenverlauf
- bei Bedarf: Herstellen einer individuellen Nasenauflegefläche

2.10.4 Montage der Brillengläser

- unter Berücksichtigung der Kriterien für die Gebrauchsfähigkeit, z. B. spannungsarme Glasaufnahme
- je nach Material: ggf. Montage der Fassung bei Metallfassung, Erhitzen bei Kunststofffassung

2.10.5 Ausrichten der Korrektionsbrillenfassung unter Berücksichtigung der Voranpassung

(Wieder)Herstellung des Zustandes wie unter Kapitel 2.7.2 vorgenommen

2.10.6 Schraubensicherung

- mechanische Schraubensicherung (Verkörnen)
- chemische Schraubensicherung

2.10.7 Fertigungs-Endkontrolle

Kontrolle der Zentrierdaten

- Kontrolle auf Einhaltung aller vorgegebenen Fertigungsparameter unter Berücksichtigung der gültigen Normen und Gütebestimmungen
- ggf. Berücksichtigung von sich ändernden Fertigungsparametern durch optische Forderungen bei prismatischen Korrekturen

Funktionskontrolle

- Beweglichkeit der Bügel und ggf. Federscharniere
- fester Sitz der Brillengläser, ohne Spannung
- Sauberkeit

- Dokumentation**
- Bestelldaten
 - Materialeingang
 - Fertigungsparameter (Ist-Werte), z. B. Mittenabstand, Nahteilhöhe
 - Datum Einarbeitung und Mitarbeiter

2.11 Endanpassung der Korrektionsbrille an den Kunden/Patienten

Definition

Individuelle Anpassung der Korrektionsbrille an die anatomischen und physiologischen Gegebenheiten des Kunden/Patienten unter Berücksichtigung der optischen Kriterien

Ziel Abgabe der Korrektionsfassung

Verfahren **2.11.1 (End-)Anpassung der Korrektionsfassung nach anatomischen und optischen Kriterien**

Überprüfung auf Erfüllung der Kriterien der (Vor-)Anpassung der Korrektionsfassung nach Kapitel 2.7 und ggf. Nachjustierung

2.11.2 Überprüfung auf Einhaltung der Zentriervorgaben

Überprüfung auf Erfüllung der Kriterien der Zentrierparameter der Brillenfassung nach Kapitel 2.8 und ggf. Nachjustierung

Dokumentation relevante Anpassungskriterien

2.12 Abgabe der Korrektionsbrille

Definition

Fachgerechte Abgabe der Korrektionsbrille an den Kunden/Patienten unter Berücksichtigung individueller Gegebenheiten sowie Visus- und Funktionsprüfung

Ziel Eigenständige Verwendung der Korrektionsbrille durch fachgerechte Einweisung des Kunden/Patienten in ihren Gebrauch

Verfahren Nur wenn die Korrektionsfassung bestmöglich angepasst ist und optimal sitzt, die Funktionsfähigkeit der Korrektionsbrille gegeben ist sowie der Kunde/Patient die Handhabungs- und Pflegemaßnahmen verstanden hat, kann die Korrektionsbrille abgegeben werden. Es wird folgender Ablauf vorgeschlagen:

2.12.1 Visusprüfung

- Visusbestimmung (monokular und binokular) mit der neuen Korrektionsbrille mittels Landoltringen oder angeschlossenen Optotypen (s. DIN EN ISO 8596 und 58220)
- Visusbestimmung für die Sehentfernungen:
 - Ferne
 - Nähe
 - Zwischenbereich (Hauptarbeitsabstand)

2.12.2 Prüfung der Spontanverträglichkeit

Subjektive Befragung des Kunden/Patienten

2.12.3 Einweisung des Kunden/Patienten in den Gebrauch der Korrektionsbrille

- Erklärung sachgerechte Verwendung (Handhabung und Umgang) der Korrektionsbrille
- Hinweise auf Risiken und Besonderheiten der Korrektionsbrille und ggf. (nochmaliges) Aufklären über mögliche Wahrnehmungsveränderungen und Eingewöhnungszeit
- Hinweis auf Gebrauchseinschränkungen der Korrektionsbrille (z. B. keine KFZ-Tauglichkeit von Arbeitsplatzgläsern, keine Nachfahrtauglichkeit von getönten Gläsern)
- Handhabung und Pflege der Korrektionsbrille unter Berücksichtigung von Gebrauchszweck und Material

- Dokumentation**
- Kriterien zur Abgabefähigkeit
 - Visus cc in Ferne, Nähe und Zwischenbereich
 - Kosten: Einzelpreise für Dienst- und Sachleistung(en)

2.13 Regelmäßige Funktionskontrolle

Definition

Prüfung und Beurteilung der Funktionsfähigkeit der Korrektionsbrille

Ziel Regelmäßig zu wiederholende Kontrolle von Sitzverhalten und Funktionsfähigkeit der Korrektionsbrille nach entsprechender Tragezeit zur Prüfung von Veränderungen des Visus und der Korrektion sowie der Verträglichkeit der Korrektionsbrille

Verfahren

2.13.1 Kontrolltermin(e)

- Hinweis auf Notwendigkeit regelmäßiger Kontrollen, z. B. Veränderung der Korrektion durch Alter, Naharbeit
- Vereinbarung Kontrolltermin

2.13.2 Inhalt der Funktionskontrolle

- Befragung Tragekomfort, Beschwerden/Probleme, Alter der Brille, Tragezeit
- Überprüfung Anpassung, Gebrauchsfähigkeit, Zustand der Korrektionsbrille sowie Visus und Refraktion
- Vereinbarung nächster Kontrolltermin

2.13.3 Wartungsdienst

- bei Bedarf: Wiederherstellen der Funktion der Korrektionsbrille analog Kapitel 2.8 *Bestimmung Zentrierdaten* und Kapitel 2.11 *Endanpassung der Korrektionsbrille an den Kunden/Patienten*
- Berechnung der Kosten nach Aufwand

- Dokumentation**
- Datum Funktionskontrolle
 - Ergebnisse Inhalte Funktionskontrolle
 - nächster Kontrolltermin

2.14 Erläuterungen zur Versorgung mit Korrektionsbrillen

Spezifische Anamnese für Korrektionsbrillen (Kap. 2.1.2)

Im Zusammenhang mit der Fertigung einer individuellen Korrektionsbrille beinhaltet die Anamnese das systematische Erfragen wichtiger Informationen zum aktuellen Status und zur Historie vor einer Refraktions- und Korrektionsbestimmung, wie z. B. Art, Beginn und Verlauf aktueller Beschwerden. Dazu sollte eine „Allgemeine Anamnese“ nach den Kriterien in Kapitel 1.1 bei allen Kunden/Patienten durchgeführt werden.

Darüber hinaus sollte eine korrektionsbrillenspezifische Anamnese durchgeführt werden. Diese sollte die Erfassung der vorhandenen Sehhilfe(n) sowie eine Bedarfsanalyse beinhalten. Bei der Bedarfsanalyse für eine entsprechende Korrektion ist der Augenoptiker bzw. Augenoptikermeister/Optometrst auf die Aussagen des Kunden/Patienten angewiesen. Seine Mitarbeit ist hierzu erforderlich.

Darüber hinaus sind das Arbeits-, das Freizeit- und ggf. das soziale Umfeld, in welchen die Korrektionsbrille eingesetzt werden soll, zu erfassen.

Bestimmung der Fern- und Nahkorrektion (Kap. 1.4 und 1.5)

Bei der Anfertigung einer Korrektionsbrille auf Grundlage einer Fremdverordnung sollte der mit der Verordnung erreichte Visus und der Binokularstatus in Ferne und Nähe geprüft werden. Es sind alle gemäß dieser AQRL erforderlichen Parameter zu erheben, auch wenn diese nicht auf der Verordnung angegeben sind. Dafür ist die Verordnung ggf. subjektiv zu überprüfen (z. B. erzielter Visus in Ferne und Nähe) und anzupassen (z. B. auf anforderungsgerechten Arbeitsabstand und/oder eine vom Kunden/Patienten erwünschte Sehleistungssteigerung).

Fassungs- und Glasberatung (Kap. 2.6 und 2.9)

Sehleistung und Tragekomfort einer Korrektionsbrille werden weitgehend durch eine am Bedarf des Kunden/Patienten orientierten Beratung und Auswahl geeigneter Komponenten bestimmt. Art und Ausführung der Brillenfassung und der Brillengläser müssen auf die individuellen Sehfunktionen und Sehanforderungen der Kunden/Patienten abgestimmt sein. Ebenso müssen das technische Design und die funktionalen Eigenschaften der Brillengläser auf die Brillenfassung abgestimmt sein – und umgekehrt. Brillenfassung und -gläser sind

integrale Bestandteile einer voll funktionsfähigen Korrektionsbrille. Die Fassungs- und Glasberatung sollte aufeinander abgestimmt sein. Vollständige Selbstbedienung – sowohl bei der Auswahl der Brillenfassung als auch der Brillengläser – steht der Erbringung einer fach- und sachgerechten Leistung unvereinbar entgegen.

Brillengläser führen nur in einer genau definierten Positionierung vor dem Augenpaar zum angestrebten Korrektionseffekt des visuellen Defizites. Diese Positionierung muss die Korrektionsbrillenfassung dauerhaft gewährleisten. Glastyp, Glasmaterial und Brillenfassung bzw. Fassungsmaterial bedingen sich gegenseitig. Nicht jede Brillenfassung eignet sich für jedes Glas, nicht jedes Glas für jede Brillenfassung. Hier muss der Augenoptiker die jeweiligen Vor- und Nachteile dem Kunden/Patienten beratend erläutern.

Das Gewicht und die Statik einer Korrektionsbrille bestimmen wesentlich deren Tragekomfort. Alle Kräfte, die den Tragekomfort beeinflussen, sollten bestimmt und den Bedürfnissen entsprechend dimensioniert werden. Dabei sind die Grundregeln der Statik und in beschränktem Umfang der Dynamik sowie der Einfluss der Physiologie zu berücksichtigen.

Es empfiehlt sich, die Kosten so genau wie möglich festzulegen und den Kunden/Patienten auch auf die Möglichkeit hinzuweisen, dass in Einzelfällen bestimmte Erwartungen trotz fachgerechter Messungen und Anfertigung unter Umständen nicht vollständig erfüllt werden können.

Voranpassung der Brillenfassung (Kap. 2.7)

Eine subjektiv druckfreie Auflage im Nasenbereich und druckfreie Anlage im Bereich der Ohren sind Voraussetzung für ein dauerhaft beschwerdefreies Tragen der Korrektionsbrille. Durch Änderung der Bügelweite wird ein gleicher Hornhautscheitelabstand (HSA) vor beiden Augen erreicht. Mittels Änderung der Bügelinklination wird eine Ausrichtung der Korrektionsbrille hinsichtlich einer optometrisch adäquaten Position der Hauptdurchblickpunkte und adäquaten Vorneigung der Glasebenen bewirkt. Besondere Bedeutung hat die Überprüfung der Zentrierung bei Mehrstärken-Korrektionsbrillen.

Bestimmung der Zentrierdaten (Kap. 2.8)

Ändert sich der HSA des Korrektionsbrillenglases aufgrund der Wahl der Brillenfassung gegenüber dem HSA der Messeinrichtung (Messbrille/Phoropter), so muss zum Erhalt der Korrektionswirkung die Glasstärke für Brillengläser insbesondere außerhalb des Dioptrienbereiches $\pm 4,00$ dpt auf den neuen HSA umgerechnet werden.

Zentrierdaten sind Streckenmaße, welche die exakte Position der optischen Bezugspunkte im Koordinatensystem der Fassungsebene für einen bestimmten HSA beschreiben. Die Messung der Zentrierdaten setzt die Voranpassung der ausgewählten Brillenfassung voraus. Die Voranpassung dient der Herstellung eines möglichst beidseitig gleichen HSA und einer funktionsgerechten Höhenpositionierung der Brillenfassung bei optimaler Lastverteilung im Auflagenbereich der Nase. Die Brillenfassung muss zur Ermittlung der Zentrierdaten durch die Voranpassung entsprechend ihrem späteren Nutzungszweck positioniert sein.

Für die Fertigung der Korrektionsbrille sind die Pupillendistanz, der HSA sowie dafür notwendige fassungs- und brillengläserabhängige Zentrierparameter (wie z. B. Fassungs vorneigung, Nahteilhöhe) manuell oder mittels computerunterstützter Messtechnik zu bestimmen.

Fertigung der Korrektionsbrille (Kap. 2.10)

Die Fertigung der Korrektionsbrille kann sowohl in der eigenen Werkstatt als auch per Fernrandung bei einem Brillenglashersteller oder in einer Einschleifwerkstatt erfolgen.

Fertigung der Korrektionsbrille in der eigenen Werkstatt (Kap. 2.10.1)

Die Vielzahl der Kombinationsmöglichkeiten an zweckoptimierenden und komfortbestimmenden Ausführungsvarianten unter Berücksichtigung der Korrektions-, Fassungs- und Zentrierdaten bedingen i. d. R. eine Rezeptbestellung des Brillenglases. Sie setzt sich aus den Korrektionsgrunddaten, Art/Typ, Design, Ausführung, Größe und der gewählten Oberflächenveredelung zusammen. Es sollte eine Auftragsstand-Überwachung (Bestellausgang, Materialeingang und Zuordnung der Materialien zum Auftrag) erfolgen.

Der Augenoptikbetrieb bezieht die Brillengläser als rohkantiges Brillenrohglas. Entsprechend den ermittelten Zentrierdaten wird die Rohlinse auf eine Halterung aufgeblockt und mittels eines Formscheiben- oder CNC- gesteuerten Randschleifautomaten auf Form und Scheibengröße der Brillenfassung geschliffen. Der Facettenverlauf bestimmt in starkem Maße sowohl die Dauerhaftigkeit der Brillenglaslagerung als auch das ästhetische Erscheinungsbild der Korrektionsbrille.

Trotz fortschreitender Automation in der maschinellen Brillenglasrandbearbeitung kann ein Nachschleifen des Brillenglases von Hand erforderlich sein, insbesondere bei der Verglasung von Metallrandfassungen. Zwecks Vermeidung von Ausplatzern an der Brillenglasfacette und aus Sicherheitsgründen hat in jedem Fall eine Abkantung der Brillenglasfacette zu erfolgen. Je nach Technik der Glashalterung in der Fassung sind zusätzliche Glasbearbeitungen erforderlich wie z. B. Bohren, Kerben, Rillen. Reduktionsfacetten dienen der Gewichts- und Randdickenminimierung, Schmuckfacetten stellen gestalterische Elemente beim Brillenglas dar.

Fertigung der Korrektionsbrille mittels ferngerandeter Brillengläser (Kap. 2.10.2)

Die Bearbeitung der Brillengläser kann auch im fremden Werkstattbetrieb per Fernrandung erfolgen. In diesem Fall werden die erforderlichen Daten für die Brillengläser an den Brillenglaserhersteller übermittelt.

Außerdem kann die komplette Fertigung der Brille an eine Augenoptikermeisterwerkstatt übergeben werden. In dieser werden dann die Brillengläser nach den vorgegebenen Daten bearbeitet und in die Brillenfassung eingefügt.

Auch bei Fernrandung und Fremdmontage ist der Augenoptikerbetrieb der „Ersteller“ der Korrektionsbrille und haftet nach dem Medizinproduktegesetz.

Fertigstellung der Korrektionsbrille

Metallrandfassungen oder Systemträger für Sondersehhilfen (Brillensysteme) werden - soweit erforderlich - demontiert, die Schließblöcke der Metallränder geöffnet und die Metallränder nach dem Facettenverlauf des Brillenglases entsprechend geformt. Die Brillengläser werden ggf. von Hand nachgeschliffen, sodass ein sicherer und spannungsfreier Sitz des Korrektionsbrillenglases gewährleistet ist.

Kunststofffassungen werden zur Aufnahme des Brillenglases i. d. R. mittels Heißluft erhitzt und die facettierten Brillengläser in die Fassungsnut eingelegt. Der Facettenverlauf des Brillenglases bedingt eine Änderung der Durchbiegung der Brillenfassung. Durch thermoplastische Formung und spanabhebende Bearbeitung der Fassung wird die Passform entsprechend der Voranpassung hergestellt.

Fadenrandfassungen kennzeichnen sich dadurch, dass das mit einer Nut versehene Brillenglas durch Nylon- oder Metallfäden gehalten wird.

Beschlagfassungen bestehen im Wesentlichen aus drei Elementen: einer Brücke und zwei temporal angeordnete Bügelbacken. I. d. R. bestehen zwischen Brücke und Backen keine glasunabhängigen Verbindungen.

Sowohl Fadenrand- als auch Beschlagfassungen können als Metall- oder Kunststoffvariante vorkommen.

Sollte es bedingt durch die Art der Brillenfassung (Material, Facettengestaltung) individuelle Verglasungsvorschriften des Fassungsherstellers geben, so sollten diese berücksichtigt werden.

Die dioptrische Wirkung der Brillengläser und ihre zentrierdatengerechte Ausrichtung werden entsprechend der gültigen Normen kontrolliert und ggf. korrigiert.

Endanpassung der Korrektionsbrille an den Kunden/Patienten (Kap. 2.11)

Es muss eine Endanpassung der Brillenfassung nach anatomischen und optischen Kriterien bei Abgabe der Korrektionsbrille erfolgen. Dabei ist eine Überprüfung auf Erfüllung der Kriterien der Voranpassung der Brillenfassung nach Kapitel 2.7 vorzunehmen und es hat ggf. eine Nachjustierung zu erfolgen.

Weiterhin muss die Einhaltung der Zentriervorgaben nach Kapitel 2.8 geprüft werden. Ggf. muss die Zentrierung ebenfalls nachjustiert werden.

Abgabe der Korrektionsbrille (Kap. 2.12)

Die Prüfung der Spontanverträglichkeit der Korrektionsbrille ist der Abschluss des optometrisch-handwerklichen Versorgungsvorganges. Der Korrektionserfolg als Ergebnis aller vorangegangenen Teilschritte ist umso besser, je sorgfältiger in der Korrektionsbestimmung, Beratung, Fertigung und Endanpassung gearbeitet wurde.

Eine besondere Bedeutung hat die sach- und funktionsgerechte Einweisung des Kunden/Patienten in den Gebrauch der Sehhilfe und deren Handhabung und Pflege.

Regelmäßige Funktionskontrolle (Kap. 2.13)

Da die Funktion einer Korrektionsbrille nur bei exakter Positionierung der Brillengläser vor dem Augenpaar gewährleistet ist, bedarf es einer regelmäßigen Funktionskontrolle der Korrektionsbrille während der Gebrauchsdauer. Darüber hinaus bieten sich regelmäßige optometrische Kontrollen an, da sich das Auge verändern kann, z. B. aufgrund von Alter.

3 Versorgung mit Kontaktlinsen

Versorgungsdefinitionen

Erstversorgung

Eine Erstversorgung ist die erstmalige Versorgung innerhalb einer Betriebsstätte mit Kontaktlinsen einer Materialgruppe (z. B. formstabil oder weich), in Kombination mit einer Kontaktlinsengeometrie (z. B. rotationsymmetrisch oder rücktorisch), wobei bei formstabilen Kontaktlinsen der Wechsel von z. B. Korneallinsen auf Sklerallinsen als Erstversorgung zu betrachten ist.

Folgeversorgung

Eine Folgeversorgung ist die erneute Versorgung innerhalb einer Betriebsstätte mit Kontaktlinsen unter Beibehaltung der Geometrie und Materialgruppe der Vorversorgung.

Nachkauf

Der Nachkauf ist die Wiederbeschaffung einer Kontaktlinse ohne erneute Messungen und Funktionskontrollen.

Die Versorgung mit Kontaktlinsen dient i. d. R. der Korrektur einer vorliegenden Fehlsichtigkeit. Kontaktlinsen beheben nicht die Ursache der Fehlsichtigkeit, sie sind deshalb keine Heilmittel. Aber auch andere Einsatzgebiete sind möglich. Es können folgende Arten von Kontaktlinsen unterschieden werden (Tabelle 3):

Tabella 3: Arten von Kontaktlinsen

Art	Unterteilung
Kontaktlinsen zur Korrektur	<ul style="list-style-type: none"> • bei Fehlsichtigkeiten: sphärische und torische Einstärken-Kontaktlinsen, Spezialgeometrien, z. B. grenzlimbale Kontaktlinsen, Mini- oder Sklerallinsen, Ortho-K • bei Presbyopie: Bifokal- und Mehrstärken-Kontaktlinsen • bei Hornhautirregularitäten: z. B. quadrantendifferente Kontaktlinsen, Mini- oder Sklerallinsen
Farb- und Motivlinsen	<ul style="list-style-type: none"> • aus kosmetischen Gründen • zum Blendschutz (Kantenfilterlinsen) • als Irisprothese
Verbandlinsen	<ul style="list-style-type: none"> • zum Schutz der Hornhaut • zur Förderung der Wundheilung bzw. als Medikamententräger nach einer Verletzung
Kontaktlinsen mit Zusatzigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • diagnostische Kontaktlinsen, z. B. bei Diabetes • Kontaktlinsen als Wearable Computing

Bei einer Kontaktlinsenversorgung können konfektionierte weiche Kontaktlinsen, standardisierte formstabile Kontaktlinsen oder individuell angefertigte weiche oder formstabile Kontaktlinsen (oder in Kombination, z. B. Huckepacksysteme) zum Einsatz kommen. Die Versorgung erfolgt immer individuell aufgrund einer vorliegenden Indikation, sowohl bei konfektionierten als auch bei individuellen Kontaktlinsen. Der Versorger hat sich davon zu überzeugen, dass die Kontaktlinsen auf die individuellen anatomischen und physiologischen Gegebenheiten sowie die Bedürfnisse des Kontaktlinsenträgers funktionsgerecht abgestimmt sind. Dabei sind gesetzliche Regelungen, u. a. das Medizinprodukterecht, wie das europäische Medical Device Regulation (MDR) bzw. das nationale Medizinproduktedurchführungsgesetz (MPDG), sowie geltende Normen zu berücksichtigen.

Bei einer vorliegenden Fehlsichtigkeit können die Korrektionsdaten folgende Herkunft haben:

- Eigenverordnung im Rahmen einer Refraktions- und Korrektionsbestimmung,
- Übernahme vorhandener Werte oder
- Fremdverordnung (fachärztliche Verordnung oder von anderem Augenoptikermeister/ Optometristen).

Bei den folgenden Indikationen gilt eine Versorgung mit individuell gefertigten Kontaktlinsen grundsätzlich als sach- und fachgerecht (Tabelle 4):

Tabelle 4: Indikationen für eine Versorgung mit individuell gefertigten Kontaktlinsen

Indikation	Erläuterung und Konkretisierung
hochgradige Ametropie	<ul style="list-style-type: none"> - Ametropie $\geq 15,00$ dpt - Astigmatismus <ul style="list-style-type: none"> • bei formstabilen Kontaktlinsen $\geq 4,00$ dpt • bei weichen Kontaktlinsen $\geq 3,00$ dpt
irreguläre Hornhauttopographie bei/nach	<ul style="list-style-type: none"> - Keratokonus - Keratoplastik - ausgeprägten Dystrophien bzw. Degenerationen aller Art - Trauma, chirurgischer Eingriff o. ä.
besondere Hornhautparameter	<ul style="list-style-type: none"> - numerische Exzentrizität $\geq 0,8$ oder $\leq 0,2$ oder oblong - Hornhautdurchmesser: <ul style="list-style-type: none"> • Mikrocornea $\leq 10,5$ mm • Makrocornea $\geq 12,5$ mm - Hornhautradien: <ul style="list-style-type: none"> • Hornhautradien $\leq 7,00$ mm • Hornhautradien $\geq 8,80$ mm
diverse personenbedingte Erschwernisse	<ul style="list-style-type: none"> - Säuglinge - Kinder bis zum 12. Lebensjahr - ausgeprägter pathologischer Nystagmus - hochgradig trockenes Auge
diverse Erschwernisse bedingt durch Beruf und/oder Umfeld	<p>Ortho-K-Kontaktlinsen modellieren beim nächtlichen Tragen gezielt die Form der Hornhaut und korrigieren die Ametropie am Folgetag bei z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • staubigem Umfeld • Wassersport • kontaktlinseninduzierter Trockenheit durch digitale Augenbelastung (Computer)
progressive Myopie	<p>Reduzierung der Myopieprogression durch spezielle Kontaktlinsendesigns (z. B. Ortho-K)</p>

Die Versorgung mit Kontaktlinsen gilt als sach- und fachgerecht, wenn die einschlägigen Normen und Gesetze beachtet und die betriebsinternen Verfahrensanweisungen eingehalten werden. Als systematischer Ablauf zur Fertigung einer individuellen Kontaktlinse wird der in Abbildung 2 dargestellte vorgeschlagen.

Aufgrund individueller Gegebenheiten des Kunden/Patienten sowie verschiedener Kontaktlinsensysteme und -optiken kann dieser Ablauf individuell variieren. Auch die Wiederholung einzelner Schritte ist möglich. Bei Kontraindikation ist von einer Versorgung Abstand zu nehmen. Bei Auffälligkeiten in Bezug auf die Augengesundheit soll zur weiteren Abklärung eine Verweisung an einen (Fach-)Arzt erfolgen.

Nachfolgend werden nur die kontaktlinsenspezifischen Teilschritte erläutert. Allgemeine Verfahren, wie z. B. Visus-, Korrekptionsbestimmung sind analog Kapitel 1 *Optometrische Untersuchungsverfahren* durchzuführen.




Abbildung 2: Ablaufschema für eine systematische Kontaktlinsenversorgung von der Anamnese bis zur Abgabe bzw. Funktionskontrolle

3.1 Spezifische Anamnese für Kontaktlinsen

Definition

- **Allgemeine Anamnese:** systematisches Erfragen wichtiger Informationen zum aktuellen Status und der für das visuelle System relevanten Historie, wie z. B. Art, Beginn und Verlauf aktueller Beschwerden
- **Spezifische Anamnese für Kontaktlinsen:** systematisches Erfragen wichtiger Informationen zum aktuellen Status und der für die Kontaktlinsenversorgung relevanten Historie, wie z. B. Risikofaktoren zur Kontraindikation

Ziel Bedarfsanalyse sowie Prüfung auf Eignung zum Kontaktlinsentragen und zielgerichtete Auswahl geeigneter Kontaktlinsen

Verfahren **3.1.1 Allgemeine Anamnese**

Befragung zu folgenden Aspekten (aktueller Status und Historie)
→ siehe Kapitel 1.1 *Bedarfsanalyse und Anamnese*

3.1.2 Spezifische Anamnese für Kontaktlinsen

Befragung zu folgenden Aspekten (aktueller Status und Historie)

Erstversorgung

Bedarfsanalyse

- Erwartungen und Motivation zum Kontaktlinsentragen (z. B. Tragezeiten)
- Arbeitsumfeld (Tätigkeit, Bildschirmarbeit, klimatische Bedingungen, Staub, Trockenheit etc.)
- Freizeitumfeld (Sportart, Cabriofahren etc.)
- Symptome des trockenen Auges
- okuläre Anamnese (Verletzungen, Erkrankungen am Auge etc.)
- Allgemeinerkrankungen und Medikamenteneinnahme
- familiäre Anamnese
- Allergien
- ggf. soziales Umfeld

Folgeversorgung

Bedarfsanalyse

- ggf. Probleme mit bereits getragenen Kontaktlinsen (Material, Optik, Symptome)
- Symptome des trockenen Auges
- okuläre Anamnese (Verletzungen, Erkrankungen am Auge etc.)

- Allgemeinerkrankungen und Medikamenteneinnahme
- familiäre Anamnese
- Allergien
- vorhandenes Pflegemittel (Verträglichkeit)

- Dokumentation**
- Ergebnisse der allgemeinen und spezifischen Anamnese für Kontaktlinsen
 - Angaben zu erfassten Daten der vorhandenen/verwendeten Kontaktlinsen und Pflegemittel
 - ggf. Dokumentation von Verhaltensauffälligkeiten, z. B. auffällige Kopf- und Körperhaltungen
 - Sehhilfe(n) (Korrektionsbrille und Brillengläser, Kontaktlinsen)

3.2 Visusbestimmung (V_{sc} und V_{cc} habituell)

→ analog Kapitel 1.2 *Bestimmung der Sehschärfe*

3.3 Funktionsprüfungen

→ analog Kapitel 1.3 *Eingangsteste*

3.4 Bestimmung der Fernkorrektion

→ analog Kapitel 1.4 *Refraktionsbestimmung für Ferne und Nähe*

Bei Fremdverordnung: monokulare und binokulare Visusbestimmung in der Ferne mit der verordneten Korrektur (V_{cc})

3.5 Bestimmung der Nahkorrektion

→ analog Kapitel 1.5 *Binokularprüfung für Ferne und Nähe*

Bei Fremdverordnung: monokulare und binokulare Visusbestimmung in der Nähe mit der verordneten Korrektur (V_{cc}) und Abstimmung der Sehbereiche auf die individuellen Anforderungen mit dem Kunden/Patienten unter Berücksichtigung der gewählten Korrektur

Bei Eigen- und Fremdverordnung: ggf. Änderung der Korrektur, um einen individuellen Arbeitsabstand zu ermöglichen

3.6 Inspektion und Beurteilung des vorderen Augenabschnitts

→ analog Kapitel 1.6 *Untersuchung des vorderen Augenabschnitts*

Im Rahmen einer Kontaktlinsenversorgung muss eine Inspektion und Beurteilung des vorderen Augenabschnitts und des Tränenfilms erfolgen (Pflichtprüfung). Dabei **muss** sichergestellt werden, dass der vordere Augenabschnitt eine Kontaktlinsenversorgung unter Berücksichtigung individueller anatomischer und physiologischer Gegebenheiten erlaubt.

3.7 Beratung

Definition

Beratung für bestmögliche Kontaktlinsen in Bezug auf Design, Material und Optik unter Berücksichtigung individueller anatomischer und physiologischer Gegebenheiten sowie der Bedürfnisse und Anforderungen des Kunden/Patienten

Ziel Informieren des Kunden/Patienten zu kontaktlinsen- und pflegemittel-spezifischen Aspekten des Kontaktlinsentragens

Verfahren Im Beratungsgespräch sollten folgende Aspekte mit dem Kunden/Patienten besprochen werden:

- Wechsel von Brille und Kontaktlinsen
- Notwendigkeit der individuellen Kontaktlinsenversorgung und Funktionskontrolle
- Möglichkeiten der Versorgung mit Kontaktlinsen: konfektionierte oder individuelle Kontaktlinsen

- Vor- und Nachteile von Kontaktlinsensystemen und -optiken (z. B. Art, Tragezeit und -dauer, Material, Verträglichkeit/Tragekomfort, Abbildungsqualität, Pflege)
- Möglichkeit und Größe optischer Restfehler
- Hygienenotwendigkeit und -möglichkeit
- Handhabung (Auf- und Absetzen der Kontaktlinsen)
- System-/Korrektionsempfehlung
- maximale Nutzungsdauer und Austauschintervalle
- Preisinformation

- Dokumentation**
- Aufklärung zum Kontaktlinsentragen
 - besprochene Punkte zu Kontaktlinsen und Pflegemittel
 - empfohlene Kontaktlinsen und Pflegemittel
 - Kosten: Preise für Dienst- und Sachleistung(en)

3.8 Kontaktlinsenversorgung

Definition

Fachgerechte Versorgung von bestmöglichen Kontaktlinsen in Bezug auf Design, Material und Optik unter Berücksichtigung individueller anatomischer und physiologischer Gegebenheiten und Bedürfnisse des Kunden/Patienten

- Ziel**
- Messung und Beurteilung versorgungsrelevanter Kriterien zur Prüfung auf Eignung der anatomischen Gegebenheiten des vorderen Augenabschnitts und des Tränenfilms zum Kontaktlinsentragen sowie Funktionsprüfung der Messlinse(n) und Festlegung der Versorgungsart
 - Sicherstellen, dass die Kontaktlinsen die Physiologie des Auges und des vorderen Augenabschnittes so geringfügig wie möglich belasten
 - Berücksichtigung der Wünsche des Kunden/Patienten
 - Berücksichtigung der Sehleistungsansprüche des Kunden/Patienten

- Verfahren**
- Für eine fachgerechte Kontaktlinsenversorgung wird folgendes Vorgehen vorgeschlagen:

3.8.1 Bestimmung der Hornhautparameter

- zentrale Hornhautradien sowie des Hornhaut-Astigmatismus (Indikation torische Kontaktlinsen)
- Hornhautdurchmesser

- ggf. periphere Radien bzw. Topographie
- ggf. Hornhautdicke mittels Pachymetrie
- ggf. Endothelzellzahl und -größe mit Endothelmikroskop
- bei besonderen Versorgungsfällen, z. B. irreguläre Hornhaut, Keratokonus, hochgradige Ametropie, Ortho-K, anatomisch erschwerende Gegebenheiten: ggfs. Messung/Darstellung der Gestalt und Form der Hornhaut (z. B. mit Topographie und/oder Tomographie der Hornhaut), mittels Placido-basierter Topographie, Scheimpflugkamera, optischer Kohärenztomographie oder Profilometrie

Sollten bei der Inspektion des vorderen Augenabschnittes und/oder der Bestimmung der kontaktlinsenrelevanten Parameter Abweichungen zu regulären Zuständen beobachtet werden, die eine Kontraindikation zum Kontaktlinsentragen darstellen, ist von einer Versorgung Abstand zu nehmen.

3.8.2 ggf. Bestimmung weiterer kontaktlinsenrelevanter Parameter

- Position Ober- und Unterlid
- Lidspaltenhöhe
- Lidverlauf (Neigung)
- Lidschlagfrequenz
- Pupillendurchmesser (im Hellen und Dunklen), Lage der Pupille
- Corneo-Skleral-Profil

3.8.3 Auswahl, Versorgung und Beurteilung von Messlinsen

- Ermittlung, Berechnung und Auswahl der Messlinse in Bezug auf die individuellen anatomischen und physiologischen Gegebenheiten, die Kontaktlinsen-Parameter (Geometrie, Korrektionswert, Material, Tragezeit) sowie die Wünsche des Kunden/Patienten und Sehleistungsanforderungen
- Beurteilung Sitz- und Bewegungsverhalten der Messlinse auf dem Auge mittels Spaltlampenmikroskop: Eignung, Passgenauigkeit, Beweglichkeit, Zentrierung, Inklination, Benetzung, Verträglichkeit, Tränenfilmverteilung unter der Kontaktlinse (bei formstabilen Kontaktlinsen: Beurteilung Sitz- und Bewegungsverhalten mit Vitalfarbstoff)
 - unmittelbar nach dem Aufsetzen
 - falls Messlinse nach dem Aufsetzen akzeptables Sitz- und Bewegungsverhalten aufweist → nach einer ausreichenden Tragezeit (i. d. R. ca. 30 Minuten)

- Folgende Schritte sind nur vorzunehmen, wenn ein akzeptables Sitz- und Bewegungsverhalten mit der Messlinse erreicht wurde:
 - Visusprüfung
 - Überrefraktion mit binokularem Abgleich
 - ggf. Visusprüfung bei geänderter Refraktion
 - ggf. Kontrolle Binokularstatus, im Besonderen bei Mehrstärkenlinsen
- Absetzen der Messlinse und bei Mehrweg-Kontaktlinsen entsprechende Reinigung, Desinfektion und Lagerung
- Abschlusskontrolle Horn- und Bindehaut nach Absetzen der Messlinse, ggf. mit Vitalfarbstoff nach Absetzen der Kontaktlinsen
- ggf. Wiederholung der genannten Schritte zur Optimierung und Versorgung weiterer Messlinsen oder Abbruch der Kontaktlinsenversorgung bei Kontraindikation
- Festlegung der Art (Kontaktlinsen-Parameter) sowie des Tragemodus der Kontaktlinsen
- Bestellung der Kontaktlinsen oder Eigenfertigung

- Dokumentation**
- Kontaktlinsen-Parameter Messlinse(n): nachvollziehbar, warum welche Messlinse wie und warum geändert wurde
 - Kontaktlinsen bzw. endgültige Kontaktlinsen
 - Kosten: Preise für Dienst- und Sachleistung(en)
 - Auftragsbestätigung (analog zum Versorgungsstand/-fortschritt)

3.9 Kontaktlinsenabgabe

Definition

Fachgerechte Abgabe der Kontaktlinsen an den Kunden/Patienten unter Berücksichtigung individueller Gegebenheiten sowie Kontrolle des Sitzverhaltens, Visus- und Funktionsprüfung der Kontaktlinsen unter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen

- Ziel**
- Eigenständige Verwendung der Kontaktlinsen durch fachgerechte Einweisung des Kunden/Patienten in Gebrauch (sichere Handhabung, Nutzung) und Pflege der Kontaktlinsen

Verfahren

Nur wenn die Kontaktlinsen bestmöglich angepasst sind und bestmöglich sitzen, sowie der Kunde/Patient die Handhabungs- und Pflegemaßnahmen verstanden und die Kontaktlinsen sicher anwenden kann, können die Kontaktlinsen abgegeben werden. Es wird folgender Ablauf vorgeschlagen:

3.9.1 Überprüfung der Kontaktlinsen

auch bei der Ersatzlieferung erforderlich!

Kontrolle der Kontaktlinsen-Parameter (Geometrie, Durchmesser, Radien, Korrektionswerte, Verfallsdatum)

3.9.2 Funktionsprüfung der Kontaktlinsen am Kunden/Patienten

- Kontrolle vorderer Augenabschnitt auf Auffälligkeiten mittels Spaltlampenmikroskop, ggf. mit Vitalfarbstoff
- Aufsetzen der Kontaktlinsen
- Beurteilung Sitz- und Bewegungsverhalten der Kontaktlinsen auf dem Auge mittels Spaltlampenmikroskop, i. d. R. nach Aufsetzen der Kontaktlinsen und nach mind. 30 Min Tragezeit: Passgenauigkeit, Beweglichkeit, Zentrierung, Inklination, Benetzung, Verträglichkeit
 - bei formstabilen Kontaktlinsen: Tränenfilmverteilung unter der Kontaktlinse
- Visusbestimmung (monokular und binokular) mit den neuen Kontaktlinsen (s. DIN EN ISO 8596 und DIN 58220) für die Sehentfernungen:
 - Ferne
 - ggf. Nähe
 - ggf. Zwischenbereich (Hauptarbeitsabstand)
- ggf. Überrefraktion
- ggf. Nachbearbeitung der Ränder und Übergänge bei formstabilen Kontaktlinsen mit anschließender Kontrolle
- ggf. Absetzen der Kontaktlinsen
- Abschlusskontrolle der Horn- und Bindehaut (nach Absetzen der Kontaktlinsen), ggf. mit Vitalfarbstoff

3.9.3 Empfehlung Tragezeit und -dauer

- Empfehlung der individuellen Tragezeit pro Tag (ggf. Tragezeitsteigerung in der Eingewöhnungsphase bei Neuversorgung)
- Empfehlung der individuellen Tragedauer und Austauschintervall (z. B. 14-tägig, monatlich, jährlich)

3.9.4 Kontrolltermine

- Hinweis auf Notwendigkeit regelmäßiger Funktionskontrollen
- Vereinbarung Kontrolltermin

3.9.5 Einweisung des Kunden/Patienten in den Gebrauch der Kontaktlinsen

- Erklärung Handhabung und Umgang mit Kontaktlinsen, z. B. beim Sport
- Erklärung Umgang mit auftretenden Komplikationen (Verrutschen der Kontaktlinsen, Fremdkörpergefühl, Unverträglichkeitsreaktionen) und deren Management
- Erklärung Eingewöhnungszeit, Tragezeit, Nutzungsdauer und Austauschintervall
- Einweisung und Übung Auf- und Absetzen der Kontaktlinsen
- Sicherstellung, dass die Handhabung selbstständig beherrscht
- Abgabe von schriftlichen Informationen zum Produkt nach Maßgabe des Herstellers und des Medizinproduktrechts

3.9.6 Einweisung des Kunden/Patienten in die Pflege (außer bei Eintages-Kontaktlinsen)

- Erklärung der Notwendigkeit der Kontaktlinsenhygiene, z. B. Infektionsgefahr bei unsachgemäßer Pflege/Reinigung/Desinfektion und Hinweise auf Kontaminationsgefahren (z. B. unregelmäßiger Austausch des Kontaktlinsenbehälters), Empfehlung eines auf das Kontaktlinsenmaterial abgestimmten Pflegemittels
- Erklärung der Pflegeart/des Pflegeschemas in Anlehnung an Gebrauchsanleitung bzw. Informationsbroschüre
- Sicherstellung, dass Kunde/Patient die Pflege und Hygiene beherrscht
- Ein Pflegemittelwechsel sollte nur nach Rücksprache mit dem Versorger vorgenommen werden – Erklärung Komplikationen (Unverträglichkeitsreaktion)

- Dokumentation**
- Kontaktlinsen-Parameter (entsprechende Angaben bei selbst hergestellten Kontaktlinsen oder vom Versorger maßgeblich modifizierten Kontaktlinsen
 - Herstellerangaben
 - Datum der Abgabe
 - Sitzverhalten der Kontaktlinsen
 - V_{cc} in der Ferne, ggf. der Nähe und ggf. im Zwischenbereich
 - objektive und subjektive Befunde inklusive Kontaktlinsenklassifizierung

- empfohlene Tragezeiten, Nutzungsdauer und Austauschintervall
- Handhabungs- und Pflegeunterweisung (ggf. mit Unterschrift Kunde/ Patient)
- abgegebenes Pflegesystem
- Kosten: Einzelpreise für Dienst- und Sachleistung(en)
- ggf. Abgabe von Informationsbroschüren (z. B. zum Produkt oder Pflegemittel vom Hersteller)
- nächster Termin zur Funktionskontrolle

3.10 Regelmäßige Funktionskontrolle

Definition

Kontrolle zur Prüfung und Beurteilung der Sehfunktion mit Kontaktlinsen, des vorderen Augenabschnittes und der kontaktlinsenrelevanten Parameter

Ziel Regelmäßige Kontrolle des Sitzverhaltens und der Kontaktlinsen nach Tragezeit zur Prüfung von Veränderungen der Korrektur und der Verträglichkeit der Kontaktlinsen sowie zur Kontrolle des vorderen Augenabschnittes und des Tränenfilms

Verfahren **3.10.1 Turnus der Funktionskontrollen**

Funktionskontrollen sind erforderlich:

- im Zuge einer Erstversorgung i. d. R. spätestens nach 2 Wochen
- weitere Funktionskontrollen: bedarfsabhängig, so dass der Versorger von der fachgerechten Funktion überzeugt ist
- bei Problemen/Beschwerden
- bei besonderen Versorgungsfällen, z. B. bei Ortho-K engmaschigere Kontrollen bis Ortho-Keratologie-Effekt sowie stabiler und physiologisch akzeptabler Sitz erreicht sind
- turnusmäßig, Ablauf der max. Nutzungsdauer oder spätestens nach 1 Jahr

3.10.2 Inhalt der Funktionskontrolle

- Befragung Zufriedenheit, Tragekomfort, Beschwerden/Probleme, Alter der Kontaktlinsen, Tragehäufigkeit und (komfortable) Tragezeit
- Kontrolle vorderer Augenabschnitt mit aufgesetzten Kontaktlinsen nach definierter Tragezeit auf Auffälligkeiten mittels Spaltlampenmikroskop, ggf. mit Vitalfarbstoff

- Beurteilung Sitz- und Bewegungsverhalten der Kontaktlinsen auf dem Auge mittels Spaltlampenmikroskop: Passgenauigkeit, Beweglichkeit, Zentrierung, Inklination, Benetzung, Verträglichkeit
 - bei formstabilen Kontaktlinsen: Tränenfilmverteilung unter der Kontaktlinse
- Visusbestimmung (monokular und binokular) mit den Kontaktlinsen (s. DIN 8596 und 58220) für die Sehentfernungen:
 - Ferne
 - ggf. Nähe
 - ggf. Zwischenbereich (Hauptarbeitsabstand)
- Überrefraktion
- ggf. Inspektion vorderer Augenabschnitt nach Absetzen der Kontaktlinsen
- ggf. Nachbearbeitung der Ränder und Übergänge bei formstabilen Kontaktlinsen mit anschließender Kontrolle
- Überprüfung der Kontaktlinsen:
 - ggf. Geometrie
 - ggf. Korrektionswert
 - ggf. optische Qualität
 - Zustand der Kontaktlinsen (z. B. Ablagerungen, Defekte)
- Überprüfung Pflegeschema und Handhabung
- Vereinbarung nächster Kontrolltermin

3.10.3 Wartungsdienst

- bei Bedarf: Wiederherstellen der Funktion der Kontaktlinsen, z. B. Randbearbeitung, Politur, Intensivreinigung
- Berechnung der Kosten nach Aufwand

Dokumentation

- Datum Funktionskontrolle
- objektive und subjektive Befunde inklusive Kontaktlinsenklassifizierung
- Ergebnisse Inhalte Funktionskontrolle (Kontaktlinsen-Parameter und Kontaktlinsen auf dem Auge)
- ggf. Wartungsdienst
- nächster Termin zur Funktionskontrolle

3.11 Erläuterungen zur Versorgung mit Kontaktlinsen

Spezifische Anamnese für Kontaktlinsen (Kap. 3.1)

Im Rahmen der Anamnese werden grundsätzliche Informationen des Kunden/Patienten in Erfahrung gebracht, die für die Kontaktlinsenversorgung im Zusammenhang mit dem Kontaktlinsentragen wichtig sind. Die erhobenen Informationen erlauben Rückschlüsse auf Risikofaktoren und Kontraindikationen.

Die Anamnese beinhaltet eine Bedarfsanalyse, in der auf die individuellen Bedürfnisse des Interessenten einzugehen ist. Hierbei arbeitet der Versorger heraus, welche Vorstellungen und Erwartungen der Kunde/Patient mit dem Tragen der Kontaktlinsen verbindet und welche Tragewünsche er hat. Der gewünschte Sehanspruch wird erfragt, um bereits im Vorfeld der Versorgung die Komplexität erkennen und vermitteln zu können. I. d. R. ergibt sich durch eine sorgfältige Anamnese die Art der Versorgung bzw. des zu wählenden Systems.

Die Befragung zur Motivation liefert Anhaltspunkte, ob eine Kontaktlinsenversorgung sinnvoll und zu vertreten ist. Bereits zu diesem Zeitpunkt muss der Versorger von Kontaktlinsen abraten, wenn er zu der Überzeugung gelangt, dass eine erfolgreiche Versorgung nicht zu erwarten ist.

Bestimmung der Fern- und Nahkorrektur (Kap. 1.4 und Kap. 1.5)

Bei der Versorgung mit Kontaktlinsen auf Grundlage einer fachärztlichen Verordnung gilt nach Urteil OLG Oldenburg 1 U 54/95 vom 21.09.1995: Wenn eine Verordnung mit Datum und Stempel ausgestellt wurde, muss der Augenoptikermeister/Optomtrist durch den Kunden/Patienten aufgefordert werden, diese Verordnung zu prüfen. Er darf nicht selbständig tätig werden.

Es sind allerdings alle gemäß dieser AQRL erforderlichen Parameter zu erheben, auch wenn diese nicht auf der Verordnung angegeben sind. Dafür ist die Verordnung ggf. subjektiv zu überprüfen (z. B. erzielter Visus in Ferne und Nähe) und anzupassen (z. B. auf anforderungsgerechten Arbeitsabstand und/oder eine vom Kunden/Patienten erwünschte Sehleistungssteigerung).

Inspektion und Beurteilung des vorderen Augenabschnittes (Kap. 3.6)

Die Inspektion des vorderen Augenabschnitts dient der Status-Bestimmung für die Augen des Kunden/Patienten, um die weitere Entwicklung im Verlauf des Kontaktlinsentragens bewerten zu können und ist eine Pflichtuntersuchung im Rahmen einer Kontaktlinsenversorgung. Hierfür bieten sich international anerkannte schematisierte Bewertungen (Grading-Scales) und/oder bildgebende Verfahren an. Außerdem werden aktuell für den Untersuchungszeitpunkt der vordere Augenabschnitt und der Tränenfilm auf evtl. Reizzustände und die Hornhaut auf Unversehrtheit geprüft.

Der Versorger überzeugt sich vom Zustand des vorderen Augenabschnittes sowie des Tränenfilms und damit dem Ausschluss von Kontraindikationen.

Aufgrund der Beurteilung des vorderen Augenabschnitts und des Tränenfilms entscheidet der Versorger, ob eine Kontaktlinsenversorgung durchgeführt werden darf und ob dies im aktuellen Fall auch sinnvoll ist.

Da der Zustand des Tränenfilms besonders abhängig von äußeren Reizen ist, sollte seine Beurteilung vor allen tränenreizbeeinflussenden Untersuchungen durchgeführt werden.

Um eine Beurteilung der tarsalen Bindehaut vornehmen zu können, sind die Lider ggf. zu ektropionieren. Bei Verdacht einer Reizung der tarsalen Bindehaut sollte ektropioniert werden.

Mit Vitalfarbstoffen sollten zusätzlich der Zustand der Hornhautoberfläche sowie die tarsale und bulbäre Bindehaut geprüft werden und im optischen Schnitt die Tiefe eventueller Anfärbungen beurteilt werden.

Beratung (Kap. 3.7)

Es ist die Aufgabe des Versorgers, die mit Kontaktlinsen realisierbaren Möglichkeiten zu erläutern und ein dafür geeignetes System (z. B.: formstabile, individuelle weiche oder Austauschkontaktlinsen) und die damit verbundene Tragezeit, die Nutzungsdauer und den Austauschrhythmus zu empfehlen.

In dem Beratungsgespräch sollten verschiedene Aspekte mit dem Kunden/Patienten besprochen werden, die im Zusammenhang mit den gewünschten Kontaktlinsen stehen.

Ggf. wird auf mögliche optische Restfehler hingewiesen, die kontaktoptisch evtl. nicht sinnvoll zu korrigieren sind. Auch sollten mögliche optische Probleme beim Wechsel zwischen Brille und Kontaktlinsen angesprochen werden.

Die Vermittlung der mit dem Tragen von Kontaktlinsen verbundenen notwendigen Hygiene ist ebenfalls wichtiger Bestandteil eines solchen Informationsgesprächs.

Es empfiehlt sich bereits zu diesem Zeitpunkt, die Kosten so genau wie möglich festzulegen und den Kunden/Patienten auch darauf hinzuweisen, dass in Einzelfällen bestimmte Erwartungen trotz fachgerechter Versorgung nicht ganz erfüllt werden können.

Kontaktlinsenversorgung (Kap. 3.8)

Durch die Kontaktlinsenversorgung wird sichergestellt, dass die Kontaktlinsen sicher getragen werden können, dass die Sehleistung den Ansprüchen und vorliegenden Gegebenheiten gerecht wird und dass die Physiologie des Auges so geringfügig wie möglich belastet wird. Die Auswahl des Kontaktlinsensystems, die Kontaktlinsen-Parameter, das Kontaktlinsenmaterial und auch die Auswahl des Pflegesystems müssen diesem Anspruch gerecht werden.

Um eine den individuellen Bedürfnissen des Kunden/Patienten entsprechende Systemempfehlung aussprechen zu können, ist es erforderlich, zuvor die Art und Höhe der Fehlsichtigkeit und zumindest die zentralen Hornhautradien (sinnvoll ist die Bestimmung der zentralen und der peripheren Hornhautradien mittels Ophthalmometer oder Topograph) sowie den Hornhaut-Astigmatismus zu bestimmen. Nach Analyse der Topographie der Hornhaut kann frühzeitig abgeschätzt werden, welche Kontaktlinsen in Betracht gezogen werden können.

Darüber hinaus können weitere kontaktlinsenrelevante Parameter, z. B. die Lidspaltenhöhe, bestimmt werden. Handelt es sich um eine Folgeversorgung und sind daher Daten aus vorherigen Versorgungsbereits verfügbar, müssen sie nicht in jedem Fall neu erhoben werden.

Zur Ermittlung der Daten der Kontaktlinsen werden üblicherweise Messlinsen verwendet. Messlinsen sind Kontaktlinsen, die entweder individuell für den Kunden/Patienten angefertigt werden (aber nicht zur dauerhaften Verwendung vorgesehen sind!) oder einem Versorgungssatz mit standardisierten Parametern entnommen werden.

Aus der Beurteilung der Messlinsen auf dem Auge werden dann die Daten der erforderlichen Kontaktlinsen abgeleitet. Es wird zunächst ein Messlinsensystem ausgewählt, das den physiologischen und optischen Anforderungen und den Einsatzwünschen des Kunden/Patienten am besten gerecht wird. Bei formstabilen Linsen soll aufgrund der unterschiedlichen physiologischen Belastung verschiedener Durchmesser zunächst ein Versorgungsversuch mit Korneallinsen unternommen werden. Lässt sich auch mit Spezialgeometrien kein zufriedenstellender Sitz erzeugen, kann die Versorgung von größeren (z. B. grenzlimbalen) Linsen erwogen werden. Lässt sich auch hier mit Speziallinsen kein zufriedenstellender Sitz erzeugen, so können Versorgungsversuche mit Mini- oder Sklerallinsen erwogen werden.

Dabei bleibt es dem Versorger vorbehalten, offensichtlich unsinnige Lösungen von vornherein auszuschließen.

Die Messlinsen werden so ausgewählt, dass sie den erwarteten Kontaktlinsen möglichst nahekommen und damit eine genauere Bestimmung der Rückflächengeometrie, des Durchmessers und der erforderlichen Stärke ermöglichen.

Die ausgewählten Messlinsen werden soweit möglich verifiziert, z. B. durch Nachmessen der angegebenen Parameter oder durch Vergleich entsprechender Gravuren.

Der Sitz und die Bewegung der Messlinse werden mit dem Spaltlampenmikroskop beurteilt. Bei formstabilen Linsen wird zusätzlich der Tränenfilm mit einem Vitalfarbstoff angefärbt. In Einzelfällen kann es sinnvoll sein, auch bei Weichlinsen den Tränenfilm mit großmolekularem Vitalfarbstoff anzufärben.

Stimmen die erzielten Ergebnisse nicht mit den Erwartungen des Versorgers und/oder den Trageanforderungen des Kunden/Patienten überein, werden die Parameter der Kontaktlinsen entsprechend verändert. Sind die Auswirkungen der Änderungen nicht hinreichend eindeutig, werden weitere Messlinsen aufgesetzt.

Wenn ein ausreichend stabiler Sitz der Messlinse erreicht ist, wird eine Überrefraktion über die Messlinse durchgeführt. Sie dient u. a. dazu, korrekationsbedürftige Restastigmatismen aufzudecken und möglichst früh im Verlauf der Versorgung zu berücksichtigen. Die Überrefraktion schließt einen binokularen Abgleich ein.

Wenn mit dem ausgewählten Messlinsensystem keine hinreichende Sehleistung erreichbar ist, wird ein Systemwechsel vorgenommen.

Es wird geprüft, ob der Visus noch verbessert werden kann oder ob der Kunde/Patient mit dem aktuellen Zustand bereits zufrieden ist bzw. keine Verbesserung erreicht werden kann. Im Allgemeinen wird hier ein geeigneter Kompromiss gesucht.

Nach jeder Versorgung ist eine Abschlussinspektion der Horn- und Bindehaut erforderlich. Dabei wird geprüft, ob im Laufe der Versorgung Defekte erzeugt worden sind.

Ist dies der Fall, wird beurteilt, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um die aktuellen Defekte zu beheben und/oder dafür Sorge zu tragen, dass das Auge keine bleibenden Schäden davonträgt.

Durch die Auswahl des Materials der Kontaktlinsen kann die Versorgung zum Teil noch wesentlich verbessert werden. Neben der Sauerstoffdurchlässigkeit trägt auch das Benetzungsverhalten zum Tragekomfort und zur Verträglichkeit der Linsen bei. Über die Brechzahl und das spezifische Gewicht des Materials lassen sich die Linsendicke, das Gewicht und damit auch das Bewegungsverhalten der Linse in gewissen Bereichen variieren und steuern. Bei formstabilen Linsen ist auch die Festigkeit der Linsen zu berücksichtigen, wenn Hornhaut-Astigmatismen korrigiert werden sollen.

Kontaktlinsenabgabe (Kap. 3.9)

Prüfung der Kontaktlinsen

Die Ergebnisse der Überprüfung der Kontaktlinsen sowie der Visus- und Funktionsprüfung sollten den Erwartungen der Versorgungssitzung mit den Messlinsen entsprechen.

Die Kontaktlinsenabgabe beinhaltet neben der Überprüfung der Kontaktlinsen und der Funktionsprüfung der Kontaktlinsen auf dem Auge die Einweisung des Trägers in die sichere Handhabung, Tragezeit, Nutzungsdauer und Austauschrhythmus sowie Pflege der Kontaktlinsen. Für die fachgerechte Abgabe der Kontaktlinsen wird vorausgesetzt, dass auch für einen längeren Zeitraum (bis zur nächsten turnusmäßigen Funktionskontrolle) das Ergebnis, aufgrund der festgelegten Parameter und getroffenen Entscheidungen, einer fachgerechten Versorgung entspricht.

Der Versorger hat sich davon zu überzeugen, dass der Kontaktlinsenträger die Handhabung des Auf- und Absetzens beherrscht.

Die Anwendung des Pflegemittels wird dem Kontaktlinsenträger in Anlehnung an die Gebrauchsanleitung bzw. den im Beipackzettel enthaltenen Informationen erklärt (außer bei Eintageskontaktlinsen).

Dem Träger muss erläutert werden, warum ein Pflegemittelwechsel nur nach Rücksprache mit dem Versorger erfolgen darf. Ferner sollte im Falle einer Neuversorgung von Kontaktlinsen der Träger über evtl. auftretende Komplikationen instruiert werden (z. B. Verrutschen der Kontaktlinsen).

Der Versorger hat sich davon zu überzeugen, dass der Kontaktlinsenträger die Pflege der Kontaktlinsen beherrscht.

Tragezeiten und Terminvereinbarung

Die Kontaktlinsentrageweiten sollten nach den individuellen Bedürfnissen empfohlen und gesteigert werden. Anfangs sollten die Kontaktlinsen nicht ganztägig getragen werden, damit sich die Augen langsam der veränderten Stoffwechselsituation anpassen können. Es gibt verschiedene empfohlene Schemata, um die Augen an das Tragen von Kontaktlinsen zu gewöhnen. Eine Möglichkeit ist, die Kontaktlinsen initial nur stundenweise zu tragen und dann die Tragezeit täglich zu erhöhen. Es werden folgende Zeiten empfohlen:

- Bei Erstversorgung mit formstabilen Kontaktlinsen:
Anfangstragezeit: z. B. 2 bis 4 Stunden mit täglich +1 Stunde Steigerung
- Bei Erstversorgung mit weichen Kontaktlinsen:
Anfangstragezeit z. B. 3 bis 5 Stunden täglich mit +2 Stunden Steigerung

Während dieses Termins sollte nochmals auf die Tragezeit, Nutzungsdauer und den Austauschrhythmus hingewiesen und der Zeitraum bis zum nächsten turnusmäßigen Kontrolltermin festgelegt werden.

Funktionskontrolle (Kap. 3.10)

Funktionskontrollen sind erforderlich, um die Konsequenzen aller im Zuge einer Kontaktlinsenversorgung getroffenen Entscheidungen zu einem späteren Zeitpunkt zu überprüfen. Zu diesem Zeitpunkt können dann ggf. Gegenmaßnahmen, z. B. bei inakzeptablen Reaktionen am Auge, getroffen bzw. die Versorgung verändert werden.

Eine aussagekräftige Funktionskontrolle des gesamten Systems (Auge und Kontaktlinsen) kann nur in der Gebrauchssituation nach mehrstündiger Tragezeit vorgenommen werden.

Während der ersten Funktionskontrolle sind alle Komponenten (Kontaktlinsen-Parameter, Kontaktlinsen auf dem Auge, Pflegeschema und Handhabung) zu überprüfen.

Der Inhalt der zu einem späteren Zeitpunkt vereinbarten Kontrolle(n) kann bei gutem Verlauf reduziert werden und dann trägerspezifisch bzw. problemspezifisch sein. Der vordere Augenabschnitt ist stets analog Kapitel 3.6 *Inspektion und Beurteilung des vorderen Augenabschnitts* zu prüfen.

Die Anzahl der durchzuführenden Kontrollen nach einer Versorgung und Abgabe von Kontaktlinsen ist sehr individuell und hängt vom jeweiligen Erfolg der Zwischenergebnisse ab. Eine ausführliche Dokumentation während der Versorgung und Abgabe ermöglicht den Vergleich zu Kontrolluntersuchungen, weil dann Sicherheit darüber besteht, welche Veränderungen nicht auf die durchgeführte Versorgung zurückzuführen sind.

Zeitintervalle von Kontrollen

Der Zeitraum, nach dem Funktionskontrollen stattzufinden haben, ist differenziert zu ermitteln. Kunden/Patienten, die noch keine oder nur eine geringfügige Erfahrung mit Kontaktlinsen haben, oder solche, die den Versorger aufgrund individueller Probleme aufgesucht haben, sind nach kürzerer Zeit und engmaschiger zu überprüfen als solche, die seit vielen Jahren oder Jahrzehnten ohne subjektive und objektive Probleme erfolgreich Kontaktlinsen tragen. Besonders dann, wenn der Versorger die Versorgungen selbst vorgenommen hat und der Kunde/Patient dem Versorger seit langem bekannt ist, müssen nach einer erneuten Versorgung weniger Kontrollen durchgeführt werden.

Prinzipiell findet die erste Kontrolle bereits bei der Abgabe der Kontaktlinsen statt. Eine erneute Funktionsprüfung sollte zu einem späteren Zeitpunkt in Gebrauchssituation erfolgen.

Bei Ortho-Keratologie-Kontaktlinsen müssen engmaschige Kontrollen erfolgen, bis der gewünschte Ortho-Keratologie-Effekt sowie ein stabiler und physiologisch akzeptabler Sitz der Kontaktlinsen erzielt sind (i. d. R. Herstellerempfehlung).

In Abhängigkeit des Kunden/Patienten und der jeweiligen Versorgung werden folgende Kontrolltermine vorgeschlagen:

Erste Kontrolle spätestens nach ein bis zwei Wochen bei:

- Kunden/Patienten, die noch keine Erfahrung mit Kontaktlinsen haben
- Kunden/Patienten mit geringfügiger Erfahrung oder langjähriger Tragepause
- Kunden/Patienten, bei denen wegen spezifischer Probleme eine Neuversorgung erforderlich wurde
- Kunden/Patienten, die der Versorger noch nicht selbst versorgt hat

Zu diesem Zeitpunkt ist eine Kontrolle jedoch nur eine Überprüfung des Zwischenstandes. In erster Linie wird kontrolliert, ob das angestrebte Ziel mit der abgegebenen Kontaktlinse überhaupt erreicht werden kann, oder ob bereits während der Eingewöhnungsphase Handlungsbedarf durch Modifikation der Versorgung besteht.

Erste Kontrolle spätestens nach drei bis vier Wochen bei:

Kunden/Patienten, die der Versorger bereits zu einem früheren Zeitpunkt versorgt hat und deren Situation ihm in Verbindung mit dem Tragen von Kontaktlinsen bekannt ist.

Diese Funktionskontrolle kann ggf. entfallen, wenn bei der Abgabe keine Auffälligkeiten festgestellt wurden.

Turnusmäßige Kontrollen bei:

- Trägern weicher Kontaktlinsen: möglichst halbjährlich, spätestens nach einem Jahr
- Trägern formstabiler Kontaktlinsen: spätestens nach einem Jahr
- Kindern unter 14 Jahren: mindestens halbjährlich
- Ablauf der maximalen Nutzungsdauer (außer bei Austauschlinsen)
- Tragen über Nacht (z. B. Orthokeratologie): engmaschige Kontrollen zu Beginn

Turnusmäßige Funktionskontrollen

Regelmäßige Kontrollen sind sowohl für die Überprüfung des vorderen Augenabschnittes als auch der Kontaktlinsen (Kontaktlinsen selbst und Kontaktlinsen auf dem Auge) erforderlich. Ziel ist es, zu prüfen, ob die bestmögliche Sehleistung mit den Kontaktlinsen erreicht wird und ob die Kontaktlinsen den äußeren Augenabschnitt auf Dauer belasten oder sogar überbelasten. Zu starke Stoffwechsel- oder Hygienebelastungen zeigen sich i. d. R. nicht während der Versorgungsphase, sondern frühestens nach einigen Monaten. Auch der Zustand der Kontaktlinsen selbst muss kontrolliert werden (Verunreinigungen oder Qualitätsveränderungen – diese sind zu beseitigen).

Inhalt der Funktionskontrollen

Tragekomfort

Die subjektive Beschreibung der Trageeigenschaften kann dem Versorger wertvolle Hinweise für das Kontaktlinstragen im Alltag geben. Der Tragekomfort ist in Abhängigkeit der Eingewöhnungsphase unterschiedlich zu bewerten. Empfehlenswert ist es, die komfortable Tragezeit und die tatsächliche Tragezeit zu dokumentieren.

Die Eingewöhnungsphase kann bei Erstversorgungen mit weichen Kontaktlinsen Tage bis Wochen, bei formstabilen Kontaktlinsen Tage bis Monate dauern. Bei formstabilen Kontaktlinsen besteht die Möglichkeit, dass der Versorger bei Bedarf versucht, den Tragekomfort durch Nachbearbeiten zu verbessern.

Bei zu hoher subjektiver Sensibilität des Trägers kann es sogar sein, dass sich trotz fachgerechter Versorgung und evtl. Änderungen keine volle subjektive Zufriedenheit einstellt. In solchen Fällen sollte eine neue Bedarfsanalyse durchgeführt und ggf. ein Systemwechsel in Erwägung gezogen werden.

Sitz- und Bewegungsverhalten der Kontaktlinsen

Prinzipiell werden die Funktion und die Passform der Kontaktlinsen das erste Mal bereits bei der Abgabe kontrolliert. Die Qualität der Versorgung ist auf dem Auge in Bewegung, bei formstabilen Kontaktlinsen zusätzlich mit Vitalfarbstoff, zu beurteilen. Die Anwendung von Vitalfarbstoffen ist auch bei weichen Linsen zur Beurteilung von Tränenfilm und Hornhaut sinnvoll.

Während des Tragens können sich an der Hornhaut und an formstabilen Kontaktlinsen für den Versorger messbare Formveränderungen ergeben. Formveränderungen der Hornhaut können sich innerhalb von Stunden ergeben und sind daher ggf. bereits zur ersten Kontrolle mit entsprechender Tragezeit messbar.

Es ist ggf. sinnvoll, die Kontaktlinsen gegen Ende der Funktionskontrolle vom Auge zu entfernen und mittels eines Vitalfarbstoffes die Horn- und Bindehaut zu kontrollieren.

Alle darauffolgenden, noch zur Versorgung gehörenden Kontrollen können problemspezifisch sein und daher im Gesamtumfang reduziert. Bei erforderlichen Änderungen, die nicht durch manuelles Nacharbeiten durchführbar sind, müssen ggf. neue Kontaktlinsen mit veränderten Parametern gefertigt werden. Im Extremfall kann es notwendig sein, einen kompletten Systemwechsel vorzunehmen.

Sehen/Sehleistung

Der Träger wird im Rahmen der Befragung der Zufriedenheit mit den Kontaktlinsen nach seinem subjektiven Sehempfinden und der subjektiven Sehleistung (Sehschärfe) befragt. Auch bei einwandfreiem subjektivem Sehempfinden ist der Visus bei der ersten Funktionskontrolle nach Abgabe der Linsen mit den getragenen Kontaktlinsen zu ermitteln. Der hierbei erreichte Visus ist mit der Versorgungssituation zu vergleichen und sollte dem angestrebten Ziel entsprechen. Wird die angestrebte Sehschärfe auch mit entsprechender Überrefraktion nicht erreicht, ist die Kontaktlinse bzgl. Ablagerungen, Benetzung oder optischer Qualität zu kontrollieren.

Bei unzureichender Sehschärfe mit Multifokallinsen oder Bifokallinsen ist die Funktion des Systems in Frage zu stellen, sofern Änderungen keinen Erfolg haben.

Inspektion vorderer Augenabschnitt

Kontaktlinsen haben grundsätzlich einen Einfluss auf den Stoffwechsel der Hornhaut und die physiologischen Prozesse des vorderen Augenabschnittes, daher hat der Versorger dessen Zustand im Rahmen einer Funktionskontrolle zu überprüfen. Es kann sein, dass trotz fachgerechter Versorgung geringfügige Veränderungen oder Einflüsse akzeptiert werden müssen.

Zustand der Kontaktlinsen

Während der Kontrollen innerhalb der Versorgungsphase ist der Zustand der Kontaktlinsen selbst und der Kontaktlinsen auf dem Auge zu kontrollieren.

Die Kontrollmöglichkeiten weicher und formstabiler Kontaktlinsen sind unterschiedlich. Die Messungen der Maßhaltigkeit weicher Kontaktlinsen sind in der Praxis normalerweise nicht durchführbar. Formstabile Kontaktlinsen sollten spätestens im Zuge turnusmäßiger Kontrollen außerhalb des Auges einer intensiveren Kontrolle unterzogen werden.

Zur ersten Funktionskontrolle sollten die Kontaktlinsen nur bei falscher Handhabung durch den Träger Geometrieänderungen erfahren haben, aber bereits nach Monaten, besonders am Ende der Nutzungsdauer, können die Kontaktlinsen Formveränderungen aufweisen, die sich auch auf die Form der Hornhaut auswirken können.

Ablagerungen und Kratzer können bei formstabilen Kontaktlinsen durch Politur entfernt werden.

Handhabung und Pflege der Kontaktlinsen

Bei der ersten Kontrolle nach Abgabe der Kontaktlinsen oder nach einem Pflegemittelwechsel sind die Einflüsse des Pflegesystems zu überprüfen. Es sind sowohl die Handhabung als auch die subjektive Verträglichkeit zu hinterfragen. Der vordere Augenabschnitt kann dem Versorger Hinweise auf die objektive Verträglichkeit des gewählten Systems geben.

Bei starker Neigung zu Ablagerungen und Sekretbildung ist das Ektropionieren der Lider ratsam. Falls der Träger das gewählte System zum ersten Mal anwendet, kann es hilfreich sein, sich die Anwendung erneut erklären oder zeigen zu lassen. Ob der Träger das Pflegesystem korrekt anwendet oder ob die trägerspezifische Ablagerungsneigung zu groß ist, zeigt sich häufig erst bei turnusmäßigen Funktionskontrollen. In diesen Fällen sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

4 Versorgung mit Sondersehhilfen

Wird mit einer üblichen Brillen- oder Kontaktlinsenkorrektur keine anforderungsgerechte Sehleistung erzielt, so können Sondersehhilfen indiziert sein. Sondersehhilfen in diesem Sinne kommen insbesondere in folgenden Bereichen vor:

Low-Vision-Sehhilfen

Low Vision bezeichnet Sehleistungsminderungen, die trotz Korrektur mit Brille oder Kontaktlinse zu einer visuellen Beeinträchtigung führen. Durch den Einsatz optischer, elektronischer oder ergonomischer Hilfsmittel lassen sich die Auswirkungen der Sehleistungsminderung im Alltag zumindest teilweise kompensieren. Die Lesefähigkeit wiederzuerlangen ist das häufigste Ziel einer Low-Vision-Rehabilitation. Meist kommen vergrößernde Sehhilfen zum Einsatz. Die Versorgung mit vergrößernden Sehhilfen dient i. d. R. dazu, durch Vergrößerung des Netzhautbildes die Detailwahrnehmung zu verbessern. Darüber hinaus spielen kontrastverstärkende und blendungsmindernde Sehhilfen eine wichtige Rolle. In einzelnen Fällen kommen auch verkleinernde Sehhilfen (z. B. bei konzentrischem Gesichtsfeldausfall) zur Anwendung. Ergänzend können ergonomische Hilfen (z. B. Leseputz) oder eine spezielle Beleuchtung sinnvoll sein.

Low-Vision-Sehhilfen beheben die Ursache der Sehbehinderung nicht, sie sind deshalb keine Heilmittel, sondern Hilfsmittel. Sie kompensieren die Auswirkungen der Sehbehinderung, soweit dies im Einzelfall mit einem optischen oder optoelektronischen Hilfsmittel möglich ist. Das Sehvermögen mit bestmöglicher Brillen-/Kontaktlinsenkorrektur ist Grundlage für die Versorgung mit Low-Vision-Sehhilfen.

Sondersehhilfen bei normaler Sehleistung (technische Sehhilfen)

Sondersehhilfen können bei normaler Sehleistung zur Verbesserung der Wahrnehmung eingesetzt werden, wenn die kritischen Details auch mit bester Brillen- bzw. Kontaktlinsenkorrektur nicht oder nicht ausreichend erkannt werden können. Dies kann besonders bei speziellen Arbeitsbedingungen (z. B. Zahnarzt, Feinmechaniker etc.) relevant sein.

Die folgenden Ausführungen beziehen sich vorwiegend auf den Bereich Low-Vision-Sehhilfen. Es können folgende Arten unterschieden werden (Tabelle 5):

Tabelle 5: Arten von Sondersehhilfen und ergänzenden Hilfsmitteln

Art	Unterteilung
optische Systeme	<p>brillengebundene vergrößernde Systeme</p> <ul style="list-style-type: none"> • monokulare Überaddition • binokulare Überaddition ggf. mit konvergenzunterstützenden Prismen • Hyperokulare • aplanatische Lupenbrillen • Fernrohr(lupen)brillen mit Keplersystem(en) • Fernrohr(lupen)brillen mit Galileisystem(en) <p>nicht brillengebundene vergrößernde Systeme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lesegläser • Lupen (Hand-, Stand-, Aufsetzlupen) • monokulare Fernrohre <p>nicht vergrößernde optische Systeme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neutralfiltergläser • Kantenfiltergläser • Filtergläser mit speziellen Absorptionseigenschaften
elektronische Systeme	<p>elektronisch vergrößernde Systeme</p> <ul style="list-style-type: none"> • elektronisch vergrößernde Geräte mit integrierter Kamera, z. B. Videolupe • elektronisch vergrößernde Geräte mit externer Kamera zum Lesen in der Nähe und Ferne, z. B. Bildschirmlesegerät • mobile elektronische Geräte, z. B. mobile elektronische Leselupe <p>nicht visuelle elektronische Systeme</p> <ul style="list-style-type: none"> • elektronische Geräte zur akustischen Sprachumwandlung • Screen Reader-Systeme für PC
ergänzende Hilfsmittel	z. B. Leuchten, Lesepult, Zeilenlineal

Low-Vision-Sehhilfen werden individuell aufgrund einer vorliegenden Indikation (meist reduzierter Visus) bestimmt und angepasst. Bei einer Anpassung von vergrößernden Systemen können konfektionierte Systeme oder individuell angefertigte Systeme zum Einsatz kommen. Bei individuellen Systemen handelt es sich um aufeinander abzustimmende Komponenten, deren Wirkung der Korrektionsvorgabe entsprechen muss. Dies bedingt grundsätzlich die Einzelfertigung durch den Augenoptiker.

Die Low-Vision-Sehhilfe wird bei Brillensystemen aufgrund vorliegender Korrektionsdaten ausgewählt und ggf. angefertigt. Die Korrektionsdaten können folgende Herkunft haben:

- Eigenverordnung im Rahmen einer Refraktions- und Korrektionsbestimmung,
- Übernahme vorhandener Werte oder
- Fremdverordnung (fachärztliche Verordnung oder durch anderen Augenoptikermeister/Optometristen).

Die Versorgung mit Low-Vision-Sehhilfen gilt als sach- und fachgerecht, wenn die einschlägigen Normen und Gesetze beachtet und die betriebsinternen Verfahrensanweisungen eingehalten werden. Als systematischer Ablauf zur Fertigung einer individuellen Korrektionsbrille wird der in Abbildung 3 dargestellte vorgeschlagen.

Aufgrund individueller Gegebenheiten des Kunden/Patienten sowie verschiedener Systeme und Optiken von Low-Vision-Sehhilfen kann dieser Ablauf individuell variieren. Auch die Wiederholung einzelner Schritte ist möglich.

Die optometrische Low-Vision-Versorgung sollte erfolgen, nachdem die Diagnose der zugrundeliegenden Augenerkrankung durch einen Augenarzt gestellt wurde.

Nachfolgend werden nur die anpassspezifischen Teilschritte in Bezug auf eine Versorgung mit Low-Vision-Hilfsmitteln erläutert. Allgemeine Verfahren, wie z. B. Visus- oder Korrektionsbestimmung, sind unter Berücksichtigung von reduziertem Visus und ggf. Gesichtsfeldeinschränkungen wie in Kapitel 1 *Optometrische Untersuchungsverfahren* beschrieben durchzuführen.




Abbildung 3: Ablaufschema für die systematische Anpassung vergrößernder Sehhilfen

4.1 Spezifische Anamnese für Sondersehhilfen

Definition

- **Allgemeine Anamnese:** systematisches Erfragen wichtiger Informationen zum aktuellen Status und der für das visuelle System relevanten Historie, wie z. B. Art, Beginn und Verlauf aktueller Beschwerden
- **Spezifische Anamnese für Sondersehhilfen:** systematisches Erfragen wichtiger Informationen zum aktuellen Status und der für die Sondersehhilfe relevanten Historie, wie z. B. bisherige Hilfsmittel

Ziel

- Bedarfsanalyse sowie zielgerichtete Auswahl geeigneter Systeme
- Abklärung des Beratungsbedarfs des sehbehinderten Menschen in seinem psychosozialen Umfeld
- Abklärung der Notwendigkeit, auf andere Berufsgruppen zu verweisen

Verfahren

4.1.1 Allgemeine Anamnese

Befragung zu folgenden Aspekten (aktueller Status und Historie)

→ siehe Kapitel 1.1 *Bedarfsanalyse und Anamnese*

Bei Vorliegen einer fachärztlichen Diagnose einer Sehbehinderung: Dokumentation der fachärztlichen Diagnose und Indikation für eine Versorgung mit vergrößernden Sehhilfen, ggf. Rücksprache mit dem behandelnden Arzt

4.1.2 Spezifische Anamnese für Korrektionsbrillen

Befragung zu folgenden Aspekten und Parameterermittlung (aktueller Status und Historie)

- vorhandene und aktuell verwendete Korrektionsbrille
 - Korrektionsdaten
 - Art der Korrektionsbrille (Fassungsdaten)
 - Art der Korrektionsgläser (Glasart und Qualität), Zentrierung (PD und HSA) und Gebrauchswirkung
 - ggf. Probleme/Tragebeschwerden
- vorhandene und aktuell verwendete optisch vergrößernde Sehhilfe(n)
 - Art und Tauglichkeit der Sehhilfe, z. B. Leseerfolg, freier Arbeitsabstand, Einstellentfernungen
 - Vergrößerung, nutzbare Sehfelder, Korrektionswerte, ggf. Name des

Verordners

- Fertigungsdaten: Glasstärken, HSA, Daten des Systemträgers, Systemtyp, Ausführung und optische Leistungsdaten, Zentrierdaten, Besonderheiten der Verarbeitung
- ggf. Probleme/Tragebeschwerden, visuelle Probleme, Handhabungsprobleme
- vorhandene und aktuell verwendete elektronisch vergrößernde Systeme
 - Art und Funktionsumfang der Geräte
 - Funktionstüchtigkeit der Geräte
 - Anwendung der Geräte bzw. ggf. Handhabungsprobleme
- weitere vorhandene und aktuell verwendete Hilfsmittel, z. B. Kantenfilter, Lesepult, Leuchten, Braillezeile
- Bedarfsanalyse: Verwendungszweck, Sehgewohnheiten, korrekptionsrelevante Kriterien
- Erwartungen und Motivation zur Versorgung mit vergrößernden Sehhilfen (z. B. zum Lesen)
- Arbeitsumfeld (z. B. Tätigkeit, Bildschirmarbeit)
- Freizeitumfeld (z. B. Hobby)
- Wohnsituation, ggf. soziales Umfeld

4.1.3 Abklärung Beratungsbedarf

z. B. bisherige sozialmedizinische Beratungen, Kontakt zu Selbsthilfegruppen, Information über Nachteilsausgleiche, Behindertenausweis, Rechtsberatung bei sozialrechtlichen Fragen, Rehabilitationstraining

- Bei Bedarf ist der Kunde (z. B. über die Selbsthilfeverbände) an entsprechende Spezialisten zu verweisen.

- Dokumentation**
- Ergebnisse der allgemeinen und spezifischen Anamnese für vergrößernde Sehhilfen
 - ggf. Dokumentation von Verhaltensauffälligkeiten, z. B. auffällige Kopf- und Körperhaltungen
 - Angaben zu erfassten Daten der vorhandenen/verwendeten Sehhilfen (Korrektionsbrille und Brillengläser, vergrößernde Sehhilfe)

4.2 Visusbestimmung (V_{sc} und V_{cc} habituell)

→ analog Kapitel 1.2 *Bestimmung der Sehschärfe*

Aufgrund verminderter Sehleistung ist die Prüfmethodik auf die Besonderheiten des Sehbehinderten abzustimmen. Es empfiehlt sich die Verwendung spezieller Sehprobentafeln.

4.3 Funktionsprüfungen

→ analog Kapitel 1.3 *Eingangsteste*

4.4 Bestimmung der Fern- und Nahkorrektur

→ analog Kapitel 1.4 *Refraktionsbestimmung für Ferne und Nähe*

Aufgrund verminderter Sehleistung ist die Prüfmethodik auf die Besonderheiten des Sehbehinderten abzustimmen.

Bei Fremdverordnung: monokulare und binokulare Visusbestimmung in Ferne und Nähe mit der verordneten Korrektur (V_{cc}) und Abstimmung der Sehbereiche auf die individuellen Anforderungen mit dem Kunden/Patienten unter Berücksichtigung der gewählten Korrektur.

Bei Eigen- und Fremdverordnung: ggf. Änderung der Korrektur, um einen individuellen Arbeitsabstand zu ermöglichen.

Die Bestimmung der Nahkorrektur sowie die Festlegung des Vergrößerungsbedarfes erfolgt bei reduziertem Visus in 25 cm Entfernung. Dabei wird unter Berücksichtigung des individuellen Akkommodationserfolges und einer bequem nutzbaren Akkommodation der Nahzusatz i. d. R. für die Entfernung 25 cm festgelegt.

4.5 Binokularprüfung für Ferne und Nähe

→ analog Kapitel 1.5 *Binokularprüfung für Ferne und Nähe*

Aufgrund verminderter Sehleistung ist die Prüfmethodik auf die Besonderheiten des Sehbehinderten abzustimmen.

4.6 Bestimmung anpassrelevanter Parameter für die Sehhilfenversorgung

Definition

Ermittlung der individuellen Parameter unter Berücksichtigung der Kopf- und Körperhaltung für eine zielführende Sehhilfenversorgung

Ziel

- Bestimmung Parameter zur Anfertigung und/oder Abgabe einer Sehhilfe
- Die Wiederherstellung der Lesefähigkeit ist bei Menschen mit Sehbehinderung ein zentrales Kriterium für die Abgabe vergrößernder Sehhilfen.

Verfahren

Folgende Parameter sind zu erheben. Dabei müssen die eingesetzten Methoden auf die Erfordernisse sehbehinderter Menschen abgestimmt sein.

4.6.1 Bestimmung Lesevisus

Bestimmung Lesevisus mit vorhandener bzw. neu bestimmter Korrektur

4.6.2 Analyse des visuellen Bedarfs

- Vergrößerungsbedarf
- Anforderungen an Blick- und Gesichtsfeld mit Sondersehhilfe
- gewünschte/erforderliche Arbeitsentfernung
- Berücksichtigung evtl. motorischer Besonderheiten des Kunden/Patienten

4.6.3 Analyse des individuellen Lichtbedarfs

Erprobung der für den Sehbehinderten optimalen Beleuchtungsstärke und Farbtemperatur sowie des Lichtbedarfs mit verschiedenen Leuchten

Dokumentation relevante Parameter für Sehhilfenversorgung

4.7 Erprobung, Beratung und Systemauswahl

Definition

Erprobung geeigneter Systeme und Beratung für die optimale Sehhilfe unter Berücksichtigung individueller anatomischer und physiologischer Gegebenheiten sowie der Anforderungen und Bedürfnisse des Kunden/Patienten

- Ziel**
- Information des Kunden/Patienten zu spezifischen Aspekten der Sehhilfe(n)
 - Auswahl einer geeigneten Sehhilfe

Verfahren Unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und der personenbezogenen Voraussetzungen sollten verschiedene Hilfsmittel bzw. deren Kombinationen auf ihre Eignung hin geprüft werden.

4.7.1 Festlegung der zu erprobenden Sehhilfen und Hilfsmittel

- unter Berücksichtigung von visuellen (z. B. sehleistungsmindernde Auffälligkeiten, Augenhintergrund bzw. Perimetrie, Binokularstatus, Kontrastsehen, Vergrößerungsbedarf), statischen und habituellen sowie zweckbestimmten Aspekten
- anforderungsgerechte Auswahl der Sehhilfe: i. d. R. geringste Vergrößerung bei maximal nutzbarem Sehfeld

4.7.2 Erprobung geeigneter Sehhilfen und Hilfsmittel

- Ermitteln der Daten, unter denen die optimale optometrische Versorgung bewirkt wird, z. B. Typ der Sehhilfe, Art des Einsatzes, Abstand des Auges von der Sehhilfe und Leseentfernung
- Berücksichtigung individueller anatomischer und physiologischer Gegebenheiten

4.7.3 Beratung/Information zu geeigneten Sehhilfen und Hilfsmitteln

Während der Erprobung und/oder im Beratungsgespräch sollten folgende Aspekte sowie Vor- und Nachteile der jeweiligen Versorgungsoption mit dem Kunden/Patienten besprochen werden:

Fassungs- und Glasberatung bei Brillensystemen

(z. B. bei Überadditionen, Fernrohrsystemen)

- Beratung des Kunden/Patienten bei der Auswahl der Brillenfassung bzw. Systemträger und Brillengläser analog Kapitel 2.6 *Fassungsberatung* und

Kapitel 2.9 *Glasberatung* unter Berücksichtigung der Korrektionswerte und des Verwendungszwecks bzgl.:

- Material
 - Form
 - Preisinformation
- Beratung des Kunden/Patienten bei der Auswahl der Systeme (z. B. Galilei- oder Keplersystem) unter Berücksichtigung der Korrektionswerte und des Verwendungszwecks bzgl.:
- Vergrößerung
 - Gesichtsfeld
 - Arbeitsabstand

Beratung zu optisch und elektronisch vergrößernden Systemen (z. B. Lesegläser, Videolupen)

- Beratung des Kunden/Patienten bei der Auswahl des Systems unter Berücksichtigung des Verwendungszwecks bzgl.:
- Material
 - Form
 - Vergrößerung
 - Gesichtsfeld
 - Arbeitsabstand
 - Lesefähigkeit, Lesegeschwindigkeit
 - Preisinformation
- geräteabhängige Parameter, z. B. (inverse) Farb- oder Schwarz-Weiß-Darstellung, Falschfarbendarstellung, Displaytechnologie, Sprachausgabe

Beratung zu sonstigen Hilfsmitteln (z. B. Kantenfilter, Leuchten)

- unter Berücksichtigung von visuellen, habituellen und manuellen Aspekten
- bei Kantenfiltern und Leuchten: Beratung zur Eignung der Absorptionseigenschaften bzw. der Lichtfarbtemperatur

4.7.4 Festlegung von Systemen und Ausführungsarten der durchzuführenden Versorgung

Brillensysteme

- Brillenträger (Systemträger/Systemhalterung): eine Voranpassung des Trägersystems ist die Voraussetzung für den weiteren Anpassvorgang (s. Kap. 2.7 *Voranpassung der Brillenfassung*)

- optisches System/Komponenten: Fernrohr(lupen)system, Spezialgläser (Überaddition, Hyperokular etc.)
- Bestimmung der Zentrierdaten unter Berücksichtigung des Gesamtgewichtes des Systems analog Kapitel 2.8 *Bestimmung der Zentrierdaten*

Optisch und elektronisch vergrößernde Systeme

- unter Berücksichtigung von visuellen, habituellen und manuellen Aspekten
- Festlegung der Vergrößerung, des Arbeitsabstandes und der notwendigen optischen Korrektur

4.7.5 Abstimmung der Einzelelemente zur Herstellung funktionsfähiger Sehhilfen

- ggf. Änderung von Glas- oder Fassungsparametern zur Einhaltung der Korrektionsvorgaben (HSA, Nahteilgröße, Zentrierforderungen)
- ggf. Bestellen abweichender Bügellängen; Bestellen einer Fassung mit passender Brückenweite, um allen Gesichtspunkten der Ästhetik, Anatomie und Mechanik Rechnung zu tragen

- Dokumentation**
- besprochene Punkte zu ausgewählten Sehhilfen und Hilfsmitteln
 - empfohlene Sehhilfen und Hilfsmittel (Art)
 - ggf. Zentrierdaten
 - Kosten: Einzelpreise für Dienst- und Sachleistung(en)
 - Auftragsbestätigung

4.8 Fertigung oder Materialbezug der Sehhilfe

Definition

Fertigung oder Materialbezug der Sehhilfe

Ziel Bei Anfertigung: individuelle Einarbeitung der Brillengläser in die Korrektions- oder Trägerfassung

Verfahren Die Sehhilfe (Brillensystem) kann in der eigenen Werkstatt gefertigt (Bezug von Halbfabrikaten) oder als Komplettsystem (Handelsartikel) geliefert werden.

Bei Nicht-Brillensystemen (optisch oder elektronisch vergrößernden Sehhilfen) erfolgt i. d. R. nur ein Materialbezug.

4.8.1 Fertigung von Sehhilfen in der eigenen Werkstatt

Materialbeschaffung

soweit Brillengläser, Fassungen oder ggf. Fassungsteile bzw. Systemträger nicht am Lager sind, Bestellung der benötigten Materialien

Materialeingang

- Parameter- und Qualitätskontrolle: Kontrolle auf Einhaltung der Bestelldaten und Parameter sowie der Beschaffenheit des Materials
- Kontrolle des Lieferscheins
- Materialzuordnung zu den Aufträgen

Fertigung

- Einarbeiten der Trägerscheibe/n analog Kapitel 2.10 *Fertigung der Korrektionsbrille*
- Fertigstellung/Montage und Endkontrolle des Systems oder der Systemkomponenten analog Kapitel 2.10 *Fertigung der Korrektionsbrille*

4.8.2 Materialbezug

Materialbeschaffung für Brillensysteme

- soweit Brillenfassungen oder ggf. Fassungsteile bzw. Systemträger nicht am Lager sind, Bestellung der benötigten Materialien
- Bestellung Brillengläser und ggf. Übermittlung der Brillenglasdaten (Art, Qualität, Ausführung), Zentrierdaten an Hersteller zur Materialbearbeitung bei Lieferung als Komplettsystem
- ggf. Übermittlung der Brillenglasdaten (Art, Qualität, Ausführung), Zentrierdaten an Einschleifwerkstatt zur Materialbearbeitung

Materialbeschaffung für optisch und elektronisch vergrößernde Systeme sowie sonstige Hilfsmittel

- soweit Sehhilfen und Hilfsmittel nicht am Lager sind, Bestellung der benötigten Materialien
- Bestellung Sehhilfen und Hilfsmittel (Art, Qualität, Ausführung)

Materialeingang

- Parameter- und Qualitätskontrolle: Kontrolle auf Einhaltung der Bestelldaten und Parameter sowie der Beschaffenheit des Materials
- Kontrolle des Lieferscheines
- Materialzuordnung zum Auftrag

- Dokumentation**
- Bestelldaten
 - Materialeingang
 - einarbeitungsrelevante Parameter, z. B. Mittenabstand, Höhe
 - Datum Einarbeitung und Mitarbeiter

4.9 Ggf. Endanpassung der Sehhilfe an den Kunden/Patienten

Definition

Individuelle Anpassung der Sehhilfe (Brillensystem) an die anatomischen und physiologischen Gegebenheiten des Kunden/Patienten unter Berücksichtigung optischer Kriterien

Ziel Abgabe der Sehhilfe

Verfahren Anpassung der Sehhilfe (Brillensystem) nach statischen, anatomischen sowie korrekionstechnischen und wahrnehmungsphysiologischen Kriterien analog Kapitel 2.11 *Endanpassung der Korrektionsbrille an den Kunden/Patienten*

Dokumentation relevante Anpassungskriterien

4.10 Abgabe der Sehhilfe(n) und Hilfsmittel

Definition

Fachgerechte Abgabe der Sehhilfe(n) und Hilfsmittel an den Kunden/Patienten unter Berücksichtigung individueller Gegebenheiten sowie Funktions- und Visusprüfung

Ziel Eigenständige Verwendung der Sehhilfen und Hilfsmittel durch fachgerechte Einweisung des Kunden/Patienten in ihren Gebrauch

Verfahren Nur wenn die Sehhilfe fachgerecht (statisch und anatomisch) angepasst wird, ist die optimale Funktionsfähigkeit der vergrößernden Sehhilfe gegeben. Der Kunde/Patient muss in die Handhabungs- und Pflegemaßnahmen eingewiesen werden und ihm müssen die Einsatzmöglichkeiten der Sehhilfe(n) und Hilfsmittel erläutert werden. Es wird folgender Ablauf vorgeschlagen:

4.10.1 Abgabe von individuellen vergrößernden Sehhilfen (Brillensysteme)

- Visusprüfung → analog Kapitel 2.12.1
- Prüfung der Spontanverträglichkeit → analog Kapitel 2.12.2
- Einweisung des Kunden/Patienten in den Gebrauch der Sehhilfe → analog Kapitel 2.12.3

4.10.2 Abgabe von optisch und elektronisch vergrößernden Systemen

- Erklärung der sachgerechten Verwendung (Handhabung und Umgang)
- Hinweise auf Risiken und Besonderheiten des Gerätes/Systems und ggf. nochmaliges Aufklären über mögliche Wahrnehmungsveränderungen und Eingewöhnungszeit
- Hinweis auf Gebrauchseinschränkungen, z. B. bei der Teilnahme am Straßenverkehr
- Handhabung und Pflege der Sehhilfe unter Berücksichtigung von Gebrauchszweck und Material
- Hinweise zu Wartung und Garantiebedingungen

4.10.3 Rechnungslegung

Getrenntes Aufführen von Dienstleistung (Beratung, Anpassung) und Sachleistung (Materialaufwand, getrennt für Brillengläser und Korrektionsfassung bzw. Systemträger)

4.10.4 Ggf. Verweisung an andere spezialisierte Berufsgruppen

z. B. Orientierungs- und Mobilitätstrainer, Trainer für lebenspraktische Fertigkeiten

- Dokumentation**
- Kriterien zur Abgabefähigkeit
 - Visus cc in Ferne, Nähe und Zwischenbereich
 - Kosten: Einzelpreise für Dienst- und Sachleistung(en)

4.11 Regelmäßige Funktionskontrolle

Definition

Prüfung und Beurteilung der Funktionsfähigkeit der Sehhilfe

Ziel Regelmäßige Kontrolle von Sitzverhalten und Funktionsfähigkeit der Sehhilfe(n) und Hilfsmittel nach Tragezeit zur Prüfung von Veränderungen der Korrektur und der Verträglichkeit

Verfahren

4.11.1 Kontrolltermin(e)

- Hinweis auf Notwendigkeit regelmäßiger Kontrollen, z. B. Veränderung der Korrektur durch Fortschreiten einer Erkrankung
- Vereinbarung Kontrolltermin(e)

4.11.2 Inhalt der Funktionskontrolle

- Befragung Tragekomfort, Beschwerden/Probleme, Alter, Tragezeit
- Überprüfung Anpassung, Visus, Refraktion, Physiologie, Gebrauchsfähigkeit, Zustand der Sehhilfe(n) und Hilfsmittel (z. B. Defekte, Kratzspuren)
- Vereinbarung nächster Kontrolltermin

4.12.3 Wartungsdienst

- Bei Bedarf: Wiederherstellen der Funktion der Korrektionsbrille analog Kapitel 2.11 *Endanpassung der Korrektionsbrille an den Kunden/Patienten*
- Berechnung der Kosten nach Aufwand

Dokumentation

- Datum Funktionskontrolle
- Ergebnisse Inhalte Funktionskontrolle
- ggf. nächster Termin zur Funktionskontrolle

4.12 Erläuterungen zur Versorgung mit Sondersehhilfen

Spezifische Anamnese für Sondersehhilfen (Kap. 4.1)

Im Rahmen der Anamnese werden grundsätzliche Informationen des Kunden/Patienten in Erfahrung gebracht, die für den Anpasser im Zusammenhang mit der Sehhilfe wichtig sind. Die Anamnese beinhaltet eine Bedarfsanalyse, in der auf die individuellen Bedürfnisse des Interessenten einzugehen ist.

Wichtig ist zu ermitteln, welche Hilfsmittel bisher Verwendung gefunden haben.

Bei Vorliegen einer fachärztlichen Diagnose einer Sehbehinderung muss die fachärztliche Diagnose und Indikation für eine Versorgung mit vergrößernden Sehhilfen dokumentiert werden, ggf. nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt.

Der Augenoptikermeister/Optommetrist arbeitet heraus, welche Vorstellungen und Erwartungen der Kunde/Patient mit dem Einsatz (Verwendungszweck) einer vergrößernden Sehhilfe hat, um bereits im Vorfeld der Anpassung den Kompliziertheitsgrad erkennen und vermitteln zu können.

Die Befragung zur Versorgungsgeschichte/Motivation liefert Anhaltspunkte, ob eine Anpassung sinnvoll und zu vertreten ist. Bereits zu diesem Zeitpunkt sollte der Augenoptikermeister/Optommetrist von einer Versorgung mit vergrößernden Sehhilfen und anderen Hilfsmitteln abraten, wenn er zu der Überzeugung gelangt, dass eine erfolgreiche Anpassung nicht zu erwarten ist, bzw. die vorhandenen Systeme eine gute Versorgung darstellen.

Sehbehinderte Menschen sind in ihrem gesamten psychosozialen Umfeld mit erheblichen Einschränkungen konfrontiert. Neben der optometrischen Rehabilitation gibt es eine Vielzahl von Hilfsangeboten im Bereich Low Vision. Umfassende Informationen hierzu werden von den Selbsthilfeverbänden gegeben. Insbesondere erhalten die Betroffenen dort Kontaktdaten zu unterschiedlichsten weiteren Low-Vision-Spezialisten wie z. B. Psychologen, Rehabilitationslehrern, Pädagogen, Förderzentren, Berufsbildungs- und Berufsförderungswerken, Ämtern, Rechtsberatungen, spezialisierten Ärzten etc. Der Augenoptikermeister/Optommetrist sollte über die möglichen Hilfsangebote informiert sein und konkrete Ansprechpartner zur weiteren Beratung in der Nähe nennen können.

Bestimmung der Fern- und Nahkorrektion (Kap. 1.4 und Kap. 1.5)

Bei der Anpassung von vergrößernden Sehhilfen auf Grundlage einer Fremdverordnung sollte der mit der Verordnung erreichte Visus und der Binokularstatus in Ferne und Nähe geprüft werden. Es sind alle gemäß dieser AQRL erforderlichen Parameter zu erheben, auch wenn diese nicht auf der Verordnung angegeben sind. Dafür ist die Verordnung ggf. subjektiv zu überprüfen (z. B. erzielter Visus in Ferne und Nähe) und anzupassen (z. B. auf anforderungsgerechten Arbeitsabstand und/oder eine vom Kunden/Patienten erwünschte Sehleistungssteigerung).

Bestimmung anpassrelevanter Parameter für die Sehhilfenversorgung (Kap. 4.6)

Sowohl für eine vergrößernde Arbeitshilfe als auch bei einer vergrößernden Sehhilfe für Sehbehinderte bedarf es der Ermittlung bestimmter Parameter, wie zum Beispiel Vergrößerungsbedarf, Gesichts- und Blickfeld. Auch die notwendige Mobilität mit dem Gerät muss beachtet werden.

Erprobung, Beratung und Systemauswahl (Kap. 4.7)

Vor dem Hintergrund der in der Anamnese bestimmten Daten erfolgt die Prüfung bzw. Erprobung der in Frage kommenden optischen oder elektronischen Hilfsmittel im Hinblick auf den zukünftigen Anwendungszweck, die Wirtschaftlichkeit und die Handhabung.

Die sehleistungsmindernden Auffälligkeiten, die Befunde am Augenhintergrund bzw. der Perimetrie sowie der Binokularstatus sind ein wichtiges Entscheidungskriterium für die Wahl des geeigneten Hilfsmittels (z. B. relevantes Sehfeld, monokulare oder binokulare Versorgung).

Der Vergrößerungsfaktor der Sehhilfe ist anforderungsgerecht zu wählen. Dabei gilt i. d. R. die geringste Vergrößerung bei einem maximal nutzbaren Sehfeld als adäquate Versorgung. Allerdings sind in Empfehlung der Versorgung auch Handhabung und erforderliche Arbeitsentfernungen für die jeweilige Sehaufgabe einzubeziehen.

Eine binokulare Versorgung ist einer monokularen Versorgung vorzuziehen, wenn damit eindeutige Vorteile in der Verträglichkeit, dem Seherfolg oder in der Handhabung erzielt werden.

Optische Hilfsmittel sind bei ausreichend großem Gesichtsfeld i. d. R. bis zu einem Visus von größer oder gleich 0,1 vorzuziehen. Bei geringerem Visus bzw. ab einer Vergrößerung von circa fünffach oder zu kleinem Gesichtsfeld kommen vorrangig elektronische Sehhilfen in Betracht. Bei eingeschränktem Kontrastsehen können Kantenfilter, Beleuchtung sowie elektronische Sehhilfen mit Möglichkeit der Kontrastverstärkung bereits bei geringerem Vergrößerungsbedarf indiziert sein.

Es ist die Aufgabe des Augenoptikermeisters/Optometrists, die mit vergrößernden Sehhilfen realisierbaren Möglichkeiten zu erläutern und ein dafür geeignetes System (optisch oder elektronisch) zu empfehlen. Die Erhaltung der Lesefähigkeit ist häufig das wichtigste Ziel der Low-Vision-Versorgung und Voraussetzung für selbständige Lebensführung. Mobilität und Teilnahme am sozialen Leben sind weitere zentrale Ziele.

Die Erprobung des festgelegten vergrößernden Systems dient einerseits als Erfolgskontrolle, zum anderen auch der Optimierung von Korrektionsdaten, da mit der vergrößernden Sehhilfe eine höhere Visusstufe erreicht werden kann und der Korrektionsbedarf der Fehlsichtigkeit genauer bestimmbar ist. Die endgültige Festlegung des Systems und der Ausführungsart erfolgt in Abstimmung mit dem Kunden/Patienten unter Berücksichtigung der Parameter der einzelnen Sehhilfen und den Umfeldbedingungen des Kunden/Patienten. Funktionale Aspekte und ästhetische Gesichtspunkte müssen mit dem Kunden/Patienten abgewogen werden.

Eine vergrößernde Sehhilfe ist zweckbestimmt einzusetzen und der Kunde/Patient über die Möglichkeiten und Grenzen der Hilfsmittel aufzuklären. Die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme sind klar darzustellen.

Im Falle der Anpassung eines vergrößernden Brillensystems ist nach Festlegung der Systemkomponenten die Ermittlung der Zentrierdaten und des Hornhautscheitelabstands (HSA) erforderlich.

Ein vergrößerndes Brillensystem ist entsprechend den Zentrieranforderungen zu zentrieren, z. B. beim Keplersystem: Die optische Achse des Systems verläuft bei Hauptblickrichtung durch den Augendrehpunkt und die Austrittspupille liegt mit der Augenpupille in einer Ebene.

Elektronisch vergrößernde Geräte bedürfen spezifischer Daten bzgl. Aufstellungsort, Arbeitsabstand und Beleuchtung. Für den Einsatz von elektronisch vergrößernden Sehhilfen ist eine Korrektion in Abhängigkeit der Akkommodationsfähigkeit erforderlich, damit das Bild des Monitors bestmöglich auf der Retina abgebildet wird. **Bei presbyopen Kunden/Patienten ist deshalb ergänzend zu einer elektronischen Sehhilfe (z. B. Bildschirmlesegerät) eine**

Korrektion (z. B. Nahbrille) für den definierten Arbeitsabstand erforderlich, die eine scharfe Abbildung ermöglicht und damit den Vergrößerungsbedarf der elektronischen Sehhilfe minimiert.

Ein elektronisch vergrößerndes Hilfsmittel oder ein akustisches System gilt als korrekt angepasst, wenn der Sehbeeinträchtigte in die Funktionsweise vollständig und umfassend eingewiesen ist und alle Gebrauchs- und Garantieunterlagen vorhanden sind.

Es empfiehlt sich bereits zu diesem Zeitpunkt, die Kosten so genau wie möglich festzulegen und den Kunden/Patienten auch auf die Möglichkeit hinzuweisen, dass in Einzelfällen bestimmte Erwartungen trotz fachgerechter Anpassung nicht ganz erfüllt werden können.

Soweit mit Kostenträgern keine vertraglichen Vereinbarungen zur Anpassung und Abgabe vergrößernder Sehhilfen bestehen, ist zur Leistungsbewilligung ein Kostenvoranschlag erforderlich. Dieser sollte sowohl Dienst- (Anpassung, Fertigung) als auch Sachleistung(en) (Material) getrennt ausweisen. Auf die Vergütung der Anpassung (messtechnischer Aufwand zur Festlegung der Systemkonfiguration) besteht ein Anspruch des Augenoptikermeisters/Optometrists auch bei Nichtgenehmigung des Hilfsmittels.

Fertigung oder Materialbezug der Sehhilfe (Kap. 4.8)

Die Vielzahl der individuell erforderlichen Systemkomponenten erfordert i. d. R. eine Rezeptbestellung der optischen Bauteile und Trägerelemente.

Für Brillensysteme bezieht der Augenoptiker die Trägerscheibe als rohkantige, meist kreisrunde Kunststoffscheibe mit Aufnahmebohrung für das System. Entsprechend den ermittelten Zentrierungsdaten wird die Trägerscheibe auf eine Halterung aufgeblockt und mittels eines Formscheiben- oder CNC-gesteuerten Randschleifautomaten auf Form und Scheibengröße der Systemhalterung geschliffen oder gefräst. Je nach System kann auch ein Brillenglas als Trägerscheibe erforderlich sein, welches nach Einarbeitung in die Brillenfassung durch Einarbeitungen für die Aufnahme des vergrößernden Systems vorbereitet werden muss.

Bei binokularen Systemen ist eine Vorzentrierung auf die entsprechende Gebrauchsentfernung erforderlich.

Ggf. Endanpassung der Sehhilfe an den Kunden/Patienten (Kap. 4.9)

Die Endanpassung von Brillensystemen erfolgt analog Kapitel 2.11 *Endanpassung der Korrektionsbrille an den Kunden/Patienten*.

Besondere Bedeutung bei vergrößernden Sehhilfen (Brillensysteme) hat die Überprüfung der Zentrierdaten – bei Fernrohr (Lupen)-brillen keplerscher Bauart insbesondere die Lage der Austrittspupille.

Abgabe der Sehhilfe(n) und Hilfsmittel (Kap. 4.10)

Die Funktionskontrolle der vergrößernden Sehhilfe (Brillensystem) ist der Abschluss des optometrisch-handwerklichen Versorgungsvorgangs.

Aufgrund der Besonderheiten der vergrößernden Sehhilfen sind eine Einweisung des Kunden/Patienten in den Gebrauch des Hilfsmittels sowie Hinweise zu deren Handhabung und Pflege erforderlich. Ggf. empfiehlt sich eine zusätzliche Einweisung auch für Angehörige oder Betreuer des sehbehinderten Kunden/Patienten.

Regelmäßige Funktionskontrolle (Kap. 4.11)

Da die Funktion einer vergrößernden Sehhilfe nur bei exakter Positionierung der vergrößernden Systeme vor dem Augenpaar gewährleistet ist, bedarf es einer regelmäßigen Betreuung des Kunden/Patienten und seiner vergrößernden Sehhilfe während der Gebrauchsdauer. Insbesondere bei der Versorgung von sehbehinderten älteren Kunden/Patienten mit vergrößernden Brillensystemen ist nach der erstmaligen Aushändigung des Systems mindestens eine Kontrolle erforderlich. Sie umfasst die Funktionskontrolle sowie ggf. weitere Beratungen zur Handhabung und zum Gebrauch. Darüber hinaus bieten sich regelmäßige Kontrollen an, die individuell vereinbart werden können.

5 Versorgung mit monokularen und binokularen Sehübungen

Definition

- Individuelles optometrisches Training (Sehfunktionstraining, Vision Training/Therapy) statischer und dynamischer Leistungsparameter des visuellen Systems mittels Sequenzen von monokularen und binokularen Sehübungen
- Das Sehfunktionstraining ist keine Behandlung von Erkrankungen, sondern ein Training von natürlichen Fähigkeiten zur Optimierung visueller Funktionen
- Einzelübungen sind kein Sehfunktionstraining

Ziel

Aufbauend auf den Ergebnissen einer optometrischen Untersuchung des visuellen Systems, im Besonderen des Binokularesehens mit verschiedenen standardisierten monokularen und binokularen Testen bzw. optometrischen Analyseverfahren (z. B. Integrative Analyse), werden (monokulare und binokulare) Sehübungen zur Verbesserung der visuellen Leistungsfähigkeit und der ihr zugrunde liegenden Funktionen eingesetzt.

Verfahren

Trainingsstrategie

- Zusammenfassung der Sehübungen in Trainingseinheiten, die sich i. d. R. über mehrere Termine erstrecken
- Festlegung der Trainingsstrategie und der Art der Sehübungen in Abhängigkeit der visuellen Probleme und Beschwerden des Kunden/Patienten sowie den vorherigen Ergebnissen der monokularen und binokularen Tests
- Ggf. Einsatz einer Trainingsbrille: Die Werte können von den Werten der alltäglichen Korrektur abweichen
- Unterweisung zu den Sehübungen im Rahmen eines Trainingstermins
- Gezielter Einsatz von Trainingsmaterialien: Brillengläser, Prismen, Filter, Okkluder, spezielle Geräte und Hilfsmittel, Computerprogramme
- selbständige Durchführung/Übung durch den Kunden/Patienten in der Praxis und zu Hause
- regelmäßige Kontrollen

Bereiche der optometrischen Sehübungen

Die monokularen und binokularen Sehübungen können in folgenden Bereichen eingesetzt werden:

- Okulomotorik: Training von Augenfolgebewegungen und Blicksakkaden
- Vergenz: Training von fusionaler Konvergenz und Divergenz
- Akkommodation: Training von Akkommodationsgenauigkeit und -dynamik
- Suppression: Training bei zentraler Suppression zur Verbesserung der fovealen Sehfunktion

- Dokumentation**
- Trainingsstrategie: Art der Sehübungen, Durchführung, Trainingsmaterial
 - Verlauf und Erfolg des Trainings (Messmethode/Beurteilungsmethode zur Erfolgskontrolle)

5.1 Erläuterungen zur Versorgung mit monokularen und binokularen Sehübungen

Die optometrische Versorgung mittels monokularer und binokularer Sehübungen erfolgt durch ein individuelles Training statischer und dynamischer Leistungsparameter des visuellen Systems (Sehfunktionstraining, Vision Training/Therapy). Es handelt sich dabei um eine Sequenz von Übungen, die individuell verschrieben und durch einen Augenoptikermeister/Optomtristen überwacht werden.

Das Training ist keine Behandlung von Erkrankungen, sondern ein Training von natürlichen Fähigkeiten für die Optimierung visueller Funktionen. Dabei handelt es sich um ein individuelles Training der Leistungsparameter des visuellen Systems, das auf den Ergebnissen verschiedener standardisierter monokularer und binokularer Tests bzw. Analyseverfahren aufbaut. Nur wenn eine optometrische Untersuchung des visuellen Systems durchgeführt wurde und diese ergeben hat, dass ein Sehfunktionstraining eine mögliche Versorgungsoption darstellt, wird ein Training vorgeschlagen. Die Ergebnisse der optometrischen Untersuchung sowie die das Training betreffenden Aspekte, z. B. Ziel, Motivation, Dauer, auftretende Veränderungen, müssen vom Augenoptikermeister/Optomtristen vor Beginn des Trainings erläutert werden.

Die Durchführung der Tests und die Erstellung einer individuellen Trainingsstrategie obliegt dem Augenoptikermeister/Optommetristen mit entsprechender Fachkompetenz in Abhängigkeit der Beschwerden und Wünsche des Kunden/Patienten sowie des vorliegenden Problems.

Die Sehübungen können entweder im Betrieb des Augenoptikermeisters/Optommetristen oder zu Hause durchgeführt werden. Werden die Übungen selbständig zu Hause durchgeführt, muss eine entsprechende Unterweisung durch den Augenoptikermeister/Optommetristen vorab im Betrieb erfolgen. Regelmäßige Kontrollen durch den Augenoptikermeister/Optommetristen sind während der Trainingszeit notwendig.

Folgende spezifische visuelle Defizite können mittels Vision Training primär oder sekundär therapiert werden:

- Akkommodationsinsuffizienz, Akkommodationsexzess, Akkommodationsinflexibilität
- Konvergenzinsuffizienz, Konvergenzexzess, Divergenzexzess
- allgemeine Esophorie, allgemeine Exophorie
- fusionale Vergenzfehlfunktionen
- vertikale Phorie
- okulomotorische Fehlfunktionen (Augenfolgebewegungen, Sakkaden)
- Fixationsdisparität (→ engl.: fixation-disparity)
- latente Hyperopie

Sehfunktionstraining bzw. Vision Training/Therapy beinhaltet allgemein die Verwendung von Brillengläsern (Ein- oder Mehrstärken), Prismen und anderen Hilfsmitteln (Filter, Okkluder, spezielle Instrumente, Computerprogramme) sowie strukturierte therapeutische Übungen, um den gewünschten Erfolg zu erreichen.

Einzelübungen sind kein Sehfunktionstraining.

Anhang

A1 Mindestqualifikation von Fachkräften für Tätigkeiten im Rahmen der Versorgung mit Sehhilfen

Die Berufsbildung im Augenoptikerhandwerk strukturiert sich wie folgt:

- Auszubildende
- Augenoptiker/in
- Augenoptikermeister/in

Dem/der Augenoptikermeister/in sind gemäß Handwerksordnung (HWO) für die beruflichen Befugnisse gleichgestellt:

- staatlich geprüfte/r Augenoptiker/in
- staatlich anerkannte/r Augenoptiker/in
- Diplom-Ingenieur/in für Augenoptik (FH)
- Diplom-Augenoptiker/in / Optometrist/in
- Bachelor of Science im Fachgebiet Augenoptik/Optometrie
- Master of Science im Fachgebiet Augenoptik/Optometrie, Optometrie/Vision Science, Vision Science, Clinical Optometry

Auszubildende sollen im Rahmen ihrer Ausbildung und Tätigkeit unter qualifizierter Aufsicht eines Augenoptikermeisters oder Gleichgestellten nach HWO zu allen beratenden und betreuenden Tätigkeiten herangezogen werden.

Zur sach- und fachgerechten Versorgung mit Sehhilfen wird für die ausgewählten Tätigkeiten gemäß nachstehender Übersicht folgende Mindestqualifikation vorausgesetzt:

Tabelle A.1.1: Mindestqualifikationen für die sach- und fachgerechte Versorgung mit Sehhilfen

Tätigkeit		Mindestqualifikation
1	Optometrische Untersuchungsverfahren	
1.1	Anamnese	
	Durchführung der Befragung	Augenoptiker/in
	Auswertung und Beurteilung	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
1.2	Bestimmung der Sehschärfe	
	Durchführung Visusbestimmung	Augenoptiker/in
	Beurteilung	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
1.3	Eingangsteste	
	Durchführung und Beurteilung	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
1.4	Refraktionsbestimmung für Ferne und Nähe	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
1.5	Binokularprüfung für Ferne und Nähe	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
1.6	Untersuchung des vorderen Augenabschnitts	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
1.7	Untersuchung des hinteren Augenabschnitts	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO mit nachgewiesener Fachkompetenz
1.8	weiterführende Untersuchungen	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO mit nachgewiesener Fachkompetenz
1.9	Screening	
	Durchführung von Screeningtesten als Reihenuntersuchung	Augenoptiker/in
	Durchführung von Screeningtesten als Durchgangsuntersuchung und Auswertung und Beurteilung der Ergebnisse	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO mit nachgewiesener Fachkompetenz

1.10	Ergebnisbesprechung und Empfehlung	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
2 Versorgung mit Korrektionsbrillen		
2.1	Anamnese (allgemeine und korrektionsbrillenspezifische)	
	Durchführung der Befragung	Augenoptiker/in
	Auswertung und Beurteilung	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
2.2	Visusbestimmung	
	Durchführung Visusbestimmung	Augenoptiker/in
	Beurteilung	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
2.3	Funktionsprüfungen	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
2.4	Bestimmung der Fernkorrektion	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
2.5	Bestimmung der Nahkorrektion	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
2.6	Fassungsberatung	Augenoptiker/in
2.7	Voranpassung der Korrektionsfassung	Augenoptiker/in
2.8	Bestimmung der Zentrierdaten	Augenoptiker/in
2.9	Glasberatung	Augenoptiker/in
2.10	Fertigung der Korrektionsbrille	Augenoptiker/in
2.11	Endanpassung der Korrektionsbrille an den Kunden/Patienten	Augenoptiker/in <i>Kontrolle der Parameter sollte im Sinne der innerbetrieblichen Qualitätssicherung nach Möglichkeit durch eine Fachkraft durchgeführt werden, die nicht am Fertigungsprozess beteiligt war</i>
2.12	Abgabe der Korrektionsbrille	Augenoptiker/in
2.13	regelmäßige Funktionskontrolle	Augenoptiker/in

3 Versorgung mit Kontaktlinsen		
3.1	Anamnese (allgemeine und kontaktlinsenspezifische)	
	Durchführung der Befragung	Augenoptiker/in
	Auswertung und Beurteilung	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
3.2	Visusbestimmung	
	Durchführung Visusbestimmung	Augenoptiker/in
	Beurteilung	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
3.3	Funktionsprüfungen	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
3.4	Bestimmung der Fernkorrektur	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
3.5	Bestimmung der Nahkorrektur	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
3.6	Inspektion und Beurteilung des vorderen Augenabschnitts	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
3.7	Beratung	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
3.8	Kontaktlinsenanpassung	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
3.9	Kontaktlinsenabgabe	
	Überprüfung Rezeptlinsen	
	Funktionsprüfung der Kontaktlinsen am Kunden/Patienten	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
	Empfehlung Tragezeit und -dauer	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
	Kontrolltermine	
	Einweisung des Kunden/Patienten in den Gebrauch der Kontaktlinsen und in die Pflege	Augenoptiker/in
3.10	regelmäßige Funktionskontrolle	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO

4	Versorgung mit Sondersehhilfen	
4.1	Anamnese (allgemeine und spezifische für Sondersehhilfen)	
	Durchführung der Befragung	Augenoptiker/in
	Auswertung und Beurteilung	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
4.2	Visusbestimmung	
	Durchführung Visusbestimmung	Augenoptiker/in
	Beurteilung	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
4.3	Funktionsprüfungen	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
4.4	Bestimmung der Fernkorrektur	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
4.5	Bestimmung der Nahkorrektur	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
4.6	Bestimmung anpassrelevanter Parameter für die Sehhilfenversorgung	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
4.7	Erprobung, Beratung und Systemauswahl	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
4.8	Fertigung oder Materialbezug der Sehhilfe	Augenoptiker/in
4.9	ggf. Endanpassung der Sehhilfe an den Kunden/Patienten	Augenoptiker/in <i>Kontrolle der Parameter sollte im Sinne der innerbetrieblichen Qualitätssicherung nach Möglichkeit durch eine Fachkraft durchgeführt werden, die nicht am Fertigungsprozess beteiligt war</i>
4.10	Abgabe der Sehhilfe(n) und Hilfsmittel	Augenoptiker/in
4.11	Regelmäßige Funktionskontrolle	
	fachliche Nachbetreuung	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO
	optische Handelsware Beratung und Verkauf	Augenoptiker/in

5 Versorgung mit monokularen und binokularen Sehübungen

monokulare und binokulare Teste sowie Analysemethoden	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO mit nachgewiesener Fachkompetenz
Erstellung Trainingsstrategie	Augenoptikermeister/in und Gleichgestellte nach HWO mit nachgewiesener Fachkompetenz
Erklärung und Durchführung Sehübungen	Augenoptiker/in

A2 Ausstattungsrichtlinien

Mindestanforderungen an die Einrichtung und Ausrüstung der Betriebsräume eines augenoptischen Fachbetriebes:

- Der Prüfraum soll ausreichend dimensioniert und mit den erforderlichen Instrumenten und Mobiliar ausgestattet sein. Näheres regelt diese Ausstattungsrichtlinie. Werden Kontaktlinsen angepasst, so ist für die Einhaltung der besonderen hygienischen Voraussetzungen Sorge zu tragen und eine Einrichtung und Instrumentierung entsprechend dieser Ausstattungsrichtlinie vorzuhalten.
- Der Geschäfts- und Beratungsraum soll mit geeigneten Präsentationseinrichtungen, Beratungsplätzen und Demonstrationsmöglichkeiten ausgestattet sein. Das atmosphärische und hygienische Umfeld soll den Anforderungen eines Gesundheitshandwerkes entsprechen.
- Der Werkstattraum sollte bzgl. seiner Größe, Beleuchtung und Belüftung den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften genügen. Die Ausstattung mit Werkbänken, Maschinen und Geräten muss die Herstellung und Bearbeitung aller Arten von Sehhilfen, die der Betrieb führt, ermöglichen.
- Werden Lehrlinge ausgebildet, so ist für eine ausreichende Übungs- und Arbeitsfläche Sorge zu tragen. Die erforderlichen Werkzeuge sind in ausreichendem Umfang und funktionsfähigem Zustand vorzuhalten.

- Für Verwaltungsarbeiten soll, entsprechend dem sich aus Struktur und Größe des Betriebes ergebenden Flächenbedarf, ausreichend Raum vorhanden sein.
- Grundsätzlich sollte geeignete EDV-Hard- und Software vorgehalten werden, die in die Betriebsabläufe eingebunden sind.
- Im Betrieb sind an für Mitarbeiter einsehbarer Stelle alle aushangpflichtigen Vorschriften, Gesetze und Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft auszulegen.
- Die übrigen Nebenräume haben den gesetzlichen Bestimmungen und Auflagen zu entsprechen.

A2.1 Funktionsprüfungen

Der Prüfraum muss abdunkelbar sein, er muss bei künstlicher Beleuchtung tageslichtähnliche Beleuchtung aufweisen. Eine gute Belüftung muss gewährleistet sein. Die Prüfanordnung muss den entsprechenden Normen genügen. Für die Durchführung von Funktionsprüfungen gelten folgende Mindestanforderungen für die Ausstattung des Prüfraums:

Tabelle A2.1: Mindestanforderungen für Funktionsprüfungen

Mindestanforderung	zusätzliche Ausstattung
allgemeine Geräte	
<ul style="list-style-type: none"> • Kunden-/Patientenstuhl (möglichst höhenverstellbar) • Rollhocker für Prüfer 	
Motilität	
<ul style="list-style-type: none"> • Fixationsobjekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Hess-Schirm • Harms-Wand • computergesteuerte Varianten zur Motilitätsprüfung
Blicksakkaden	
2 Fixationsobjekte	

Binokularstatus Ferne/Nähe	
<ul style="list-style-type: none"> • Fixationsobjekt • Abdeckscheibe/Okkluder 	
Akkommodationsfähigkeit (max. Akkommodationserfolg)	
Fixationsobjekt (Optotypen)	
Akkommodationsdynamik	
<ul style="list-style-type: none"> • Fixationsobjekt (Optotypen) • Vorhalter +/- 2,0 dpt 	
Pupillenreaktion	
Leuchtkugelschreiber bzw. Stablampe	Pupillometer zur Bestimmung der Pupillengröße
Orientierende Gesichtsfeldprüfung zentrales Gesichtsfeld	
Amsler-Tafel/-Gitter	
Orientierende Gesichtsfeldprüfung peripheres Gesichtsfeld	
Fixationsobjekt	

A2.2 Objektive und subjektive Refraktions- und Korrektionsbestimmung

Der optometrische Prüfraum muss abdunkelbar sein, er muss bei künstlicher Beleuchtung tageslichtähnliche Beleuchtung aufweisen. Eine gute Belüftung muss gewährleistet sein. Die Prüfanordnung muss den entsprechenden Normen genügen. Für die Durchführung der Refraktions- und Korrektionsbestimmung gelten folgende Mindestanforderungen für die Ausstattung des optometrischen Prüfraums:

Tabelle A2.2: Mindestanforderungen für die objektive und subjektive Refraktions- und Korrektionsbestimmung

Mindestanforderung	zusätzliche Ausstattung
allgemeine Geräte	
<ul style="list-style-type: none"> • Kunden-/Patientenstuhl (möglichst höhenverstellbar) • Rollhocker für Prüfer • Scheitelbrechwertmessgerät 	
objektive Refraktionsbestimmung	
<ul style="list-style-type: none"> • objektive Refraktionsbestimmung • Skioskop und Skioskopierleisten • Ophthalmoskop 	manuelle und/oder automatische Refraktometer
subjektive Refraktions- und Korrektionsbestimmung	
<p>Messbrille mit folgenden Merkmalen und Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufnahme für mindestens 4 Messgläser • drehbare Aufnahme für zylindrische Messgläser mit Skala zur Ablesung der Achsenlage sowie der Basislage prismatischer Messgläser • Einstellmöglichkeit auf Vorneigung, horizontalen und vertikalen Mittenabstand 	<p>Messbrille ggf. Zusatzvorrichtung (Analytoren) zur Verwendung spezieller Trennverfahren bei der Binokularprüfung</p>
	Phoropter: Vorrichtung zur subjektiven Refraktionsbestimmung mit Vielzahl von Messgläsern, Zusatzgläsern und -filtern
<ul style="list-style-type: none"> • Messgläserkasten: sphärisch, torische und prismatische Messgläser • Abdeckscheibe • Kreuzzylinder • Lochblende (Stenopäische Lücke) 	<ul style="list-style-type: none"> • Abgleichleiste • Polarisationsvorhalter • Zusatzgläser
Sehprüfgerät zur Darbietung von Sehzeichen in Ferne und Nähe: Ausstattung nach DIN EN ISO 8596/8597 zur Refraktions- und Korrektionsbestimmung für die Ferne und Nähe	

Sehprüfgerät mit allen erforderlichen Testen für binokulare Prüfverfahren, die zur Durchführung einer binokularen Korrektionsbestimmung in Ferne und Nähe gemäß Punkt 1.4 und 1.5 dieser Arbeitsrichtlinien erforderlich sind	spezielle Binokular-Teste mit getrennten Testteilen
Stereosehen	
Stereotest, z. B. Lang-Test, Titmus-Test, TNO-Test	<ul style="list-style-type: none"> • Sehzeichenprojektor • computergesteuerte Geräte

Die Standardausstattung eines optometrischen Prüfraums ist auch für die Testung monokularer und binokularer Sehfunktionen erforderlich, die als Grundlage für die Erstellung der Trainingsstrategie notwendig ist.

A2.3 Optometrische Prüfungen und Screening

Augenoptikermeister/Optometrissen haben das Recht, Screening-Teste anzubieten. Für die Screening-Teste sowie die augenoptischen/optometrischen Teste, die angeboten werden, müssen solche Geräte oder Teste vorgehalten werden, die Prüfungen und Messungen gemäß den entsprechenden Abschnitten dieser Arbeitsrichtlinien erlauben. Für die verschiedenen Prüfungen gelten folgende Mindestanforderungen:

Tabelle A2.3: Mindestanforderungen für optometrische Prüfungen und Screenings

Mindestanforderung	zusätzliche Ausstattung
allgemeine Geräte	
<ul style="list-style-type: none"> • Kunden-/Patientenstuhl (möglichst höhenverstellbar) • Rollhocker für Prüfer 	
Farbsehen	
pseudoisochromatische Tafeln, z. B. nach Ishihara, Velhagen	<ul style="list-style-type: none"> • Legeteste, z. B. Farnsworth-Munsell D 15 oder D 100 • entsprechende Teste in Geräten, z. B. Anomaloskop

Kontrastempfindlichkeit	
Kontrasttest auf Tafel, z. B. Vistech Kontrasttafel, Pelli-Robson-Tafel, Cambridge Kontrasttest	elektronische Kontrastteste in Sehzeichengeräten
Dämmerungssehen und Blendempfindlichkeit	
<ul style="list-style-type: none"> • Testtafeln oder Sehtestgeräte mit geeignetem Blendzusatz • geeignete computergestützte Programme in Geräten mit geeigneter Blendzusatzausstattung, z. B. Nyktometer, Mesoptometer, Mesotest II 	
Gesichtsfeld (Perimetrie)	
<ul style="list-style-type: none"> • Amsler-Tafeln • automatisches Perimeter, das eine Schwellenwertmessung bis 30° ermöglicht 	
Augeninnendruck (Tonometrie)	
Non-Contact-Tonometer (NCT)	Rückprall-Tonometer
vorderer Augenabschnitt	
Spaltlampenmikroskop	<ul style="list-style-type: none"> • bildgebende Verfahren • Videodokumentation
hinterer Augenabschnitt	
60 bis 90 dpt Lupe und Spaltlampenmikroskop oder direktes Ophthalmoskop	<ul style="list-style-type: none"> • bildgebende Verfahren • Videodokumentation

A2.4 Sehtest

Eine Sehteststelle ist zulassungspflichtig. Es gelten folgende Mindestanforderungen:

Table A2.4: Mindestanforderungen für Sehteste

Mindestanforderung	zusätzliche Ausstattung
Visus	
<ul style="list-style-type: none">• Sehtestgerät nach DIN/EN/ISO 8596/8597• Gerätetisch und Stuhl	

A2.5 Versorgung mit Kontaktlinsen

Alle zur Versorgung mit Kontaktlinsen einzusetzenden Maschinen und Geräte müssen so beschaffen sein, dass sämtliche Arbeiten gemäß Abschnitt 3 dieser Arbeitsrichtlinien sach- und fachgerecht erbracht werden können.

Table A2.5: Mindestanforderungen zur Versorgung mit Kontaktlinsen

Mindestanforderung	zusätzliche Ausstattung
Refraktions- und Korrektionsbestimmung	
Grundausrüstung wie optometrischer Prüfraum siehe A2.2	
hygienische Voraussetzungen am Arbeitsplatz	
Handwaschbecken mit sanitärem Zubehör (medizinische Seife und fusselfreie Einmalhandtücher)	

Bestimmung der Hornhautparameter

Ophthalmometer oder elektronisches Gerät mit Topographie, z. B. Keratograph

- Ophthalmometer mit Sagittalradienmesseinrichtung
- Topographiesystem für grafische Hornhautdarstellung und weiterführende Berechnungen, z. B. Möglichkeit der Bestimmung des Hornhautdurchmessers, Errechnung von Kontaktlinsenvorschlägen und Simulation von Fluobildern

Inspektion vorderer Augenabschnitt

Spaltlampenmikroskop mit:

- Vergrößerungsbereich 6- bis 30-fach
- Blau-Gelb-Filterkombination zur Kontrolle mit Fluoreszein

- Pachymeter zur Hornhautdicken- bzw. Vorderkammertiefenmessung
- Geräte für Video- und Fotodokumentation, z. B. über integrierten Strahlteiler
- Zusatztubus für Mitbeobachtung
- Vergrößerungswechsler bis 40 x für Spaltlampe
- Grünfilter
- Endothelvorsatz

Kontaktlinsenanpassung und -kontrolle

Spaltlampenmikroskop mit:

- Vergrößerungsbereich 6- bis 30-fach
- Möglichkeit der Stabilisationsmessung torischer Kontaktlinsen, z. B. Messokular oder drehbarer Spalt am HH-Mikroskop
- Blau-Gelb-Filterkombination zur Kontrolle mit Fluoreszein

- Geräte für Video- und Fotodokumentation, z. B. über integrierten Strahlteiler
- Zusatztubus für Mitbeobachtung

Anpasssätze für formstabile und weiche Kontaktlinsen oder für den Kunden/Patienten individuell bestellte oder angefertigte Messlinsen

Prüfung der Kontaktlinsenparameter und Qualitätskontrolle

Geräte zur Vermessung bzw. Prüfung formstabiler Kontaktlinsen:

1. Radius/Stärke/Durchmesser
2. Randgestaltung
3. Oberflächeneigenschaften
4. optische Qualität

- automatisches Keratometer mit Vorrichtung zum Nachmessen von formstabilen Kontaktlinsen
- Messung Exzentrizität formstabiler Kontaktlinsen, z.B. Wilms-Spiegel
- Radius weicher Kontaktlinsen, z. B. Shiltern
- Messung Durchmesser weicher Kontaktlinsen, z. B. Messokular, Shiltern, PC

sachgerechte Reinigung und Konservierung von Kontaktlinsen

- Reinigungslösungen
- Aufbewahrungslösungen
- Zubehör zur Reinigung und Konservierung (Aufbewahrung) von Kontaktlinsen

Autoklav zur Hitzedesinfektion von weichen Messlinsen

Nachbearbeitung von Kontaktlinsen

Nachbearbeitungseinheit für formstabile Kontaktlinsen:

- Politur der Innen- und Außenflächen
- Durchmesseränderung
- Bevel- bzw. Randmodifikation

Kontaktlinsenabgabe

- separater Einweisungsplatz mit Spiegel und guter Beleuchtung sowie Handwaschbecken mit sanitärem Zubehör
- Schrank/Regal für Kontaktlinsengemittel

Hygiene ist eine der wesentlichen Voraussetzungen bei der Kontaktlinsenanpassung. Die Messlinsensätze (Anpasssätze), Gerätschaften sowie Anpass- und Abgaberräume müssen in einem stets sauberen und hygienisch einwandfreien Zustand gehalten werden.

A2.6 Versorgung mit Sondersehhilfen

Alle zur Versorgung mit Sondersehhilfen einzusetzenden Maschinen und Geräte müssen so beschaffen sein, dass sämtliche Arbeiten gemäß Abschnitt 4 dieser Arbeitsrichtlinien sach- und fachgerecht durchgeführt werden können.

Tabelle A2.6: Mindestanforderungen für die Versorgung mit Sondersehhilfen

Mindestanforderung	zusätzliche Ausstattung
Refraktions- und Korrektionsbestimmung für Ferne und Nähe	
Grundausrüstung wie optometrischer Prüfraum siehe A.2.2	
Bestimmung des Vergrößerungsbedarfs	
Optotypentafeln	
Prüfung des Kontrastsehens	
für reduzierten Visus geeignete elektronische oder Tafel-Kontrastteste	
Bestimmung des Lesevisus	
Leseprobe für Abstand 25 cm	Leseputz
vergrößernde Sehhilfen	
<ul style="list-style-type: none"> Sortiment Lesegläser sowie Lupen mit und ohne Beleuchtung (Hand-, Stand-, Aufsatzlupen) in gebräuchlichen Varianten (i. d. R. zwei- bis achtfache Vergrößerung) monokulare fokussierbare Fernrohre (i. d. R. vier- bis achtfache Vergrößerung) Fernrohrsysteme (galileischer und keplerscher Bauart für Ferne und Nähe) 	<ul style="list-style-type: none"> mobile elektronische vergrößernde Geräte elektronische vergrößernde Geräte mit integrierter Kamera, z. B. Videolupe elektronisch vergrößernde Geräte mit externer Kamera zum Lesen in der Nähe und Ferne, z. B. Bildschirmlesegerät elektronische Geräte zur akustischen Sprachumwandlung Screen-Reader-Systeme für PC
Verbesserung des Kontrastsehens	
verschiedene Kantenfilter	
optimale Beleuchtung beim Nahsehen	
spezielle Leuchten in verschiedenen Lichtfarben	<ul style="list-style-type: none"> Leseputz Lesezeile
Anfertigung vergrößernder Sehhilfen	
	<ul style="list-style-type: none"> Montagewerkzeuge Justiervorrichtung für optische Elemente und Systeme in Systemhalterungen

A2.7 Anfertigung von Sehhilfen in der Werkstatt

Alle zur Anfertigung von Sehhilfen einzusetzenden Maschinen und Geräte müssen so beschaffen sein, dass sämtliche Arbeiten gemäß Kapitel 2 dieser Arbeitsrichtlinien sach- und fachgerecht erbracht werden können.

Tabelle A2.7: Mindestanforderungen für die Anfertigung von Sehhilfen in der Werkstatt

Mindestanforderung	zusätzliche Ausstattung
Mobiliar	
<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsplatzausstattung: pro Werkstattmitarbeiter mindestens ein Platz • Werkbänke • Maschinentische • Arbeitsstühle 	
Maschinen	
Handschleifmaschine	<ul style="list-style-type: none"> • Randbearbeitungsmaschine • Standbohrmaschine mit Zubehör • Poliermaschine (mit biegsamer Welle) • Rillmaschine
Geräte	
<ul style="list-style-type: none"> • Scheitelbrechwertmessgerät • Zentriergerät • Ultraschall-Reinigungsgerät • Ventilette(n) • Spannungsprüfer • Messgeräte: Sphärometer, Dickentaster, Messschieber 	Lötgerät
Werkzeuge	
<ul style="list-style-type: none"> • Zangen • Feilen • Schraubendreher, Gewindebohrer und andere Kleinwerkzeuge 	
Sonstiges	
<ul style="list-style-type: none"> • Schleif- und Poliermittel • Lösungsmittel • Reinigungsmittel 	

A2.8 Versorgung mit monokularen und binokularen Sehübungen

Alle zur Durchführung von Sehübungen einzusetzenden Materialien (Brillengläser, Prismen, Filter, Okkluder, spezielle Geräte und Hilfsmittel, Computerprogramme) müssen so beschaffen sein, dass sämtliche Arbeiten gemäß Kapitel 5 dieser Arbeitsrichtlinien sach- und fachgerecht erbracht werden können. Es gelten folgende Mindestanforderungen:

Tabelle A2.8: Mindestanforderungen für die Versorgung mit monokularen und binokularen Sehübungen

Mindestanforderung	zusätzliche Ausstattung
Okulomotorik	
Materialien zum Training von Augenfolgebewegungen und Blicksakkaden	
Vergenz	
Materialien zum Training von fusionaler Konvergenz und Divergenz	
Akkommodation	
<ul style="list-style-type: none"> • Wendevorhalter in unterschiedlichen Dioptrienabstufungen • Materialien zum Training von Akkommodationsgenauigkeit und -dynamik 	
Suppression	
Materialien zum Training der zentralen Suppression zur Verbesserung der fovealen Sehfunktion	

A3

Leitfaden zur Erstellung von Kostenvoranschlägen für Kontaktlinsen zu Lasten der GKV

A3.1 Allgemeines zu Kostenvoranschlägen für Kontaktlinsen

Ein Kostenvoranschlag ist die Berechnung voraussichtlich entstehender Kosten für eine im Anschluss an die Kostenentscheidung ggf. zu erbringende Leistung. Der Versicherer entscheidet einerseits, ob er die beantragte Leistung überhaupt für notwendig hält und ob er andererseits die dafür entstehenden Kosten zu übernehmen bereit ist.

Der Versicherer kann vom Leistungserbringer nicht verlangen, dass er für die sachgerechte Erstellung eines Kostenvoranschlages die Leistung bereits komplett erbringt. Vor diesem Hintergrund ist es selbstverständlich, dass im Kostenvoranschlag keine Leistungen beschrieben werden müssen, die sich erst bei der Durchführung der Leistung ergeben.

Da es sich bei der beantragten Leistung um einen Kostenvoranschlag und nicht um einen Kostennachanschlag handelt, sind sowohl die Wahl des Herstellers als auch anpasstechnische Parameter wie Durchmesser der Linse, Stärke der Linse usw. für die leistungsrechtliche Überprüfung in der Regel bedeutungslos. Der Tag der Anpassung ist im Zuge einer Kontaktlinsenversorgung ohnehin nur als Beginn der Versorgung bzw. Zwischenstand zu betrachten, weil sich Hersteller und technische Daten der Kontaktlinsen im Zuge der Anpassung ändern können. Somit können sie auch nicht als Voraussetzung für die leistungsrechtliche Überprüfung und die Notwendigkeit der beantragten Leistung herangezogen werden (es sei denn, die Parameter selbst begründen die beantragte Leistung).

Es muss gewährleistet sein, dass der Versicherer eine fachgerechte Überprüfung der beantragten Leistung vornehmen kann. Hierfür müssen alle die Versorgung betreffenden leistungsrechtlich relevanten Daten im Kostenvoranschlag dargelegt sein.

Aus Gründen der besonderen Verantwortung, aber auch im Interesse einer bestmöglichen Beurteilung sollten nur solche Personen die Begutachtung einer bestimmten Leistung vornehmen, die bezüglich der zu überprüfenden Leistung in besonderem Maße qualifiziert sind.

A3.2 Notwendige Mindestinhalte für einen Kostenvoranschlag

1. Leistungsempfänger

- Name, Vorname
- Geburtsdatum
- Versichertennummer
- Wohnort und Adresse

2. Indikation (aufgrund derer die Leistung beantragt wird)

Indikationen für Kontaktlinsen entsprechend der jeweils gültigen Heil- und Hilfsmittelrichtlinien

3. Optometrische Daten

- Refraktionswerte mit Brillenkorrektur (falls diese ermittelbar sind, ansonsten Hinweis, sofern nicht sinnvoll ermittelbar)
- Hornhautparameter, sofern diese für die beantragte Leistung erforderlich sind (eine Topographie kann für einen Kostenvoranschlag nicht verlangt werden)
- bei **Keratokonus**: Grad des Keratokonus oder Hornhautradien (zentral oder apikal) im „unbelasteten“ Zustand der Hornhaut

4. Art der Versorgung

Es ist anzugeben, um welche Art der Versorgung es sich bei den beantragten Kontaktlinsen handelt:

- Erstversorgung
- Folgeversorgung
- Nachkauf zum Materialpreis

5. Zu erbringende Leistung

- Art der Sehhilfe (Kontaktlinsen zur Verbesserung der Sehschärfe bzw. als therapeutisches Hilfsmittel)
- Positionsnummer der Heil- und Hilfsmittelrichtlinien
- Kontaktlinsengeometrie (vom Anpasser festzulegen, nicht vom Verordner), z. B. rotations-symmetrisch, torisch, unsymmetrisch, quadrantenspezifisch
- Kontaktlinsenmaterial, z. B. hochgasdurchlässig

6. Begründung der Notwendigkeit

Diese ist im Kostenvoranschlag dem Versicherer bzw. dessen Gutachter schlüssig darzulegen, damit dieser die Notwendigkeit fachlich und wirtschaftlich überprüfen kann.

Beispiele:

- Werden Einzelanfertigungen wegen Extremametropie oder Extremastigmatismus beantragt, müssen die Refraktionswerte genannt werden. Die Angabe von Hornhautparametern wäre hierbei nicht erforderlich.
- Werden hingegen Kontaktlinsen als Einzelanfertigungen wegen Makro- bzw. Mikrocornea oder wegen besonders steiler oder flacher Hornhautradien beantragt, müssen die entsprechenden Parameter (Hornhautdurchmesser bzw. Hornhautradien) angegeben werden.

7. Voraussichtliche Kosten

Die entstehenden Gesamtkosten sollten nach Material- und Dienstleistungskosten differenziert werden:

- Materialkosten rechts
- Materialkosten links
- ggf. Materialkosten für Mess- bzw. Anpasskontaktlinsen
- Dienstleistungskosten der Anpassung
- ggf. Nebenkosten wie Einsetzhilfen usw.

Bei den anzusetzenden Kosten ist das Wirtschaftlichkeitsgebot zu beachten:

Nur wenn günstigere Versorgungsfachlich nicht möglich oder vertretbar sind, ist die Versorgung mit asymmetrischen, quadrantenspezifischen, torischen etc. Kontaktlinsen gerechtfertigt.

Erläuterungen zur Versorgung bei Keratokonus

Die Indikation des Keratokonus muss aus der Verordnung oder dem Kostenvoranschlag klar hervorgehen. Ist die fachärztliche Indikation entsprechend der jeweils aktuellen Hilfsmittelrichtlinien auf einer Verordnung gestellt, so ist es nicht die Aufgabe des Augenoptikermeisters/Optomisten, diese zu überprüfen.

Angabe des Schweregrades

Soweit es bei der Anpassung von Kontaktlinsen bei Keratokonus möglich ist, sollte die Hornhaut in einem „unbelasteten“ Zustand vermessen werden. Handelt es sich um eine Folgeversorgung, kann eine Entlastung der Hornhaut nur insoweit vorgenommen werden, wie es für den Kunden/Patienten zumutbar ist.

Für das jeweilige Auge ist der Schweregrad des Keratokonus anzugeben, da dieser den Gesamtaufwand mitbestimmt. Der Grad eines Keratokonus richtet sich nach dem „unbelasteten“ Zustand der Hornhaut. Die in diesem Zustand gemessenen Radien bestimmen den Grad des Keratokonus. Träger von Keratokonuslinsen sind in besonderem Maße auf das Tragen ihrer Kontaktlinsen angewiesen, daher besteht häufig eine Diskrepanz zwischen den bei der Anpassung gemessenen Apex- oder Zentralradien und denen, die den Keratokonusgrad im unbelasteten Zustand bestimmen. Diese Tatsache ist besonders bei Folgeversorgungen von Bedeutung. Die Komplexität der Anpassung bzw. der Kontaktlinsen richtet sich im Kostenvoranschlag nach dem Schweregrad des Keratokonus und nicht nach den in der Anpassungssituation gemessenen Hornhautradien.

Angabe der Hornhautradien

Für eine Klassifikation des Keratokonus sind die jeweils steilsten Radien der Ektasie maßgeblich. Diese sind nicht zwangsläufig die zentral gemessenen Hornhautradien.

Die Ermittlung der zentralen Hornhautradien ist sowohl mit einem Ophthalmometer als auch mittels Topographie möglich. Die Ermittlung der apikalen Hornhautradien ist nur mittels Topographie möglich.

Auch bei Keratokonus oder Keratoplastik kann eine Topographie für einen Kostenvoranschlag nicht verlangt werden.

Die Nennung der apikalen bzw. zentralen Hornhautradien kann unter Umständen zur Verwirrung oder ungerechtfertigten Ablehnung der beantragten Leistung führen, ihre Angabe kann in den geeigneten Fällen hilfreich sein, ist jedoch nicht zwingende Voraussetzung für die Erstellung des Kostenvoranschlags.

Die zur Anpassung gemessenen Radienverhältnisse entsprechen nicht immer dem realen Keratokonusstadium. Es ist möglich, dass vor Ausstellung einer Verordnung für die Indikationsfeststellung der Hilfsmittelrichtlinien (<7,00 mm) vom Verordner eine Tragepause veranlasst wurde, aufgrund derer sich erst anschließend Parameter im Apex ergeben, die eine Indikation bestätigen. Für die Erstellung eines Kostenvoranschlags kann nun vom Leistungserbringer nicht verlangt werden, vom Leistungsempfänger erneut eine Tragepause zu fordern, nur um im Kostenvoranschlag die notwendigen Radien oder die Indikation zu bestätigen.

A3.3 Indikationen für Einzelanfertigungen

Ziel des Berufsstandes ist es, Indikationen für nicht festbetragsregelte Versorgung zu definieren, aufgrund derer das Erstellen eines Kostenvoranschlags außerhalb der Festbeträge als gerechtfertigt angesehen wird, weil die Versorgung in diesen Fällen mit individuellen Kontaktlinsen grundsätzlich als gerechtfertigt gilt. Darüber hinaus gibt es weitere anpasstechnische und optische Gegebenheiten, die das Beantragen einer Einzelanfertigung notwendig werden lassen können. Dies sollte dann jedoch im Einzelfall näher begründet werden, z. B. Kombination verschiedener Indikationen oder Erschwernisse, die einzeln betrachtet noch keine Einzelanfertigung rechtfertigen, aber in der Summe den Rahmen einer Festbetragsversorgung überschreiten:

- starker Tränenmangel
- besondere Lidruckverhältnisse
- stark reduzierte Lidschlagfrequenz
- starker Hoch- bzw. Tiefsitz
- rezidivierende Erosionen usw.

Für den Bereich der Sehhilfen sind im Festbetragsgruppensystem für „gleichartige und gleichwertige“ Versorgung Festbeträge festgelegt worden. Ist für eine bestimmte Leistung ein Festbetrag festgesetzt, erfüllt die Krankenkasse auch ihre Leistungspflicht mit diesem Festbetrag.

Liegt zwar eine medizinische Indikation für Kontaktlinsen vor, aber es ist für die zu erbringende Leistung kein Festbetrag festgesetzt, so sehen die Heil- und Hilfsmittelrichtlinien vor, mit Hilfe der Positionsnummern der „Einzelanfertigung“ (nicht Sonderanfertigungen) z. B. rotationssymmetrische oder torische Kontaktlinsen, optisch korrigierende Speziallinsen, therapeutische Speziallinsen usw. beim Versicherungsträger zu beantragen.

Dies ist immer dann möglich, wenn mit einer Standardlinse (Serienlinse) kein zufriedenstellendes Anpass- oder Korrektionsergebnis erzielt werden kann.

Grundlage ist hierfür die Definition der Einzelanfertigung, die in den Heil- und Hilfsmittelrichtlinien veröffentlicht ist: Einzelanfertigungen sind Produkte, die kein Hersteller auf dem Markt mit den entsprechenden Maßen standardmäßig anbietet. Als Einzelanfertigung gelten nur die Kontaktlinsen, die nach schriftlicher Verordnung, nach den spezifischen Auslegungsmerkmalen aufgrund der Angaben des Anpassers als Individualfertigung vom Hersteller für einen individuellen Kunden/Patienten angefertigt werden und zur ausschließlichen Anwendung durch diesen bestimmt sind. Serienmäßig hergestellte Produkte, die angepasst

werden können, um den spezifischen Anforderungen des Anwenders zu entsprechen, stellen keine Einzelanfertigungen dar. Die Randbearbeitung und die Anpassarbeiten, die durch den Augenoptikermeister/Optomtristen erbracht werden müssen, gehören ebenfalls nicht zu den Einzelanfertigungen.

Voraussetzung für die Beantragung einer Leistung ist primär die Notwendigkeit der Versorgung und die Komplexität. Nicht die Tatsache, dass eine bestimmte Linsengeometrie Verwendung findet, sondern die Notwendigkeit, eine solche Kontaktlinsengeometrie wirklich anpassen zu müssen, rechtfertigt das Stellen eines Kostenvoranschlags. Das Maß des Notwendigen darf nicht überschritten werden. Die Indikation, aufgrund derer eine Leistung beantragt wird, legt der Anpasser fest.

Das Vorliegen einer der folgenden Indikationen ist bereits eine ausreichende Begründung dafür, abweichend vom Festbetrag einen Kostenvoranschlag zu stellen und darin eine Einzelanfertigung bzw. einen erhöhten Dienstleistungsanteil zu beantragen, ohne dies mit weiteren Begründungen rechtfertigen zu müssen.

Tabelle A3.2: Indikationen für Kostenvorschläge bei Kontaktlinsenversorgungen

Indikation	Unterpunkte
1 reguläre Hornhaut- topographie	1.1 hochgradige Ametropie ≥ 15 dpt
	1.2 Astigmatismus
	1.1.2 hochgradiger Hornhautastigmatismus $\geq 4,00$ dpt (0,8 mm Radiendifferenz)
	1.2.2 hochgradiger Gesamtastigmatismus $\geq 3,00$ dpt bei Versorgung mit weichen Kontaktlinsen
	1.2.3 innerer Astigmatismus $\geq 1,50$ dpt bei der Versorgung mit formstabilen vorderprismatisch-torischen Kontaktlinsen
1.2.4 innerer Astigmatismus $\geq 0,75$ dpt bei der Versorgung mit formstabilen rückflächen-torischen Kontaktlinsen (z. B. torisch schief gekreuzt)	

	<p>1.3 Geometrie</p> <p>1.3.1 besondere numerische Exzentrizität $\leq 0,2$, $\geq 0,8$, oblong</p> <p>1.3.2 stark unterschiedliche Exzentrizitäten in den 4 Quadranten, sodass eine quadrantendifferente Versorgung erforderlich ist, z. B. bei pelluzidaler marginaler Hornhautdegeneration</p> <p>1.3.3 Erfordernis eines nicht-konventionellen großen oder kleinen Durchmessers, z. B. bei Mikro- oder Makroophthalmus oder bei Säuglingen und Kleinkindern</p>
<p>2 irreguläre Hornhauttopographie</p>	<p>2.1 Keratokonus</p> <p>2.1.1 Keratokonus 1. Grad</p> <p>2.1.2 Keratokonus 2. Grad</p> <p>2.1.3 Keratokonus 3. Grad</p> <p>2.1.4 Keratokonus 4. Grad</p> <p>2.2 Keratoplastik</p> <p>2.3 Hornhautdystrophie oder Hornhautdegeneration</p>
<p>3 sonstige Indikationen</p>	<p>3.1 pathologischer Nystagmus</p> <p>3.2 Irisdefekte (Versorgung mit Irislinse)</p> <p>3.3 Vernarbungen der Hornhaut, z. B. nach Trauma oder chirurgischem Eingriff</p> <p>3.4 erschwerende Zusatzindikationen, z. B. motorische oder sensorische Defizite, welche die Kontaktlinshandhabung beeinflussen</p> <p>3.5 Säuglinge und Kleinkinder</p>

A4

Richtlinien für die Verwendung von Spezialisierungshinweisen im Augenoptikerhandwerk

Augenoptiker und Optometristen können Spezialisierungshinweise für die Fachbereiche Sportoptik, Kontaktlinsen und Low Vision führen, wenn sie die in diesen Richtlinien festgesetzten fachlichen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllen. Die Spezialisierung ist an die antragstellende Person und deren Fachkenntnis im entsprechend ausgestatteten Betrieb gebunden.

A4.1 Voraussetzungen

Voraussetzungen für die Verwendung eines ZVA-Spezialisierungshinweises sind:

1. Der Nachweis besonderer praktischer Erfahrungen des Antragstellers im jeweiligen Spezialgebiet und
2. der Nachweis besonderer Ausstattungsmerkmale des Betriebes und
3. der Nachweis über die Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen im jeweiligen Spezialgebiet.

Besondere praktische Erfahrungen im Spezialgebiet liegen vor, wenn diese das Maß der Qualifikationen im Spezialgebiet erheblich übersteigen, die üblicherweise durch berufliche Fortbildungen und praktische Erfahrungen im Beruf vermittelt oder erlangt werden.

Antragsteller müssen mindestens Augenoptikermeister sein oder eine gleichgestellte Qualifikation vorweisen können.

A4.2 Spezialisierungen

Nach Prüfung des Antrags durch die ZVA-Optik-Service GmbH wird dem Betrieb eine für zwei Jahre gültige Spezialisierungsurkunde ausgestellt. Die Urkunde ist so gestaltet, dass die zweijährige Gültigkeitsdauer durch eine Plakette mit dem Ablaufdatum der Gültigkeit versehen ist.

Der Text auf der Spezialisierungsurkunde beinhaltet den Namen des Spezialisten, den Namen des Betriebes und die Spezialisierung.

Mit der Spezialisierung ist eine fortlaufende Weiterbildungspflicht verbunden, die der ZVA-Optik-Service GmbH alle zwei Jahre nachgewiesen werden muss.

Auf der Website www.zva.de wird eine Liste der Spezialisten und der zugehörigen Betriebe geführt.

Anträge, zugehörige Nachweise und Unterlagen werden der ZVA-Optik-Service GmbH auf elektronischem Wege eingereicht.

Sportoptik

In Abgrenzung zur Sportoptometrie steht der Begriff Sportoptik für die fach- und sachkundige Beratung und den Verkauf sportartgerechter Produkte und Dienstleistungen, wie z. B. Sportbrillen mit und ohne optische Korrektionswirkung, Sportschutzbrillen, Schieß- und Taucherbrillen, Kontaktlinsen für den Sport sowie der Einsatz von verschiedenen Filterwirkungen und -gläsern.

Für die Zulassung als „Spezialist für Sportoptik“ gelten folgende Bedingungen:

1. Besondere praktische Erfahrungen im Bereich Sportoptik liegen vor, wenn der Antragsteller nachweist, dass er innerhalb von drei Jahren 20 dokumentierte sportspezifische augenoptische Versorgungsfälle in vier verschiedenen Sportbereichen bzw. Sportarten durchgeführt hat. Ferner sollte der Antragsteller eigene Erfahrungen in der zu versorgenden Sportart mitbringen oder zumindest die sportartspezifischen visuellen Anforderungen kennen. Alternativ ist der Nachweis von 20 Weiterbildungspunkten im Bereich Sportoptik/Sportoptometrie möglich, die innerhalb von 24 Monaten vor Antragstellung erworben worden sind.

2. Die Betriebsstätte verfügt zusätzlich über die in der gültigen Arbeits- und Qualitätsrichtlinie für Augenoptik und Optometrie genannten Ausstattungen hinaus über die folgende **zusätzliche Ausstattung**:
- Testmöglichkeiten zur visuellen Leistungsprüfung
 - hochauflösende Messsysteme zur Visusprüfung ≥ 2.0
 - Kontrastsehtesttafeln
 - Testmöglichkeiten zur Tiefenwahrnehmung (Prüfung auf Stereosehen)
 - Testmöglichkeiten zum Farbsehen (z. B. Ishihara-Tafeln)
 - Windsimulator mit Möglichkeit zur Simulation verschiedener Windgeschwindigkeiten
 - ausgewählte Sportbrillensortimente für verschiedene Sportarten
 - Schulsportbrillen
 - Filtergläser/-sätze
 - Kontaktlinsen (idealerweise mit Orthokeratologie)

Kontaktlinsen

Für die Verwendung „Spezialist für Kontaktlinsen“ gelten ergänzend folgende Bedingungen:

1. Besondere praktische Erfahrungen im Bereich Kontaktlinsen liegen vor, wenn der Antragsteller innerhalb der letzten zwei Jahre eigenverantwortlich mindestens 100 Anpassungen nach den „Indikationen für die Versorgung mit individuell gefertigten Kontaktlinsen“ durchgeführt hat, davon mindestens 50 Anpassungen mit formstabilen Kontaktlinsen.
2. Die Betriebsstätte verfügt über die in den gültigen Arbeits- und Qualitätsrichtlinien für Augenoptik und Optometrie genannten Ausstattungen hinaus über die folgende **zusätzliche Ausstattung**:
 - Hornhaut-Topograph
 - Nachbearbeitungseinheit
 - Messlinsensatz für individuell gefertigte weiche Linsen
 - zwei Messlinsensätze für formstabile Linsen (asphärisch/mehrkurvig)
 - Messlinsensatz für torische Weichlinsenanpassung
 - Messlinsensatz für Mehrstärken-Linsen
 - Messlinsensatz für vorderprismatische formstabile Linsen
 - Messlinsensatz für rücktorische Linsen (formstabil)
 - Messlinsensatz für Keratokonus-Linsen
 - Messlinsensatz (formstabil) für Korrektion Ametropie $> \pm 10$ dpt
 - Messlinsensatz (weich) für Korrektion Ametropie $> \pm 10$ dpt
 - Messlinsensatz für Irislinsen

- Spaltlampenmikroskop mit mindestens 36-facher Vergrößerung und der Möglichkeit zur Dokumentation von Bildern und Videos
 - Geräte zur Überprüfung der Kontaktlinsen-Parameter (Durchmesser, Radius, Stärke und optische Qualität)
3. Zusätzlich ist der Nachweis von 20 Weiterbildungspunkten im Bereich Kontaktlinsen erforderlich, die innerhalb von 24 Monaten vor Antragstellung erlangt worden sein müssen.

Low Vision (vergrößernde Sehhilfen)

Für die Zulassung als Spezialist für Low Vision gelten folgende Bedingungen:

1. Es ist eine mindestens dreijährige Tätigkeit im Bereich Low Vision nachzuweisen. Besondere praktische Erfahrungen im Bereich Low Vision liegen vor, wenn der Antragsteller mindestens 50 Versorgungen mit vergrößernden Sehhilfen, davon mindestens 15 Versorgungen mit zusammengesetzten Systemen wie Fernrohrbrillen, Fernrohr Lupenbrillen oder Aplanaten, durchgeführt innerhalb der letzten drei Jahre vor der Antragstellung, nachweist.
2. Die Betriebsstätte verfügt über die in der gültigen Arbeits- und Qualitätsrichtlinie für Augenoptik und Optometrie genannten Ausstattungen hinaus über die folgende **zusätzliche Ausstattung**:
 - Anpasssatz Handlupen und Standlesegläser mit zuschaltbarer Beleuchtung
 - spezielle Sehtesttafeln für Sehbehinderte mit mindestens fünf Optotypen je Visusstufe
 - Nahsehprobe zur Ermittlung des Vergrößerungsbedarfs
 - mindestens vier unterschiedlich farbige Kantenfiltervorhänger
 - Low-Vision-Leuchte(n) zur Testung unterschiedlicher Lichtfarben
 - Anpasssatz Lupenlesebrille, binokular mit unterschiedlichen Additionen
 - mindestens zwei Helfeldlupen (Visolett Lupen) mit unterschiedlichen Durchmessern
 - Anpasssatz Fernrohr Lupenbrille nach Galilei
 - Anpasssatz Fernrohr Lupenbrille nach Kepler
 - Anpasssatz Hand-Monokulare
 - mindestens zwei mobile elektronische Sehhilfen mit unterschiedlichen Displaygrößen
 - elektronisches Bildschirmlesegerät
3. Zusätzlich ist der Nachweis von 20 Weiterbildungspunkten im Bereich Low Vision erforderlich, die innerhalb von 24 Monaten vor Antragstellung erworben worden sind.

A4.3 Weiterbildungspflicht

Um eine bestehende Spezialisierung aufrechtzuerhalten, muss der Spezialist der ZVA-Optik-Service GmbH die Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen (dozierend oder hörend) im jeweiligen Spezialgebiet nachweisen.

Innerhalb von 24 Monaten sind durch den Besuch von Weiterbildungsmaßnahmen insgesamt 20 ZVA-Weiterbildungspunkte im Bereich des jeweiligen Spezialgebietes zu erlangen. Nach Ablauf der 24-monatigen Weiterbildungspflicht müssen die Weiterbildungsnachweise bei der ZVA-Optik-Service GmbH zur Überprüfung eingereicht werden. Teilnahmebescheinigungen von Weiterbildungsveranstaltungen gelten als Nachweis. Ein Rechnungsnachweis allein genügt nicht. Liegen die Nachweise drei Monate nach dem Ablauf der 24-monatigen Weiterbildungspflicht nicht vor, werden der Spezialist und der Betrieb von der Liste der Spezialisten entfernt, bis die erforderlichen Nachweise bei der ZVA-Optik-Service GmbH vorliegen.

Die Vergabe der Punkte für Weiterbildungsveranstaltungen erfolgt nach Prüfung des Veranstaltungsprogramms durch die ZVA-Optik-Service GmbH. Veranstalter können ihren Teilnehmern die ZVA-Weiterbildungspunkte nach vorheriger Prüfung durch die ZVA-Optik-Service GmbH auf der Teilnahmebescheinigung ausweisen.

A4.4 Vergabe von ZVA-Weiterbildungspunkten

Tabella A4.1: Kriterien zur Vergabe von Weiterbildungspunkten

Anzahl der Punkte	Veranstaltungs-/Fortbildungsart
volle Punktzahl	Fachkongresse der Fachverbände, Fachgruppen der fachwissenschaftlichen Vereinigungen, Hochschulen und Fachschulen sowie sonstige Bildungsträger
4 Punkte für einen Tag mit mindestens 6 Stunden	Veranstaltungen der optischen Industrie, die nicht produktbezogen sind
2 Punkte für einen halben Tag mit mindestens 3 Stunden	Seminare
1 Punkt für 1 bis 3 Stunden	Weiterbildungsveranstaltungen der Innungen
halbe Punktzahl	Vor-Ort-Veranstaltungen
2 Punkte für einen Tag mit mindestens 6 Stunden	produktbezogene Veranstaltungen der optischen Industrie mit fachlichem Schwerpunkt
1 Punkt für Veranstaltungen mit mindestens 3 Stunden	
reduzierte Punktzahl	Bezirks- oder Landesgruppenabende
1 Punkt für Veranstaltungen mit mindestens 1 Stunde	Fachvorträge auf Kongressen
sonstige Regelungen	Fachveröffentlichungen
mindestens 1 Punkt bis maximal 5 Punkte	<ul style="list-style-type: none"> • Studien • Dozententätigkeit • Online-Weiterbildung
keine Punktevergabe	<ul style="list-style-type: none"> • reine Produktinformationen • Werbeveranstaltungen • Präsentationen und Ausstellungen

Glossar

Akkommodation: Vorgang der Brechwertänderung eines Auges zur Einstellung auf eine bestimmte Objektentfernung. Es werden unterschieden: Nahakkommodation (Brechwert-erhöhung eines Auges zur Einstellung auf einen näheren Einstellpunkt) und Fernakkommodation (Brechwertverringerung eines Auges zur Einstellung auf einen weiter entfernten Einstellpunkt). [DIN 5340]

Amblyopie: Minderung der Sehschärfe bei normalem morphologischen Augenbefund. Es werden unterschieden: Deprivationsamblyopie (durch Verhinderung oder Verschlechterung der Abbildung auf der Netzhaut verursacht) und Suppressionsamblyopie (durch gestörtes Binokularsehen verursacht). [DIN 5340]

Hinweis: Die früher für Amblyopie und auch für andere Minderungen der Sehschärfe benutzte Benennung „Schwachsichtigkeit“ sollte nach DIN nicht mehr verwendet werden.

Ametropie: Refraktionszustand, bei dem der Fernpunkt des Auges nicht im Unendlichen liegt. Es werden unterschieden: Hyperopie (der Fernpunkt liegt in endlicher Entfernung hinter dem Auge), Myopie (der Fernpunkt liegt in endlicher Entfernung vor dem Auge) und Astigmatismus (das optische System des Auges weist in den einzelnen Meridianschnitten unterschiedliche Brechungsverhältnisse auf). [DIN 5340]

Hinweis: Die früher für Ametropie benutzte Benennung „Refraktionsanomalie“ sollte nach DIN nicht mehr verwendet werden.

Asthenopie: Augenbedingte unspezifische Beschwerden mit zum Beispiel Druck- oder Schmerzgefühl in Augen, Stirn oder Kopf, sowie Augenbrennen, Photophobie, Schwindel und anderem. Asthenopie kann muskulär oder nervös bedingt sein und zum Beispiel durch unkorrigierte Fehlsichtigkeit ausgelöst werden. [Wörterbuch der Optometrie]

(Augen-)Folgebewegung (syn. Führungsbewegung): Reflektorische, langsame Version zur Aufrechterhaltung der Fixation eines bewegten Objektes bzw. zur retinalen Objektstabilisierung während Kopf- und Körperbewegungen. [DIN 5340]

Binokularsehen: Oberbegriff für alle Arten von Simultansehen. Es werden drei Qualitätsstufen unterschieden: Binokularsehen ohne Fusion, Binokularsehen mit Fusion (binokulares Einfachsehen) und Binokularsehen mit Stereopsis. [DIN 5340]

(Blick-)Sakkade: Willkürliche (im Rahmen von Mikrobewegungen oder eines Nystagmus auch unwillkürliche), schnelle Version. Willkürliche Sakkaden dienen der Aufnahme der Fixation eines peripher wahrgenommenen Objektes. [DIN 5340]

Dienstvertrag: Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt (z. B. ein Augenoptiker), zur Leistung der versprochenen Dienste, der andere Teil (z. B. ein Kunde) zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. Gegenstand des Dienstvertrages können Dienste jeder Art sein (§ 611 BGB).

Eine Vergütung gilt als still vereinbart, wenn die Dienstleistung den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist (§ 612 Abs. 1 BGB). Die Vergütung ist nach der Leistung der Dienste zu entrichten (§ 614 BGB).

Anmerkung: Bei einem Dienstvertrag wird nicht ein bestimmter „Erfolg“ geschuldet. Der Vertrag wird seitens des Dienstleistenden allein durch sein Tätigwerden i. S. des vereinbarten Dienstes erfüllt; Beispiel: Nachkontrolle in der Kontaktlinsenanpassung.

Wird vom Auftraggeber ein bestimmter Erfolg zur Geschäftsgrundlage gemacht, so wird mit der Annahme durch den Unternehmer ein Werkvertrag oder Werklieferungsvertrag geschlossen.

Emmetropie: Refraktionszustand eines Auges, bei dem der Fernpunkt im Unendlichen liegt. [DIN 5340]

Einstellpunkt: Punkt, der scharf in der Foveola abgebildet wird. Fernpunkt (niedrigster Brechwert des optischen Systems des Auges) und Nahpunkt (höchster Brechwert des optischen Systems des Auges) sind spezielle Einstellpunkte. Bei regulärem Astigmatismus gehört zu jedem der beiden Hauptschnitte ein Einstellpunkt. [DIN 5340]

Einstellbewegung (Syn. Einstellsakkade): Spontane Augenbewegung zur Aufnahme der Fixation des vorher nicht fixierenden Auges. Die Einstellbewegung besteht im natürlichen Sehen bei unveränderter Fixationsentfernung in einer Version, beim Aufdecktest (Uncovertest) und beim Zudecktest (Covertest) in einer Duktion des bewegten Auges, aus deren Richtung weitere Schlüsse gezogen werden können. [Wörterbuch der Optometrie]

Einstellpunktrefraktion: Kehrwert des in Metern gemessenen Einstellpunktabstandes. Fernpunktrefraktion (Kehrwert des in Metern gemessenen Fernpunktabstandes) und Nahpunktrefraktion (Kehrwert des in Metern gemessenen Nahpunktabstandes) sind spezielle Einstellpunktrefraktionen. [DIN 5340]

Exzentrische Fixation: Anomaler Zustand, bei dem bei einäugiger Fixation der Fixationspunkt außerhalb der Foveola abgebildet wird. [DIN 5340]

Der Fixationsort der Netzhaut bei exzentrischer Fixation wird auch als „Pseudofovea“ bezeichnet. Diese exzentrische Netzhautstelle hat für das Monokularsehen den Richtungswert Geradeaus übernommen, die „echte Fovea“ ist dabei so stark gehemmt, dass sie keine höhere Sehschärfe vermitteln kann als die „Pseudofovea“. Exzentrische Fixation ist stets mit anomaler Korrespondenz verbunden. [Wörterbuch der Optometrie]

Fehlsichtigkeit: Sammelbegriff für axiale und laterale Bildlagefehler im Auge. Fehlsichtigkeit ist keine Krankheit, gleichwohl kann der Selbstausgleich von Fehlsichtigkeit das Wohlbefinden krankheitsähnlich belasten und die allgemeine Leistungsfähigkeit verringern. Fehlsichtigkeit wird mit bildlageverändernden Hilfsmitteln korrigiert, die Korrektionsmittel wirken ausschließlich physikalisch-optisch.

Fixationsdisparität (Syn. Fixationsdisparation): Zustand des binokularen Einfachsehens, bei dem der Fixationspunkt mit einer Disparation innerhalb des zugehörigen Panumbereiches abgebildet wird. [DIN 5340]

Anmerkung: Der laterale Bildlagefehler besteht nur im Binokularsehen, im Monokularsehen verwendet das betroffene Auge wieder die Foveola als Fixationszentrum.

Heterophorie (latentes Schielen): Abweichung der Vergenzstellung von der Orthostellung bei vorübergehender Aufhebung der Fusion. [DIN 5340]

Anmerkung: Je nach angewendetem Messverfahren wird entweder eine dissoziierte Heterophorie oder eine assoziierte Heterophorie gemessen.

Heterotropie (synonym: Schielen, manifestes Schielen, Strabismus): Stellungsfehler der Augen zueinander, bei dem die Fixierlinie nur eines Auges auf den Fixationspunkt gerichtet ist und/oder die Vertikalmeridiane beider Augen nicht zueinander parallel sind. *Anmerkung:* Fixationsdisparationen zählen nicht zum manifesten Strabismus. [DIN 5340]

Hornhautscheitelabstand (HSA): Positiv gerechneter Abstand zwischen der Rückfläche des Brillenglases und dem Hornhaut-Apex, gemessen in Blickrichtung senkrecht zur Fassungsebene. [DIN EN ISO 13666]

Keratoglobus: Ausbildung einer verdünnten Hornhaut mit einem vergrößerten Durchmesser von mehr als 14 mm. [Wörterbuch der Optometrie]

Keratokonus: Kegelförmige Vorwölbung des zentralen Hornhautbereichs. Ein Keratokonus führt in der Regel zu irregulärem Astigmatismus. [Wörterbuch der Optometrie]

Konvergenznahpunkt (NPC): Der dem Augenpaar nächstgelegene Punkt, in dem sich die Fixierlinien schneiden können. [DIN 5340]

Anmerkung: Der Konvergenznahpunkt (engl. NPC) beträgt normalerweise ungefähr 8 bis 10 cm.

Leuchtdichteunterschiedsschwelle (syn. Lichtunterscheidungsvermögen): Kleinster, unter gegebenen Bedingungen noch wahrnehmbarer Leuchtdichteunterschied $L_{\max} - L_{\min}$. Die Leuchtdichteunterschiedsschwelle wird wesentlich durch die für den Adaptionszustand verantwortliche Leuchtdichte des Umfeldes bestimmt und hat ihr Minimum, wenn die Leuchtdichte des Umfeldes etwa dem Mittelwert von L_{\max} und L_{\min} entspricht. [DIN 5340]

Nahpunktstand: Abstand des Nahpunktes vom objektseitigen Hauptpunkt des Auges. [DIN 5340]

Optometrie: Das Konzept der Optometrie definiert die Satzung des World Councils of Optometry folgendermaßen:

Die Optometrie ist ein unabhängiger, ausgebildeter und geregelter Gesundheitsberuf. Optometristen sind die primären Dienstleister für den Gesundheitsstatus des Auges und des visuellen Systems. Dies beinhaltet die Refraktions- und Korrektionsbestimmung, die Sehhilfenanpassung, die Abgrenzung von Augenkrankheiten und die Wiederherstellung normaler Zustände des visuellen Systems.

Das WCO erkennt an, dass die Optometrie in verschiedenen Ländern unterschiedliche Titel benutzt.

Visus (syn. Sehschärfe): Schwellenwert der Fähigkeit, feine Details eines Objektes wahrzunehmen, deren Erkennbarkeit vom Sehwinkel abhängt. Bei gutachterlichen Sehschärfestimmungen wird die Erkennbarkeit der Stellungen eines Landoltringes geprüft. Dabei ist der Zahlenwert der Sehschärfe der Reziprokwert des in Winkelminuten angegebenen Seh winkels, unter dem die Lücke des Landoltringes dargeboten wird. Bei nicht gutachterlichen Sehschärfestimmungen dürfen auch andere Sehzeichen verwendet werden (z. B. Buchstaben, Snellenhaken), sofern diese nach DIN EN ISO 8597 an den Landoltring angeschlossen worden sind. Bei nicht angeschlossenen Sehzeichen sind detaillierte Angaben notwendig, sonst ist die Angabe eines Zahlenwertes sinnlos. [DIN 5340]

Zu unterscheiden sind periphere und zentrale Sehschärfe (Sehschärfe im engeren Sinne). Die Sehschärfe des Einzelauges wird im Monokularsehen bei hohem Kontrast gemessen. Sie ist in der Regel größer als 1,0 und nimmt im Alter ab. Die binokulare Sehschärfe ist durch

die binokulare Summation in der Regel höher als die monokulare. [Wörterbuch der Optometrie]

Angabe der Sehschärfe in Dezimalschreibweise; die Sehschärfe beträgt „Visus 1,0“, wenn ein Landoltring mit einer Lückenbreite von einer Winkelminute gerade noch erkannt wird; die Visuswerte sind gleich dem Kehrwert der Lückenbreite in Winkelminuten (z. B. Landoltringlücke 2' = Visus 0,5); werden andere Optotypen (z. B. Buchstaben oder Ziffern) verwendet, so müssen diese nach DIN/EN/ISO 8597 an den Landoltring angepasst sein, um für den Kunden/Patienten anschaulichere Zahlenwerte zu erhalten; die Visuswerte werden i. d. R. mit dem Faktor 100 multipliziert und als Prozentwerte angegeben (Visus 1 = 100 %, Visus 0,5 = 50 %, usw.); dies ist aber nur mit Einschränkungen sinnvoll, da auf diese Weise Sehschärfewerte von mehr als 100 Prozent (z. B. Visus 1,6 = 160 %) erreicht werden können.

Werkvertrag: Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes, der Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. Gegenstand des Werkvertrages kann sowohl die Herstellung oder Veränderung einer Sache als auch ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein (§ 631 BGB). Der Unternehmer ist verpflichtet, das Werk so herzustellen, dass es die zugesicherten Eigenschaften hat und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder dem nach dem Vertrage vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern. Ist das Werk nicht von dieser Beschaffenheit, so kann der Besteller die Beseitigung des Mangels verlangen. Der Unternehmer ist berechtigt, die Beseitigung zu verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert (§ 633 BGB).

Arbeits- und Qualitätsrichtlinien für Augenoptik und Optometrie (9. Auflage)

Der Augenoptiker und Optometrist erkennt und korrigiert Fehlsichtigkeiten mit den jeweils geeigneten optischen Mitteln. Darüber hinaus wendet er im Rahmen eines Screenings verschiedene Tests sowie Prüf- und Messverfahren an. Ziel ist es, im Rahmen der Versorgung mit Sehhilfen funktionsbeeinträchtigende Auffälligkeiten am Auge und Risikofaktoren häufiger Augenerkrankungen aufzudecken.

Die vorliegenden Arbeits- und Qualitätsrichtlinien für Augenoptik und Optometrie sind die Weiterentwicklung der ersten Fassung der Arbeitsrichtlinien aus dem Jahr 1994 und entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Sie umfassen das gesamte Arbeitsgebiet der deutschen Augenoptik und Optometrie, wie es durch die Ausbildungsordnung und das Meisterprüfungsberufsbild vorgegeben ist. Sie stellen die herrschende Meinung des Berufsstandes der Augenoptiker und Optometristen dar.

Der fachwissenschaftliche Ausschuss des ZVA hat zu den jeweiligen Kapiteln Arbeitskreise gegründet. Mitglieder der Arbeitskreise sind praktizierende Augenoptiker und Optometristen sowie Vertreter der Hochschulen.

Die vorliegende Fassung wurde bei der ZVA-Obermeistertagung am 9. Oktober 2021 verabschiedet.

